

Nr. Sprawy: TZ.2724.36.2018
I.Dz. 490/2018/W

Wrocław, dnia 27.02.2018 r.

Informacja nr 1

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych, polegających na demontażu i wymianie istniejącej instalacji gazów specjalnych na rzecz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Składamy zapytanie dot. ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY:

Czy istnieje możliwość przedstawienia Państwu gwarancji ubezpieczeniowej zamiast zabezpieczenia w formie kaucji?

Odpowiedź:

Zamawiający DOPUSZCZA wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, tj. poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Dokument musi jednak zawierać klauzulę o bezwarunkowości, nieodwołalności i płatności na pierwsze żądanie Beneficjenta. Po wyborze Wykonawcy i ustaleniu preferowanej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający odpowiednio zmodyfikuje postanowienia umowy.

Pytanie nr 2

W związku z tym, że wg opisu przedmiotu zamówienia nie wszystkie punkty poboru podlegają wymianie, prosimy o wyrażenie zgody na to, by pomiar czystości linii instalacji gazowych był wykonany bez uwzględnienia punktów poboru, które NIE ULEGĄ wymianie. Jeżeli zależy Państwu na zachowaniu jednakowej czystości linii instalacji sugerujemy wymianę wszystkich używanych dotychczas punktów poboru. Jeżeli dotychczasowa linia gazu jest zabrudzona, punkt poboru zainstalowany na tej linii (pomimo tego, że przystosowany jest do czystości gazów 6.0) będzie miał takie same parametry zabrudzenia. W związku z powyższym czystość medium (pomimo wymiany rurociągu) nie będzie spełniała parametrów jakich Państwo oczekujecie.

Odpowiedź:

Zamawiający WYRAŻA ZGODĘ na to, by pomiar czystości linii instalacji gazowych był wykonywany z pominięciem punktów poboru, które zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie podlegają wymianie, a zatem czystość instalacji będzie sprawdzana tylko na wymienionym rurociągu.

Zamawiający NIE WYRAŻA ZGODY na wymianę wszystkich punktów poboru i nie zmienia w tym zakresie opisu przedmiotu zamówienia.



Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie, na czym będzie polegała analiza czystości linii dla gazów technicznych, np. czy Zamawiający przewiduje badania na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że badanie czystości linii będzie polegało na sprawdzeniu zanieczyszczeń chemicznych tj. wilgoć i tlen przy użyciu gazu Azotu 6.0 lub argonu 6.0. Nie przewidujemy badania linii gazowych na obecność zanieczyszczeń stałych.

Kamila Chaikh-Ali
Cheikh
Kierownik Działu
Zakupów i Logistyki