

Nr sprawy: ZZ-271-44-D-PN/2015
l.dz. 1067/2015

Wrocław,²⁰ 04.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Syntezy i Charakteryzacji Związków Organicznych, Metaloorganicznych, Pierwiastków Rzadkich (Pracownia Oczyszczania) w budynku 9A

INFORMACJA NR 1

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1

wirówka laboratoryjna 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnych obrotach 6 000rpm, wyposażoną w rotor 12-miejscowy dla próbek o pojemności od 5 do 15 ml ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza dla próbek o pojemności 10-15 ml wirnik minimum 8 miejscowy o minimalnej prędkości 6000rpm. Rotor 12-miejscowy spełnia wymagania SIWZ. W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE 2

myjka ultradźwiękowa 4 szt.

Czy Zamawiający poprzez dwuzakresową myjkę rozumie urządzenie o częstotliwości 21,5 kHz albo 40 kHz do wyboru ? Jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej częstotliwości, gdyż urządzenie będzie mogło pracować tylko z jedną wybraną częstotliwością.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Zamawiający nie sprecyzował częstotliwości z jaką powinno pracować urządzenie. Poprzez dwuzakresową myjkę Zamawiający rozumie urządzenie, które będzie mogło pracować zamiennie raz z wyższą a raz z niższą częstotliwością. Wymagania SIWZ spełni urządzenie pozwalające na wybór niższej częstotliwości ultradźwiękowej umożliwiającej oczyszczanie wstępne, mieszanie, rozpuszczanie oraz wyższej dla łagodnego czyszczenia.

PYTANIE 3

Wyparka obrotowa

1. Czy Zamawiający dopuści chłodnicę o powierzchni kondensacji 1200 cm²?
2. Czy Zamawiający dopuści wyparkę z regulacją obrotów w zakresie 0-280 za pomocą cyfrowego kontrolera na przewodzie lub za pomocą bezprzewodowego pilota?
3. Czy Zamawiający dopuści wyparkę z podnośnikiem automatycznym sterowanym za pomocą cyfrowego kontrolera na przewodzie lub za pomocą bezprzewodowego pilota?
4. Czy Zamawiający dopuści szklany zawór dwudrożny? Spełnia on wszystkie funkcje zaworu trójdrożnego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Ad. 1 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza wyparkę o regulacji obrotów w zakresie 0-280 za pomocą cyfrowego kontrolera na przewodzie lub za pomocą bezprzewodowego pilota

Ad. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza wyparkę z podnośnikiem automatycznym sterowanym za pomocą cyfrowego kontrolera na przewodzie lub za pomocą bezprzewodowego pilota

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza szklany zawór dwudrożny posiadający wszystkie funkcje zaworu trójdrożnego.


W związku z udzielonymi odpowiedziami w pkt 2, 3 i 4 Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B w Tabeli „OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE” Wymagania techniczne Główne funkcje urządzenia – Wyparka obrotowa w sposób następujący:

I.p.	OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
------	---	---

Wymagania techniczne

Główne funkcje urządzenia

Wyparka obrotowa	- Konfiguracja chłodnicy: szklana chłodnica, pionowa, pokryta warstwą antyimplozyjną, ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni. - Powierzchnia kondensacji chłodnicy: min. 1450 cm² - Zwarte gabaryty zajmujące mało przestrzeni roboczej. - Rozmiar instalowanych kolb destylacyjnych: do 4000ml. - Płynna regulacja obrotów pokrętkiem w zakresie 20 – 280 min⁻¹ <i>Dopuszcza się wyparkę o regulacji obrotów w zakresie 0-280 za pomocą cyfrowego kontrolera na przewodzie lub za pomocą bezprzewodowego pilota.</i> - Łaźnia wodna (+20°C do +95°C), z cyfrową regulacją i odczytem temperatury, z wyświetlaczem cyfrowym LED ustawionym pod niewielkim kątem do poziomu w celu dokonania wygodnego odczytu - Dokładność regulacji temperatury: ± 1°C	TAK
------------------	---	-----



	- Pojemność łaźni wodnej: min. 4000 ml - Ręczne podnoszenie i opuszczanie układu destylacyjnego. Podnośnik ze wspomaganie mechanicznym. <i>Dopuszcza się wyparkę z podnośnikiem automatycznym sterowanym za pomocą cyfrowego kontrolera na przewodzie lub za pomocą bezprzewodowego pilota.</i> - Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na głowicy powyżej kolby destylacyjnej w celu ergonomicznej obsługi wyparki (brak możliwości przypadkowego zachłapania) - Cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie. - System Combi-clip z wewnętrznym gwintem i metalową zawleczką do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej - Szklana rurka wyparna ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem dostosowanym do współpracy z Combi-clipem - Budowa modułowa, proste dobieranie konfiguracji użytkowej. - Szklany zawór trójdrożny pozwalający na dozowanie cieczy do destylacji bez przerywania pracy, zapowietrzenie, zamknięcie układu próżniowego. <i>Dopuszcza się szklany zawór dwudrożny posiadający wszystkie funkcje zaworu trójdrożnego.</i> - W zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każda - Moc grzania: min. 1300 W - Zasilanie 230V/50Hz - pompa próżniowa, wykonana z chemoodpornego materiału, osiągnąca próżnię co najmniej 10 mbar (± 2 mbar)	
--	---	--

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2.2 - Wzór Formularza Oferty Część B do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający prosi Wykonawców o złożenie oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsze informacje stają się integralną częścią SIWZ i stanowią dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust. 4.

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Anna Winnicka
tel. +48 71 720 16 10
e-mail: anna.winnicka@eitplus.pl

Z poważaniem
z up. Zarządu WCB EIT+

z up. Zarządu WCB EIT+ Sp. z o.o.

Przemysław Piślewicz