

Nr sprawy: ZZ-271-58-D-PN/2015
l.dz. 2184./2015

Wrocław,²⁵ 05.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń do wyposażenia laboratoriów biotechnologicznych w bud. 9 z podziałem na 3 części

Informacja nr 1

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Stosownie do załącznika nr 2.2 do SIWZ Formularz oferty – część B, część I, pkt 1 tabeli Minimalne parametry użytkowe Zamawiający zawarł wymóg dostarczenia certyfikatów potwierdzających skuteczność sterylizacji. Czy certyfikaty te mogą zostać zastąpione przez inne dokumenty takie np. jak: Monografia producenta, raport z badań mikrobiologicznych przeprowadzonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy przez Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zebrane przykładowe publikacje naukowe?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ z dnia 22.05.2015 r. (umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.eitplus.pl/pl/dcmib_zz_271_58_d_pn_2015_dostawa_wraz_37541/) zmodyfikował zapis Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B w Tabeli „OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE” Minimalne parametry użytkowe Część I poz.1 – Urządzenie do sterylizacji pomieszczeń z wykorzystaniem gazowej formy H₂O₂ poprzez usunięcie wymogu dostarczenia certyfikatów potwierdzających skuteczność sterylizacji. Jednocześnie Zamawiający doprecyzował, że skuteczność dekontaminacji musi być potwierdzona testami biologicznymi zawierającymi spory *Geobacillus stearothermophilus*, rozmieszczonymi w trudno dostępnych miejscach pomieszczenia – minimalna ilość testów: 30 szt./pomieszczenie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW
Agnieszka Jagielanec

Kontakt: Renata Winnicka
tel. +48 71 720 16 10
e-mai: renata.winnicka@eitplus.pl