

Nr sprawy: ZZ-271-57-D-PN/2015
l.dz. 2034 /2015

Wrocław, 18.05.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

INFORMACJA NR 1

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym informujemy, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

Pytanie 1 (dotyczy Części 2):

Dotyczy „Inkubatorów z wytrząsaniem – dużych”, pkt. 1 działu Sterowanie i zbieranie danych, Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzoru formularza oferty.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z możliwością tworzenia i zapisywania czterech 15-stopniowych programów?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia z możliwością tworzenia i zapisywania czterech programów, nie precyzując jednocześnie ilu stopniowe mają być programy. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 2), Inkubatory z wytrząsaniem – duże, na następującą:

Sterowanie i zbieranie danych (pkt 1):

1.	Możliwość tworzenia i zapisywania co najmniej 4 programów	TAK
----	---	-----

Pytanie 2 (dotyczy Części 2):


Dotyczy „Inkubatorów z wytrząsaniem – średnich” cz. 1 pkt. 16 działu Główne parametry urządzenia, Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzoru formularza oferty.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia o wnętrzu wykonanym ze stali malowanej?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia o wnętrzu wykonanym ze stali malowanej. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 2), Inkubatory z wytrząsaniem – średnie, na następującą:

Główne parametry urządzenia: (pkt.16 tabela1 oraz pkt.16 tabela 2):



16	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub malowanej	TAK
----	--	-----

Pytanie 3 (dotyczy Części 2):

Dotyczy „Inkubatorów z wytrząsaniem – średnich” cz. 2 pkt. 2 i 4 działu Główne parametry urządzenia, Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzoru formularza oferty.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia nie wyposażonego w układ chłodzenia, o temperaturze pracy w zakresie od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C? Do większości aplikacji w kulturach komórkowych takie parametry są wystarczające. Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów wymaganych. Zamawiający planuje w tym inkubatorze prowadzić hodowle komórek owadzych, dla których optymalną temperaturą wzrostu jest 27-28 st. C oraz komórek ekspresjonujących białka a te procesy również przeprowadza się w obniżonej temperaturze.

Pytanie 4 (dotyczy Części 2):

Dotyczy „Inkubatorów z wytrząsaniem – średnich” pkt. 2 działu Sterowanie i zbieranie danych, Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzoru formularza oferty.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia wyposażonego w możliwość tworzenia i zapisywania co najmniej 4 programów?

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia z możliwością tworzenia i zapisywania czterech programów.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 2), Inkubatory z wytrząsaniem - średnie. na następującą:

Sterowanie i zbieranie danych (pkt 2):

2.	Możliwość tworzenia i zapisywania co najmniej 4 programów	TAK
----	--	-----

Pytanie 5 (dotyczy Części 2):

Dotyczy „Inkubatorów z wytrząsaniem – małych” pkt. 18 działu Główne parametry urządzenia, Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzoru formularza oferty.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia o wnętrzu wykonanym ze stali malowanej?

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia o wnętrzu wykonanym ze stali malowanej. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 2), Inkubatory z wytrząsaniem – małe, na następującą:

Główne parametru urządzenia: (pkt. 18):

18	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub malowanej	TAK
----	--	-----

str. 2



Pytanie 6 (dotyczy Części 2):

Dotyczy pkt. 4 Załącznika nr 3 do wzoru umowy dla części 2 zamówienia – warunków gwarancji i serwisu:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu umowy na zgodny z warunkami serwisu gwarancyjnego ujętymi w Oświadczeniu wykonawcy przy wzorze formularza oferty i wydłuży czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia z 3 **do 48 godzin**?

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis ust. 4 Załącznika nr 3 do Umowy (Gwarancja i serwis) o następującym brzmieniu:

„4. Czas Reakcji na Zgłoszenie Serwisowe rozumiany jest jako okres, który upłynie od momentu wysłania przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego i wynosi 3 godziny, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godz. 12:00 lub w dniu następnym do godz. 12:00. Następnie w ciągu godzin od momentu zgłoszenia usterki (w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku) nastąpi reakcja Wykonawcy na zgłoszony problem”

jest zgodny z warunkami serwisu gwarancyjnego znajdującymi się w Oświadczeniu Wykonawcy Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 2).

W przytoczonym powyżej zapisie wskazany termin 3 godzin dotyczy jedynie czynności potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego (czas reakcji na zgłoszenie serwisowe od momentu wysłania przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego).

Natomiast wskazany w Oświadczeniu Wykonawcy w Formularzu oferty „Czas reakcji serwisu od zgłoszenia **max. 48 godzin**” jest czasem na reakcję (działanie) Wykonawcy na zgłoszony problem od momentu zgłoszenia usterki i zostanie ostatecznie wpisany w zdaniu 2, ust. 4 Załącznika nr 3 do Umowy (Gwarancja i serwis) tj: „*Następnie w ciągu **godzin** od momentu zgłoszenia usterki (w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku) nastąpi reakcja Wykonawcy na zgłoszony problem*”, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

Pytanie 7 (dotyczy Części 2):


Dotyczy pkt. 5 Załącznika nr 3 do wzoru umowy dla części 2 zamówienia – warunków gwarancji i serwisu:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu naprawy do 20 dni roboczych w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy oraz na usunięcie zapisu:

*„W sytuacji wydłużenia Czasu Naprawy powyżej maksymalnego Czasu Naprawy wynoszącego **14 (słownie: czternaście)** dni roboczych, niezależnie od niestandardowego Czasu Naprawy podzespołu/elementu Sprzętu, o którym mowa w tabeli powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy przekraczający **14 (słownie: czternaście)** dni roboczych, w dniu następnym (to jest w **15 (słownie: piętnastym)** dniu roboczym), na cały okres naprawy opisany powyżej”*

Odpowiedź na Pytanie 7:

str. 3



Zamawiający w odpowiedzi na niniejsze pytanie zmienia dla Części 2 czas naprawy z 14 dni roboczych na 20 dni roboczych.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z ust. 5 Załącznika nr 3 do Umowy (Gwarancja i serwis) zapisu o następującej treści:

„W sytuacji wydłużenia Czasu Naprawy powyżej maksymalnego Czasu Naprawy wynoszącego 14 (słownie: czternaście) dni roboczych, niezależnie od niestandardowego Czasu Naprawy podzespołu/elementu Sprzętu, o którym mowa w tabeli powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy przekraczający 14 (słownie: czternaście) dni roboczych, w dniu następnym (to jest w 15 (słownie: piętnastym) dniu roboczym), na cały okres naprawy opisany powyżej.”

1) W związku z dokonaną modyfikacją, ust. 5 Załącznika nr 3 do Umowy (Gwarancja i serwis) otrzymuje nowe brzmienie - niniejsze dotyczy Załącznika nr 8b do SIWZ – Wzoru umowy (Część 2):

*„5. Czas Naprawy rozumiany jest, jako okres, który upłynął od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę wysłanego przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego, do momentu usunięcia Awarii. Maksymalny Czas Naprawy wynosi **20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych**, ¹z wyjątkiem następujących niestandardowych Czasów Naprawy podzespołów/elementów Sprzętu, określonych przez Wykonawcę w ofercie:*

L.p.	Podzespół/ Element	Niestandardowy czas naprawy
1		
2		

*W sytuacji wydłużenia Czasu Naprawy powyżej maksymalnego Czasu Naprawy wynoszącego **20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych**, niezależnie od niestandardowego Czasu Naprawy podzespołu/elementu Sprzętu, o którym mowa w tabeli powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy przekraczający **20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych**, w dniu następnym (to jest w **21 (słownie: dwudziestym pierwszym) dniu roboczym**), na cały okres naprawy opisany powyżej.”*

2) Jednocześnie Zamawiający modyfikuje punkt 11 lit. a) Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Terminy naprawy sprzętu:

*a) Jeśli w terminie **14 dni roboczych (dla Części 1) oraz 20 dni roboczych (dla Części 2)** od dnia zgłoszenia usterki drogą elektroniczną lub faksem naprawa nie będzie możliwa, WYKONAWCA na czas naprawy dostarczy Sprzęt/element zastępczy na czas naprawy, o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy sprzętu wskazanego powyżej.”*

3) Jednocześnie Zamawiający modyfikuje również treść Oświadczenia Wykonawcy w sprawie warunków serwisu na oferowaną aparaturę i/lub urządzenia objęte przedmiotem przetargu, I Warunki serwisu gwarancyjnego, pkt 2 znajdujące się w Załączniku nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 2), który otrzymuje nowe brzmienie:

¹ Usunąć, jeśli nie dotyczy



2.	Max. czas naprawy do 20 dni roboczych	Tak
----	--	-----

Pytanie 8 (dotyczy Części 2):

Dotyczy pkt. 6 Załącznika nr 3 do wzoru umowy dla części 2 zamówienia – warunków gwarancji i serwisu:

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu stanowiącego pkt. 6 Załącznika nr 3 do wzoru umowy dla części B zamówienia?

Odpowiedź na Pytanie 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ustępu 6 z Załącznika nr 3 do Umowy (Gwarancja i serwis).

Pytanie 9 (dotyczy Części 2):

Dotyczy pkt. 14 Załącznika nr 3 do wzoru umowy dla części 2 zamówienia – warunków gwarancji i serwisu:

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu stanowiącego pkt. 14 wzoru umowy, tj.:

„Wykonawca wyraża zgodę na rozbudowę przez Zamawiającego Sprzętu będącego przedmiotem gwarancji o dodatkowe elementy pochodzące od innych producentów bez utraty praw wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowej pracy urządzenia oraz jego parametrów technicznych w momencie dokonania przez Użytkownika zmian w budowie urządzenia lub jego rozbudowaniu o dodatkowe elementy. Zmiany takie mogą zaburzać pracę mechanizmu napędzającego, utrzymującego temperaturę lub stabilne warunki wewnątrz komory urządzenia, za co Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności.

Odpowiedź na Pytanie 9:

Zamawiający usuwa zapisy ust. 14 z Załącznika nr 3 do Umowy (Gwarancja i serwis) o następującym brzmieniu - niniejsze dotyczy Załącznika nr 8b do SIWZ – Wzoru umowy (Część 2):

„14. Wykonawca wyraża zgodę na rozbudowę przez Zamawiającego Sprzętu będącego przedmiotem gwarancji o dodatkowe elementy pochodzące od innych producentów bez utraty praw wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.”

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami, integralną część niniejszej Informacji stanowią:

- 1) zmodyfikowana treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- 2) edytowalna wersja Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 2).



W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Magdalena Okulicz-Kozaryn
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Magdalena Okulicz-Kozaryn
tel. +48 71 720 16 10
e-mail: magdalena.okulicz-kozaryn@eitplus.pl

