

Nr sprawy: ZZ-271-8-D-PN/2015
I.dz. WCB/19.96/2015

Wrocław, ¹².....05.2015 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu, urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Mikrobiologii, z podziałem na 4 części

INFORMACJA NR 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Dotyczy: **Część II** - Automat napełniający do płytek Petriego ze sterylizatorem płynów

Pytanie nr 1

„Czy zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych/zapasowych wylewek do wylewania podłoża na płytki (jeśli tak, to proszę podać ile szt.). W zestawie startowym jest jedna wylewka?”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 6 Załącznika nr 2.2 do siwz wzór formularza oferty cz. B (część II) Wymagania techniczne, Elementy zestawu i wymagane parametry, Automat do napełniania płytek, na następujący:

„Konstrukcja ma zapewniać równomierne rozprowadzanie pożywki po szalce. Jeśli system wymaga stosowania wymiennych wylewek do wylewania podłoża na płytki należy dostarczyć 3 dodatkowe wylewki wraz z urządzeniem”

Pytanie nr 2

„Czy zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych /zapasowych węży silikonowych do rozlewania (jeśli tak, to proszę podać ile metrów). W zestawie startowym jest wąż o długości 5 m)”.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 7 Załącznika nr 2.2 do siwz wzór formularza oferty cz. B (Część II) Wymagania techniczne, Elementy zestawu i wymagane parametry, Automat do napełniania płytek, na następujący:



„łatwa wymiana wężyków silikonowych w pompie perystaltycznej. Wymagana dostawa 15 m węża w pakiecie startowym do urządzenia”

Pytanie nr 3

W pkt. 33 zamawiający podaje: „możliwość wykorzystywania urządzenia jako podręcznego autoklawu pionowego”. W celu wykorzystania urządzenia jako autoklaw należy zastosować dodatkową kuwetę. Dlatego prosimy o informację, czy chodzi tutaj tylko o teoretyczną możliwość, czy też w zestawie ma znaleźć się również kuweta umożliwiająca wykorzystanie urządzenia jako autoklawu pionowego (czyli jedna kuweta do przygotowywania pożywek i jedna kuweta do autoklawowania).

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z pkt 34 Załącznika nr 2.2 do siwz wzór formularza oferty cz. B (Część II) Wymagania techniczne Stołowy sterylizator podłoży mikrobiologicznych i płynów wymaga dostarczenia dodatkowej kuwety do autoklawu i wyjaśnia, że ma to być kuweta do wykorzystania urządzenia jako autoklawu pionowego.

Pytanie nr 4

W pkt. 34 zamawiający podaje: „Dodatkowa kuweta ze stali nierdzewnej szt. 1” – czy zamawiający ma na myśli dodatkową kuwetę do przygotowywania pożywek, czy dodatkową kuwetę do zastosowania urządzenia jako autoklawu

Odpowiedź na pytanie nr 4

Odpowiedź identyczna jak na pytanie nr 3.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika 2.2 do SIWZ - wzór formularza oferty część B, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający prosi Wykonawców o złożenie oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsza informacja staje się integralną częścią SIWZ i stanowi dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust. 4

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

J. Jurek
Przewodniczący Komisji Przetargowej