

Nr sprawy: ZZ-271-44-D-PN/2015
l.dz. 1668./2015

Wrocław, ...20... 04.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Syntezy i Charakteryzacji Związków Organicznych, Metalooorganicznych, Pierwiastków Rzadkich (Pracownia Oczyszczania) w budynku 9A

INFORMACJA NR 2 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art.38 ust.2 oraz art. 12a ust. 3 w związku z art. 12a ust. 2 pkt 1) i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami oraz modyfikuje treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) w następujący sposób:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający uzna referencje dotyczące wykonania dostaw w okresie ostatnich trzech lat nie zawierające wykonania dostawy naczynia dewara?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Tak, Zamawiający uzna referencje, które nie zawierają dostawy naczynia dewara

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje w pkt 2) ppkt 1) Działu V SIWZ, który przyjmuje brzmienie

- 1) W ZAKRESIE POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA:
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, głównych dostaw, przez które Zamawiający rozumie minimum 1 dostawę z instalacją o podobnym charakterze, jak przedmiot zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż dla:

GŁÓWNA DOSTAWA:

Kwota złotych brutto (PLN)	Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę:
80 000,00	Urządzenia drobne laboratoryjne tj. wyparki, suszarki, myjki, miesadła, wirówki



PYTANIE 2

Czy Zamawiający wyłączy jako osobną część zamówienia zakup wyparki obrotowej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową 3 zakresową, zakres temperatur 20 – 80°C, nastaw czasu od 1 do 60 min lub ciągły?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B w Tabeli „OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE” Wymagania techniczne Główne funkcje urządzenia – 4 szt - Myjka ultradźwiękowa 2 zakresowa w sposób następujący:

I.p.	OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
------	---	--

Wymagania techniczne

Główne funkcje urządzenia

4 szt - Myjka ultradźwiękowa 2 zakresowa	Myjka ultradźwiękowa pojemność od min. 5,5 do 6,0 l z grzaniem, dwuzakresowa, z dwustopniową regulacją ultradźwięków łącznie z pokrywą i koszem, kosz ze stali nierdzewnej; Zakres temperatur: 30 - 80°C; nastaw czasu od 1 do 15min lub ciągły Dopuszcza się myjkę ultradźwiękową 3 zakresową, zakres temperatur 20 – 80°C, nastaw czasu od 1 do 60 min lub ciągły.	TAK
--	--	-----

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dopuści suszarkę próżniową wyposażoną w sterownik MP z dwoma programami obejmującymi po 10 sekcyj z możliwością przełączenia na jeden program obejmujący 20 sekcyj?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B w Tabeli „OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE” Wymagania techniczne Główne funkcje urządzenia – Suszarka próżniowa w sposób następujący:

l.p.	OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Wymagania techniczne Główne funkcje urządzenia		
Suszarka próżniowa	Objętość około 50 L litrów: Zakres regulacji temperatury 20 – 200 °C wnętrze komory oraz elementy podłączeniowe do próżni wykonane z wysokoodpornej na korozję stali nierdzewnej komora wnętrza polerowana elektrolitycznie system wstępnego nagrzewania mikroprocesorowy regulator MS z wyświetlaczem cyfrowym LED i zintegrowanym zegarem cyfrowy zegar umożliwiający nastawianie czasu włączania, wyłączania i odliczania czasu utrzymania stałej temperatury .w zakresie 0 do99godz.59min, cyfrowe nastawianie temperatur z dokładnością do 1°C, nastawiana moc grzania (0do100%), 2 półki rozporowe z aluminium ogniotrwała uszczelka przyłącze gazu obojętnego z precyzyjnie dozującym zaworem, dwuwarstwowa, szyba ze szkła z mechanizmem zabezpieczającym przed skutkami nadciśnienia lub eksplozji, uszczelnienie drzwi z silikonu, analogowy manometr Pompa osiągająca próżnię nie mniejszą niż 0,01 milibara, posiadająca zabezpieczenie przed ewentualnym przedostaniem usuwanej cieczy do pompy Dopuszcza się suszarkę próżniową wyposażoną w sterownik MP z dwoma programami obejmującymi po 10 sekcji z możliwością przełączenia na jeden program obejmujący 20 sekcji.	TAK

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o zakresie grzania +370°C?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

W SIWZ Zamawiający podał minimalne wartości, które muszą być spełnione. Dlatego zakres grzania +370°C spełnia wymogi SIWZ.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający do mieszadła magnetycznego dopuści 50 mieszadełek owalnych pokrytych PTFE o wymiarach 5 x 10 mm?



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 7

Czy zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne o zakresie prędkości 50 – 2000 rpm?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie mieszadeł mechanicznych o zakresie prędkości 50-2000 rpm.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B w Tabeli „OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE” Wymagania techniczne Główne funkcje urządzenia – Mieszadło mechaniczne w sposób następujący:

I.p.	OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
------	---	---

Wymagania techniczne

Główne funkcje urządzenia

Mieszadło mechaniczne	Mieszadło mechaniczne ze statywem i oprzyrządowaniem do mocowania, zakres prędkości 50 – 1500 rpm, długość pręta mieszającego ok. 300mm, końcówki ze stali nierdzewnej o średnicy 50mm i 70 mm Dopuszcza się mieszadło mechaniczne o zakresie prędkości 50 – 2000 rpm.	TAK
-----------------------	--	-----

PYTANIE 8

Czy zamawiający dopuści wirówki laboratoryjne o prędkości do 18000 rpm?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wirówek o prędkości maksymalnej do 18 000 rpm.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B w Tabeli „OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE” Wymagania techniczne Główne funkcje urządzenia – 4 szt - Wirówka laboratoryjna w sposób następujący:

I.p.	OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
------	---	---

Wymagania techniczne

Główne funkcje urządzenia

4 szt - Wirówka laboratoryjna	do 14000 rpm, 15 – 50ml, z dodatkowymi wymiennymi rotorami (do wyboru), pozwalającymi na pracę z próbkami o poj. od 5 do 15 ml lub z jednym rotorem wyposażonym w redukcję i dodatkowe naczynia pozwalające na	TAK
-------------------------------	--	-----

	pracę z próbkami o poj. od 5 do 15 ml dla probówek o pojemności 10/15 ml wirnik minimum 8 miejscowy o min. prędkości 6000 rpm. Dopuszcza się wirówki laboratoryjne o prędkości do 18000 rpm	
--	---	--

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty Część B pkt I Warunki serwisu gwarancyjnego otrzymuje brzmienie:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
I.	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO	
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	Tak
4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu/elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	Tak
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesięcy , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

- § 1 pkt 12 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzoru Umowy otrzymują brzmienie:

„12. Czas Naprawy - rozumiany jest, jako okres, który upłynął od momentu potwierdzenia otrzymanego przez Wykonawcę wysłanego przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego do momentu usunięcia Awarii.”

- § 5 ust.9 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzoru Umowy otrzymują brzmienie:

„9. Zwrot zabezpieczenia wszystkich udzielonych zaliczek nastąpi po podpisaniu ostatniego Protokołu Odbioru Końcowego – bez uwag.”

- § 10 ust.2 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzoru Umowy otrzymują brzmienie:

„2.Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku gdy okres gwarancji jest krótszy niż obowiązujący okres rękojmi wynikający z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na dzień podpisania umowy, obowiązuje okres rękojmi wynikający z Kodeksu cywilnego.”

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 12a ust. 3 w związku z art. 12 a ust. 2 pkt 1) oraz art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następującej zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Dział XI pkt 1 1) otrzymuje brzmienie:

Złożenie ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu **ul. Stabłowicka 147; budynek 1A, Recepcja w nieprzekraczalnym terminie:**

Do dnia	15.05.2015 r.	do godz.	10:00
---------	----------------------	----------	--------------

UWAGA !

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem na kopercie należy zaznaczyć miejsce złożenia oferty. Złożenie oferty bez tej adnotacji może skutkować jej nieskutecznym wpłynięciem do Zamawiającego.

Dział XI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, Budynek nr 1A (biuro WCB EIT+ sp. z o.o.), Sala Konferencyjna, I piętro.

W dniu	15.05.2015 r.	o godz.	10:30
--------	----------------------	---------	--------------

UWAGA !

Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2.2 - Wzór Formularza Oferty Część B do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.



W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsze informacje stają się integralną częścią SIWZ i stanowią dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust. 4 i 4a.

Z poważaniem
z up. Zarządu WCB EIT+

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

**z up. Zarządu Spółki
WCB EIT+ Sp. z o.o.
Przemysław Dziewirz**

Kontakt: Anna Winnicka
tel. +48 71 720 16 10
e-mail: anna.winnicka@eitplus.pl

