

Nr sprawy: ZZ-271-10-D-PN/2015
l.dz. 1255/2015

Wrocław, 24.04.2015 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę **(wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Inżynierii Białka, z podziałem na 4 części**

INFORMACJA NR 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytania dotyczą części IV

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w ramię robotyczne do przenoszenia mikroplatek do urządzeń znajdujących również się bezpośrednio pod blatem roboczym urządzenia, aby zwiększyć możliwość integracji urządzenia z instrumentami peryferyjnymi co zapewni szersze możliwości badawcze i elastyczność pracy?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga aby urządzenie było wyposażone w ramię robotyczne do przenoszenia mikroplatek do urządzeń znajdujących również się bezpośrednio pod blatem roboczym urządzenia

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie mogło być wyposażone w przyszłości w ramię pipetujące w zakresie 0,5-1000ul w systemie pneumatycznym, w celu zwiększenia przepustowości i możliwości badawczych systemu?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga aby urządzenie mogło być wyposażone w przyszłości w ramię pipetujące w zakresie 0,5-1000ul w systemie pneumatycznym.

Pytanie nr 3


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy na 10% wynagrodzenia netto należnego wykonawcy od niezrealizowanego zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 do 5% ceny całkowitej oferty (wraz z Prawem Opcji) podanej w Formularzu Oferty?



Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 do 5% ceny całkowitej oferty (wraz z Prawem Opcji) podanej w Formularzu Oferty. Tym samym dokonuje modyfikacji działu XV pkt 2 SIWZ.

Pytanie nr 5

W zakresie części I Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie umożliwiała zmianę temperatury z szybkością nie gorszą niż $>15^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym temperatura zmieniana jest z szybkością $4^{\circ}\text{C}/\text{min}$?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści urządzenie umożliwiające zmianę temperatury z szybkością $4^{\circ}\text{C}/\text{min}$, ponieważ zmiana ta jest mało istotna dla funkcjonalności urządzenia.

Pytanie nr 6

W zakresie części II Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w ciągu trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonał minimum jedną a maksymalnie dwie dostawy kalorymetrów za łączną kwotę 500.000 zł brutto.

Firma nasza jest przedstawicielem i dystrybutorem producenta, który wykupił w lipcu 2014 firmę producenta mikrokalorymetrów i przejął zarówno produkcję jak i sprzedaż. Nasza firma przejęła sprzedaż mikrokalorymetrów w lutym 2015.

Wobec powyższego, nie możemy dzisiaj wykazać się dostawą nawet jednego mikrokalorymetru (w Polsce zainstalowanych jest 12 systemów mikrokalorymetrów dostarczonych przez dotychczasowych dostawców), jakkolwiek od lutego 2015 wygraliśmy dwa przetargi na dostawę mikrokalorymetrów, w tym jeden zakończony podpisaną umową na upgrade mikrokalorymetru (wartość umowy 279 000 zł brutto), a w drugim przetargu umowa jest w trakcie procedury podpisywania (wartość umowy 578 100 zł brutto).

Czy Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie, że w ciągu trzech lat przed wszczęciem postępowania Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę aparatury badawczej o wartości co najmniej 500 000 zł brutto?

Odpowiedź

Zamawiający **dokonuje modyfikacji** warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia **dla Części II, Dział V pkt 2 1) otrzymuje brzmienie:**


Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp, jeżeli ten wykaze: wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, głównych dostaw przez które Zamawiający rozumie minimum 1 maksymalnie dwie dostawy z instalacją o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia, tj. dostawę aparatury badawczej o wartości za łączną kwotę 500.000 zł brutto.

Pytanie nr 7

W zakresie części II Zamawiający wymaga aby dostarczone sprzęty posiadały interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń nie posiadających interfejsów umożliwiających zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowanych do systemu typu LIMS?

Odpowiedź



Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń nie posiadających interfejsów umożliwiających zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowanych do systemu typu LIMS i wykreśla wymóg w powyższym zakresie.

Pytanie nr 8

W kalkulacji kosztów trzeba uwzględnić magazynowanie, znalazłem też wyjaśnienie, że jest to prawo opcji. Jak zrozumiałem z tekstu załącznika nr 1 do SIWZ, magazynowanie miałoby się odbyć po wyprodukowaniu sprzętu, do momentu dostawy w miejsce instalacji. Czyli wyprodukowany sprzęt pozostaje w magazynie producenta (jesteśmy firmą producenta, czyli w naszym magazynie) do momentu gotowości miejsca instalacji, czy tak? Czy może sprzęt ma zostać dostarczony w miejsce instalacji w terminie wskazanym w umowie (8 tygodni od podpisania), a następnie zabrany na przechowanie i po maksymalnie 90 dniach ponownie dostarczony?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż Zamawiający może ale nie musi skorzystać z prawa opcji. W sytuacji, gdy prawo opcji zostanie uruchomione oznacza to, iż wyprodukowany sprzęt pozostaje w magazynie producenta do momentu gotowości miejsca instalacji u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 12a ust. 3 w związku z art. 12 a ust. 2 pkt 1) oraz art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następującej zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

2. Dział XI pkt 1 1) otrzymuje brzmienie:

1. Złożenie ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu **ul. Stabłowicka 147; budynek 1A, Recepcja w nieprzekraczalnym terminie:**

Do dnia	18...05.2015 r.	do godz.	11:00
---------	------------------------	----------	--------------


UWAGA! W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem na kopercie należy zaznaczyć miejsce złożenia oferty. Złożenie oferty bez tej adnotacji może skutkować jej nieskutecznym wpływaniem do Zamawiającego.

Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

3. Dział XI pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, Budynek nr 1A (biuro WCB EIT+ sp. z o.o.), Sala Konferencyjna, I piętro.



W dniu	19.05.2015 r.	o godz.	11:30
--------	---------------	---------	-------

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 – Część B do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający prosi Wykonawców o złożenie oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsza informacja staje się integralną częścią SIWZ i stanowi dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust 4

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW
Agnieszka Gurgulaniec
Agnieszka Gurgulaniec

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Anna Grzegorzek
e-mail: anna.grzegorzek@eitplus.pl

