

Nr sprawy: ZZ-271-59-D-PN/2015
I.dz. WCB/2219/2015

Wrocław, 06.06.2015 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 7 – Przechowywanie GMP z podziałem na 3 części

INFORMACJA NR 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Dotyczy: Część III – Urządzenia chłodnicze

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści urządzenia chłodnicze wyposażone w interfejs RS485 do podłączenia do oprogramowania ale bez zapewnienia zgodności z FDA (21 CFR Part 11) oraz GLP/GMP? Wyszczególnione przez Zamawiającego urządzenia nie mają możliwości spełnienia wymaganego parametru. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich parametrów wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zapewnienia zgodności oprogramowania z FDA, GLP/GMP.

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający dopuści urządzenia chłodnicze bez możliwości zbierania danych przez system typu LIMS? Wyszczególnione przez Zamawiającego urządzenia nie mają możliwości spełnienia wymaganego parametru. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich parametrów wyszczególnionych w specyfikacji, w tym zapewnienia możliwości zbierania danych przez system typu LIMS.

Niniejsza informacja staje się integralną częścią SIWZ.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW
Agnieszka Jurgielanec
Agnieszka Jurgielanec

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa
Kontakt: Tomasz Pasieczny
e-mail: tomasz.pasieczny@eitplus.pl



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego