

**Nr sprawy: ZZ-271-8-D-PN/2015**  
**I.dz. WCB/267/2015**

Wrocław, 22.05.2015 r.

**Do Wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: przetargu na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu, urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Mikrobiologii, z podziałem na 4 części

**INFORMACJA NR 2**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

**„Dot.: zapisu w pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ pt. „Szczegółowy opis zamówienia”.**


Zamawiający określa, że „Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia, tj. m. in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.”

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie czynności określonych przez producentów urządzeń jako „rutynowe czyszczenie i konserwacja należące do obowiązków użytkownika” z zakresu wymagań określonych w w/w punkcie jako „serwis gwarancyjny”?**

Pragniemy zwrócić uwagę, że wszystkie urządzenia laboratoryjne, które stanowią przedmiot zamówienia wymagają regularnego, rutynowego czyszczenia w ramach ich normalnej eksploatacji, np.:

- mycie/czyszczenie mieszadła i kuwety sterylizatora,
- mycie/czyszczenie silikonowych węży pomp dozujących,
- mycie/czyszczenie komory rozlewu w automacie do napełniania płytek,
- mycie/czyszczenie elementów zewnętrznych urządzeń, komory sterylizatora, uszczelek,

oraz szereg innych czynności, które producenci urządzeń wymieniają w instrukcjach jako „regularne czyszczenie i konserwację wykonywane przez Użytkownika”. Włączenie tego typu czynności do zakresu obowiązków Wykonawcy zamówienia wiązałoby się z wysokimi, dodatkowymi kosztami. Koszty takie jest



nawet trudno oszacować jako, że w dużej mierze zależą od intensywności i sposobu wykorzystania urządzenia.”

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Z czynności serwisowych wyjęte są czynności konserwacyjne, które mogą i powinny być wykonywane przez Użytkownika a ich wykonywanie nie jest sprzeczne z warunkami gwarancji (brak utraty gwarancji z powodu ingerencji Użytkownika). Czynności te są określane przez producenta, a ich prawidłowe wykonanie będzie zaprezentowane w trakcie instruktażu pracowników Zamawiającego.

#### Pytanie nr 2

**„Dot. zapisu w pkt 48 załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ II), drukarka do nadruków na szalkach Petriego**

Zamawiający zaakceptuje drukarkę, która nie obsługuje kodów kreskowych: kod 128 oraz EAN 128”.

#### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający zgadza się na zaoferowanie drukarki, która nie obsługuje kodów kreskowych kod 128 i EAN 128. Drukarka musi spełniać wszystkie pozostałe parametry. Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ (Załącznik 2.2 część B, parametr 48) na następujący:

|           |                                                                                                        |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>48</b> | kody kreskowe: z przeplotem 2/5, kod 39, EAN 13, EAN 8, UPCA, UPCE<br>+ kody dwuwymiarowe - Datamatrix | <b>Tak</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

#### Pytanie nr 3

**„Dot. Załącznika nr 3 do Umowy – ust. 18**

Czy Zamawiający zgodzi się uzupełnić ten zapis o sformułowanie „... pod warunkiem, że taka rozbudowa w żaden sposób nie naruszy, ani nie zmieni konstrukcji i parametrów dostarczonego Sprzętu oraz zostanie zaakceptowana przez Wykonawcę po zapoznaniu się z jej projektem technicznym.”

#### Odpowiedź na pytanie nr 3

W Załączniku nr 3 do Projektu umowy dokonuje się zmian w ten sposób, że cały zapis ust. 18 zostaje usunięty.


#### Pytanie nr 4

Dotyczy Części IV.

„Czy Zamawiający zamierza prowadzić hodowlę komórkową czy również hodowlę bakterii beztlenowych?”

#### Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający zamierza prowadzić zarówno hodowlę komórek jak i hodowlę bakterii beztlenowych.



### Pytanie nr 5

„Czy Zamawiający zgodzi się na śluzę wyposażoną w platformę podawczą bez przewodnic. Płytki Petriego czy butelki do hodowli komórkowej można przenieść w łatwy sposób ze śluzy do komory właściwej na platformie podawczej bez przewodnic. Oferowane rozwiązanie nie wpływa w żaden sposób na obniżenie komfortu pracy użytkownika”

### Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający zgadza się na zaoferowanie komory, w której śluza podawcza wyposażona jest w platformę bez przewodnic. Zamawiający modyfikuje tym samym zapis SIWZ na następujący:

|   |                                                |     |
|---|------------------------------------------------|-----|
| 7 | Śluza wyposażona w stabilną platformę podawczą | Tak |
|---|------------------------------------------------|-----|

### Pytanie nr 6

„Czy Zamawiający potrzebuje aby komora wyposażona była w wewnętrzny inkubator, jeżeli komora zapewnia utrzymanie temperatury od min 5C powyżej temperatury otoczenia do 42C ?”

### Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wyjaśnia, że określenie „inkubatora wewnętrznego” opisuje jedynie możliwość utrzymania w komorze zadanych warunków temperaturowych i wilgotności. Zamawiający nie wymaga dodatkowego inkubatora wewnętrznego.

### Pytanie nr 7


„Czy użytkownik zamierza prowadzić hodowlę przy stężeniu CO2 do 30%?”

### Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga kontroli stężenia CO2 w granicach co najmniej od 0 do 15% z dokładnością nie gorszą niż 0.1%. Zamawiający nie wymaga urządzenia kontrolującego stężenie CO2 do poziomu 30%.

### Pytanie nr 8

„Nasza Firma od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje w branży wyposażenia laboratoriów m.in w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny - jednak nie na każdy dostarczony sprzęt możliwe jest uzyskanie referencji (tym bardziej tak precyzyjnie opisanych). Mając na uwadze nasze ogromne doświadczenie i wiedzę branżową zwracamy się z pytaniem **czy Zamawiający dopuści ogólne referencje na dostawy „sprzętu laboratoryjnego” o wymaganej wartości** (na potwierdzenie wymaganej wiedzy i doświadczenia)? Powyższa zmiana umożliwi szerszy dostęp do postępowania firm branżowych a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert”.



## Odpowiedź na pytanie nr 8

Ze względu specjalistyczny charakter urządzenia będącego przedmiotem zamówienia Zamawiający nie zgadza się na wykazanie doświadczenia jedynie w zakresie ogólnie pojętego „sprzętu laboratoryjnego”.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp Wykonawca może polegać na m. in. wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie dokonuje badania ofert. Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokona badania ofert po ich otwarciu, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i według określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunków.

**Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W dziale XVI SIWZ - ISTOTNE WARUNKI I POSTANOWIENIA UMOWY w ust. 3 po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu:

e) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji:**

- załącznika 2.2 do SIWZ - wzór formularza oferty część B, który stanowi załącznik do niniejszego pisma;
- załącznika 7 do SIWZ – Projekt umowy, który stanowi załącznik do niniejszego pisma;
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Zamawiający prosi Wykonawców o złożenie oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.**

**Niniejsza informacja staje się integralną częścią SIWZ i stanowi dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust. 4**

Z poważaniem  
**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ZAKUPÓW  
*Agnieszko Jurgielaniewicz*

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa  
Kontakt: Tomasz Pasieczny  
e-mail: [tomasz.pasieczny@eitplus.pl](mailto:tomasz.pasieczny@eitplus.pl)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

