

Nr sprawy: ZZ-271-60-D-PN/2015  
l.dz. 2284/2015

Wrocław, 01.06.2015 r.

**Do Wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: przetargu na **dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu, aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb Laboratorium Izotopowego, z podziałem na 5 części**

**INFORMACJA NR 3**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedzią.

**Pytanie nr 1**

SIWZ Dział IV – Termin Wykonania Zamówienia

Prosimy Zamawiającego o zwiększenie terminu realizacji zamówienia publicznego dla części II i części V - do 10 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z jednoczesnym zachowaniem zastrzeżenia iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015r.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że zmienia termin realizacji zamówienia publicznego dla części II i części V - do 9 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z jednoczesnym zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 14.10.2015r.

**Pytanie nr 2**

Załącznik nr 2 do siwz – Wzór Formularza Oferty – część B (Część 5)

Monitor dozymetryczny do dłoni i stóp alfa/beta/gamma – punkt 2.

Zamawiający określił wielkość detektora na jedną stopę jako min. 500 cm<sup>2</sup>, co w odczuciu Wykonawcy jest wielkością dużą, a jednocześnie określił wielkość detektora na jedną dłoń jako min. 270 cm<sup>2</sup>, co jest wielkością niewielką. Prosimy Zamawiającego o uściślenie wielkości detektora na jedną dłoń jako min. 350 cm<sup>2</sup>.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów. Zamawiający zaznacza, że wymagane parametry są określone jako minimalne, zaoferowanie urządzenia o większych rozmiarach detektora jest więc możliwe.

**Pytanie nr 3**

Załącznik nr 2 do siwz – Wzór Formularza Oferty – część B (Część 5)

Monitor dozymetryczny do dłoni i stóp alfa/beta/gamma – punkt 3.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o min. wydajności dla I-125 12%?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Tak, Zamawiający zgadza się na zmianę parametru, określając wymóg na minimalną wydajność dla I-125 12%.

**Pytanie nr 4**

Załącznik nr 2 do siwz – Wzór Formularza Oferty – część B (Część 5)



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sterowanie i zbieranie danych: Monitor dozymetryczny do dłoni i stóp alfa/beta/gamma – punkt 5.

Prosimy o wykreślenie tego punktu. Systemy typu LIMS dostarczane są przez różnych dostawców/producentów i Wykonawca nie może odpowiadać za przygotowanie sieci komputerowej dla Zamawiającego przez innego dostawcę/producenta.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający zgadza się na zmianę parametrów oraz wykreśla zapis z SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Załącznik nr 2 do siwz – Wzór Formularza Oferty – część B (Część 5)

Sterowanie i zbieranie danych: Monitor dozymetryczny do dłoni i stóp alfa/beta/gamma – punkt 5.

Prosimy o dopuszczenie oferty sprzętu, który posiada port sieciowy RJ45.

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Zamawiający usuwa punkt 5 z wymagań tym samym nie określa wymaganych portów dostępu.

**Pytanie nr 6**

Załącznik nr 2 do siwz – Wzór Formularza Oferty – część B (Część 5)

Sterowanie i zbieranie danych: Przenośny miernik powierzchni dla skażeń radioaktywnych alfa, beta, gamma – punkt 3.

Prosimy o wykreślenie tego punktu. Systemy typu LIMS dostarczane są przez różnych dostawców/producentów i Wykonawca nie może odpowiadać za przygotowanie sieci komputerowej dla Zamawiającego przez innego dostawcę/producenta.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający zgadza się na zmianę parametrów oraz wykreśla zapis z SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Załącznik nr 2 do siwz – Wzór Formularza Oferty – część B (Część 5)

Sterowanie i zbieranie danych: Przenośny miernik powierzchni dla skażeń radioaktywnych alfa, beta, gamma – punkt 3

Prosimy o dopuszczenie oferty sprzętu, który posiada port RS-232 umożliwiający podłączenie urządzenia przenośnego z komputerem.

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Zamawiający usuwa punkt 5 z wymagań tym samym nie określa wymaganych portów dostępu.

**UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 12 a ust. 3 w związku z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający dokonuje następującej zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz zmianę terminu realizacji zamówienia:

**W DZIALE IV SIWZ:**

Podstawowy termin realizacji zamówienia publicznego wynosi maksymalnie:

Część I – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r.

Część II – do 9 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 14.10.2015 r.

Część III – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r.

Część IV – do 2 miesięcy od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r.

Część V – do 9 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 14.10.2015 r.

## W DZIALE XI SIWZ:

### 1. Złożenie ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu **ul. Stabłowicka 147; budynek 1A, Recepcja w nieprzekraczalnym terminie:**

|         |                      |          |              |
|---------|----------------------|----------|--------------|
| Do dnia | <b>24.06.2015 r.</b> | do godz. | <b>11:00</b> |
|---------|----------------------|----------|--------------|

(...)

### 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, Budynek nr 1A (biuro WCB EIT+ sp. z o.o.), Sala Konferencyjna, I piętro.


|        |                      |         |              |
|--------|----------------------|---------|--------------|
| W dniu | <b>24.06.2015 r.</b> | o godz. | <b>11:30</b> |
|--------|----------------------|---------|--------------|

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2A, 2B i 7 do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

**Zamawiający prosi Wykonawców o złożenie oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.**

**Niniejsza informacja staje się integralną częścią SIWZ i stanowi dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust 4.**

Z poważaniem  
**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

  
DIREKTOR LEPA  
ZAKUPÓW  
Agnieszka Jurgiel

Kontakt: Elżbieta Piwowarczyk  
e-mail: [elzbieta.piwowarczyk@eitplus.pl](mailto:elzbieta.piwowarczyk@eitplus.pl)