

Nr sprawy: ZZ-271-10-D-PN/2015
l.dz. 1256/2015

Wrocław, 24.04.2015 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) **aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Inżynierii Białka, z podziałem na 4 części**

INFORMACJA NR 3

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Pytanie dotyczy części II Specyfikacji Technicznej Izotermalnego kalorymetru miareczkującego (ITC)

Pytanie nr 1

Punkt 13 części Wymagania techniczne, Główne funkcje urządzenia, brzmi:

Prędkość mieszania min. od 500 do 1500 rpm

Czy w tym miejscu dopuszczają Państwo:

Prędkość mieszania od 0 do 400 rpm?

Uzasadnieniem technicznym z mojej strony jest cylindryczna budowa celi pomiarowej, w której mniejsze prędkości mieszania gwarantują całkowite wymieszanie badanych roztworów.

To odpowiednie wymieszanie jest parametrem decydującym, nie sama wartość prędkości mieszania. Co więcej, duże prędkości mieszania mogą być niebezpieczne dla delikatnych struktur białkowych, jak również mogą generować ciepło (szum). Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści urządzenie umożliwiające mieszanie próbki z prędkością od 0 do 400 rpm, ponieważ zmiana ta jest mało istotna dla funkcjonalności urządzenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 – Część B do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający prosi Wykonawców o złożenie oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsza informacja staje się integralną częścią SIWZ i stanowi dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust 4

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Anna Grzegorzek

e-mail: anna.grzegorzek@eitplus.pl

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Zakupów
Agnieszka Jurgielanec