

Nr sprawy: **ZZ-271-60-D-PN/2015**
l.dz. 2554 /2015

Wrocław, 19.06.2015 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na **dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu, aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb Laboratorium Izotopowego, z podziałem na 5 części**

INFORMACJA NR 4

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1 (dotyczy części 4):

Zwracam się z zapytaniem, dotyczącym w/w Część IV Automatyczny Licznik Gamma.

W Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty - część B (część 4) w tabeli "Obligatoryjne (wymagane-minimalne) parametry/funkcje w pkt. 4 podano: " Wydajność licznika musi wynosić dla I-125 minimum 75%, I-129 minimum 50%, Cs-137 minimum 36%"

Czy Zamawiający dopuści zmianę na w/w pkt. na: " Wydajność licznika musi wynosić dla I-125 minimum 75%, I-129 minimum 50%, Cs-137 minimum **26%**".

Sądzymy, że to zwykła literówka, gdyż pozostałe parametry specyfikacji wskazują, że nie sposób uzyskać tak wyjątkowo dużą (36%) wydajność dla Cs-137 gdy pozostałe wydajności są typowe.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia wymagany parametr z Cs-137 minimum 36% na Cs-137 minimum 26%.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 4), Automatyczny licznik promieniowania gamma, pkt. 4 Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje, w następujący sposób:

4.	Wydajność licznika musi wynosić dla I-125 minimum 75%, I-129 minimum 50%, Cs-137 minimum 26%	TAK
----	---	-----

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami, integralną część niniejszej Informacji stanowi zmieniona, edytowalna wersja Załącznika nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty - część B.

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje następującej zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Dział XI pkt 1. 1) otrzymuje brzmienie:

1. Złożenie ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu **ul. Stabłowicka 147; budynek 1A, Recepcja** w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia	26.06.2015 r.	do godz.	11:00
---------	----------------------	----------	--------------

(...)

Dział XI pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, Budynek nr 1A (biuro WCB EIT+ sp. z o.o.), Sala Konferencyjna, I piętro.

W dniu	26.06.2015 r.	o godz.	11:30
--------	----------------------	---------	--------------

W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW

Jurgielaniewicz
Agnieszka Jurgielaniewicz

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Magdalena Okulicz-Kozaryn

tel. +48 71 720 16 10

e-mail: magdalena.okulicz-kozaryn@eitplus.pl

