

Nr sprawy: ZZ-271-57-D-PN/2015

Wrocław, 03.06.2015 r.

l.dz. 2330/2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

**INFORMACJA NR 4
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym informujemy, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

Pytanie 1 (dotyczy Części B (Część 2)):

Dotyczy „Inkubatorów z wytrząsaniem – średnich”, tab. 2, pkt. 4 działu Głównie parametry urządzenia, Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzoru formularza oferty.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z regulacją temperatury od **-10°C** poniżej temperatury otoczenia do **+60°C**?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia z regulacją temperatury od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +60°C.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 2), Inkubatory z wytrząsaniem – średnie, Głównie parametry urządzenia (pkt 4, Tabeli 2 – Tabela 3 po modyfikacji z dnia 29.05.2015r. dotyczy wytrząsarek z kontrolą poziomu CO₂) w następujący sposób:

4.	Temperatura w zakresie co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +60°C	TAK
----	--	-----

Pytanie 2 (dotyczy Części B (Część 2)):

Dotyczy Tabeli „Inne”, Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzoru formularza oferty dla „Inkubatorów z wytrząsaniem – dużych, średnich, małych oraz Wytrząsarek platformowych”.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie listwy zasilającej o napięciu 230V?

str. 1



Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający zgadza się na dostarczenie listwy zasilającej o napięciu 230V.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część Część 2), Inne, do każdego urządzenia w części 2, poprzez zmianę napięcia listwy zasilającej z 250V na 230V, w następujący sposób:

Inne:

1.	Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą (np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 230V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny	TAK
----	--	-----

UWAGA:

MODYFIKACJA Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 1):

W związku z dokonaną zmianą napięcia listwy zasilającej z 250V na 230V dla części 2, Zamawiający modyfikuje również dla części 1, w Tabeli 2 Obligatoryjne (wymagane - minimalne) funkcjonalności, parametry / funkcje, pkt. 19 treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 1), który otrzymuje nowe brzmienie:

19.	Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą (np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 230V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny	TAK
-----	--	-----

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami, integralną część niniejszej Informacji stanowią:

- 1) *zmieniona, edytowalna wersja Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 1)*
- 2) *zmieniona, edytowalna wersja Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 2)*

str. 2

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje następującej zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Dział XI pkt 1. 1) otrzymuje brzmienie:

1. Złożenie ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu **ul. Stabłowicka 147; budynek 1A, Recepcja w nieprzekraczalnym terminie:**

Do dnia	10.06.2015 r.	do godz.	12:00
---------	----------------------	----------	--------------

UWAGA !

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem na kopercie należy zaznaczyć miejsce złożenia oferty. Złożenie oferty bez tej adnotacji może skutkować jej nieskutecznym wpłynięciem do Zamawiającego.

Dział XI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, Budynek nr 1A (biuro WCB EIT+ sp. z o.o.), Sala Konferencyjna, I piętro.

W dniu	10.06.2015 r.	o godz.	12:30
--------	----------------------	---------	--------------

UWAGA !

Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Jurgielanczyk
DIREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW
Agnieszka Jurgielanczyk

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa