

Nr sprawy: ZZ-271-58-D-PN/2015
l.dz. 2158./2015

Wrocław, 05.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń do wyposażenia laboratoriów biotechnologicznych w bud. 9 z podziałem na 3 części

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ (wraz z załącznikami) w następujący sposób:

Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B w Tabeli „OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE” Minimalne parametry użytkowe Część I poz.1 – Urządzenie do sterylizacji pomieszczeń z wykorzystaniem gazowej formy H2O2 pkt.1 i 29, które otrzymują brzmienie:

I.p.	OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Lp.	Nazwa parametru/ funkcji/ warunku	

Minimalne parametry użytkowe

1.	<i>Urządzenie musi zapewnić skuteczną sterylizację pomieszczeń laboratoryjnych wraz z ich wyposażeniem. Sterylizacja musi obejmować w szczególności patogeny zakwalifikowane do klasy 2., 3. i 4. według Dyrektywy 2000/54/EC (laboratoria o stopniu hermetyczności PCL2, PCL3 wg. PN-EN 12128)</i>	Tak
29.	Kompatybilność czynnika aktywnego <i>generowanego przez urządzenie</i> pozwalająca na bezpieczną dekontaminację pomieszczeń zawierających następujące materiały: - ściany wykonane z paneli z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. - sufity wykonane z paneli z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. - ściany i sufity wykończone tynkami gipsowymi, malowane farbą antybakteryjną SIGMA CARE IMMUN-matt - sufity podwieszane ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC (panel) Warunkiem odbioru sprzętu do dekontaminacji jest brak uszkodzeń na powierzchniach ścian i sufitów po przeprowadzaniu dwóch skutecznych cykli odkażania na etapie testowania sprzętu. Skuteczność dekontaminacji potwierdzona testami biologicznymi zawierającymi spory <i>Geobacillus stearothermophilus</i>, rozmieszczonymi w trudno dostępnych miejscach pomieszczenia – minimalna ilość testów: 30 szt./pomieszczenie.	Tak



Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2.2 - Wzór Formularza Oferty Część B do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający prosi Wykonawców o złożenie oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsze informacje stają się integralną częścią SIWZ i stanowią dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust. 4.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW
Jurget mola
Agnieszka Jurget mola

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Renata Winnicka
tel. +48 71 720 16 10
e-mail: renata.winnicka@eitplus.pl

