

Nr sprawy: ZZ-271-57-D-PN/2015
l.dz. 2274/2015

Wrocław, 29.05.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) – Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ramach części nr 1 poprzez dodanie pkt 17 o następującej treści:

„17. Dotyczy Części 1:

punkty poboru gazów będą miały następujący standard złączek:

- **gwint wewnętrzny 3/8" lub złączka NPT 1/4" w wersji męskiej lub żeńskiej (male/female) - dla punktów poboru gazów,**
- **złączki firmy GCE - dla punktów poboru próżni.**

Zamawiający pomocniczo załącza na stronie internetowej rzuty pomieszczeń 3.6 oraz 3.60 do budynku 9.”

W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, integralną część stanowią:

- 1) zmodyfikowana treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- 2) rzuty bud. 9 dla pomieszczeń 3.6 i 6.60 – elektryczność, kanalizacja i woda.

W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Jurgielanier
DIREKTOR DZIAŁU AMERYKA
ZAKUPÓW
Agnieszka Jurgielanier

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



str. 1