

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2 z podziałem na 2 części.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części.

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA CZĘŚĆ 1 OFERTY:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość [zestaw]	Kod CPV
1	Zintegrowany system do prowadzenia procesów hodowlanych	1	38540000-2

Przedmiot zamówienia dla części 1 dotyczy urządzeń przeznaczonych do laboratoriów o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego, których badawczo-komercyjny charakter narzuca specyficzne wymagania Zamawiającego. Zamawiający w Załączniku nr 2.2 do SIWZ- Wzór Formularza oferty - Część B przedstawił funkcjonalny opis zestawu wyposażenia.

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA CZĘŚĆ 2 OFERTY:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość [kpl]	Kod CPV
1	Inkubatory z wytrząsaniem - duże	1	38540000-2
2	Inkubatory z wytrząsaniem - średnie	1	38540000-2
3	Wytrząsarki platformowe	1	38540000-2
4	Inkubatory z wytrząsaniem - małe	1	38540000-2

UWAGA!

Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne (wymagane - minimalne) funkcjonalności, parametry dla obu części niniejszego postępowania zawarte zostały w **Załączniku nr 2.2 – Wzór Formularza oferty - Część B**;

3. Pod pojęciem **dostawy** urządzeń rozumie się ich transport do siedziby Zamawiającego (wraz z transportem poziomym wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem, instalacją (w tym ewentualną przebudową lub rozbudową instalacji) i uruchomieniem oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń.

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

str. 1



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wykonawca - na swój koszt i ryzyko – w imieniu Zamawiającego musi w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Rozporządzeń Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie pierwszego/pierwotnego zgłoszenia rejestracyjnego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych.

Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia objęte będą pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

4. Zamawiający dla Części 1, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, przewiduje Prawo opcji polegające na dostawie nw. urządzeń przeznaczonych do Laboratorium hodowli BSL 2:

1. Urządzenie 1 – (biofermentor stalowy) przeznaczone do hodowli bakterii prowadzonej z mieszaniem ruchem wirowym w stalowym naczyniu hodowlanym, o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 5 litrów i nie większej niż 20 litrów,
2. Urządzenie 2 – przeznaczone do hodowli komórek ssaczy, prowadzonej z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym, kwalifikowanym naczyniu hodowlanym, o objętości nie mniejszej niż 12 litrów i nie większej niż 50 litrów,
3. Urządzenie 3 – jednostka sterująco-kontrolna, umożliwiająca przygotowanie dużej objętości pożywki hodowlanej i buforów, tj. nie mniejszej niż 50 litrów w jednorazowym naczyniu wraz ze zbiornikiem do przechowywania o pojemności minimum 50 litrów oraz pozostałymi elementami wyposażenia jednostki, jak opisano w Załączniku nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 1).

Zamawiający wprowadza Prawo opcji ze względu na:

- 1) przewidywane długie terminy dostaw tego typu urządzeń wynoszące odpowiednio Urządzenie 1 – ok. 20 tygodni, Urządzenie 2 – ok. 14 tygodni, Urządzenie 3 – ok. 16 tygodni oraz termin zakończenia projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.2” dalej projektu DCMiB - 30.10.2015r. na dzień wszczęcia niniejszego postępowania bez aneksu wydłużającego wskazaną datę, uniemożliwiający zakup ww. urządzeń po wskazanym aktualnym terminie.
- 2) Brak w pomieszczeniach laboratoryjnych niektórych podłączeń instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania wszystkich planowanych do zakupu urządzeń. Zamawiający aktualnie wszczął kolejne postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym instalacyjnych. W poprzednim postępowaniu nie zgłosił się żaden

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 2



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



wykonawca i Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować wyboru wykonawcy robót budowlanych.

UWAGA:

Uruchomienie Prawa opcji w zakresie jednego, dwóch lub wszystkich urządzeń, nastąpi w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu DCMiB oraz wykonania niezbędnych prac dostosowujących pomieszczenia przeznaczone na instalację jednego, dwóch lub wszystkich wskazanych urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania Prawa opcji wobec jednego, dwóch lub wszystkich wskazanych urządzeń.

Zamawiający będzie mógł skorzystać z Prawa opcji w terminie do 10.12.2015r.

Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać z Prawa opcji. Skorzystanie z Prawa opcji następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia Zamawiającego - Zlecenie Prawa opcji, które Zamawiający zobowiązuje się złożyć najpóźniej do 22.07.2015r. Z uwagi na fakt, że w obecnym czasie prowadzone jest postępowanie na roboty budowlane mające na celu m.in. dostosowywanie instalacji w pomieszczeniach do wymagań urządzeń oraz niemożliwe jest dzisiaj określenie realnej daty aneksowania terminu zakończenia projektu DCMiB, wykorzystanie uprawnień określonych związanych z Prawem opcji, uzależnione będzie od ostatecznej decyzji Zamawiającego, uzależnionej z kolei od ww. przesłanek.

5. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.
6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ, przy czym **dla Części 2 zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym katalogi, opisy techniczne producenta (tzw. materiały informacyjne), pozwalające na ocenę spełnienia przez oferowane urządzenia, głównych parametrów urządzenia wymaganych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 2.2 – Formularz oferty część B.**
7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji przekazanej Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj. posiadają te same parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne, co dostawy, określone w przekazanej dokumentacji - w takiej sytuacji ciężar udowodnienia powyższego (np. poprzez złożenie stosownych dokumentów) leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców, dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry, a dodatkowo nie gorsze niż te, które są określone w Formularzu oferty oraz będą mogły być zastosowane z uwzględnieniem infrastruktury technicznej Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 3



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

8. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:
- dostawy urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym (jeżeli dotyczy),
 - transportu Sprzętu na warunkach określonych w **Polska INCOTERMS 2010 DDP** do miejsca **Wrocławskie Centrum Badań EIT+, 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147** do pomieszczeń przeznaczonych na instalację urządzeń i sprzętu, a ponadto do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”
 - montażu, instalacji, uruchomienia urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym (jeżeli dotyczy),
 - przyjazdu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 3 razy.
 - zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (jeżeli jest wymagane przepisami prawa polskiego) w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Dyrektyw Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucję, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację) do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie ~~po~~ podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych,
 - przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu. W przypadku urządzeń zawartych w części 1 postępowania – instruktaż obejmuje 3 spotkania w miejscu instalacji u Zamawiającego, z czego:
 - pierwszy instruktaż – minimum 2-dniowy zostanie przeprowadzony w czasie testowania sprzętu przed odbiorem końcowym
 - drugi i trzeci instruktaż (odświeżająco - aktualizujący), trwający minimum 3 dni, zostanie przeprowadzony w okresie do 6 miesięcy po odbiorze końcowym urządzenia. Termin instruktażu zostanie uzgodniony z Wykonawcą bezpośrednio przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, na minimum 2 tygodnie przed planowanym instruktażem. W przypadku urządzeń zawartych w części 2 postępowania – zostanie przeprowadzony w czasie testowania sprzętu przed odbiorem końcowym.
 - zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ,

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 4



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



- h) przekazania Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania Systemowego, praw do korzystania i/lub pełnej własności (jeżeli producent oprogramowania dopuszcza możliwość posiadania pełnej własności) z Oprogramowania Systemowego dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje autorskie (jeżeli dotyczy),
- i) uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej, m. in.:
- **kosztów opłat celnych,**
 - **kosztów opakowania,**
 - **kosztów usunięcia opakowań, innych elementów oraz elementów wadliwych po montażu,**
 - **wyładunku, wniesienia, rozładowania, transportu poziomego do miejsca instalacji, instalacji i testów,**
 - **kosztów podłączenia do istniejących instalacji obiektowych (wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową instalacji)**
 - **kosztów instruktażu personelu Użytkownika,**
 - **kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,**
 - **kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP,**
 - **kosztów usługi agencji celnej,**
 - **kosztów przechowywania sprzętu do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”, w docelowych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (np. koszty ubezpieczenia sprzętu w siedzibie Zamawiającego). Zamawiający nie będzie pobierał opłat od Wykonawcy za fakt umieszczenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego do czasu odbioru końcowego „bez uwag”.**
 - **kosztów przyjazdu na wezwanie Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań/stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, przed instalacją w miejscu docelowym**
 - **jeżeli wystąpią : kosztów gazów, odczynników w okresie testowania, TDT do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag (jeżeli dotyczy)**


9. Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty wymienione w Tabeli nr 1, poniżej:

Tabela nr 1:

Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ	
Nr	Nazwa
1.	Szczegółowe wymagania dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

str. 5



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



10. Każdy Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentami wymienionymi w Tabeli nr 1 niniejszego działu, ponieważ wszystkie wynikające z nich obowiązki i czynności muszą być wykonane w ramach zawartej Umowy, dlatego winny być skalkulowane i uwzględnione w cenie ofertowej, przedstawionej w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).
11. Terminy naprawy sprzętu:
- Jeśli w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki drogą elektroniczną lub faksem naprawa nie będzie możliwa, WYKONAWCA na czas naprawy dostarczy Sprzęt/element zastępczy na czas naprawy, o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy sprzętu wskazanego powyżej.
 - Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.
Wzór poniżej w Tabeli nr 2 ^{jeżeli dotyczy}:

Tabela nr 2 Niestandardowe czasy naprawy:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:

Wykonawca załącza do oferty wypełnioną tabelę „Niestandardowych czasów napraw” oddzielnie do każdego oferowanego urządzenia. Niepełnołączenie do oferty Tabel oznaczać będzie dla Zamawiającego, że wszystkie elementy występujące w ofercie mogą być naprawione w terminie standardowym, o którym mowa powyżej w lit. a).

Czas naprawy jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. W ramach udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń.

12. W przypadku, gdy oferowany sprzęt wymaga montażu w docelowym pomieszczeniu, Wykonawca w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne techniczne do montażu urządzenia obejmujące:
- lokalizację w pomieszczeniu przyłączy urządzenia do mediów (energia elektryczna, woda, gazy techniczne itp.),
 - inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia do montażu urządzenia.
13. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia następującą **kwotę brutto**:
- Część 1 – 5 781 000,00 PLN
 - Część 2 – 738 000,00 PLN
14. Zamawiający zapewnia w pomieszczeniach, w których będą instalowane urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, następujące media:

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 6



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Woda zimna:

W pomieszczeniach zostały zapewnione tylko podejścia zakończone zaworami odcinającymi – po stronie Wykonawcy jest zapewnienie materiałów i prac niezbędnych do wpięcia się w istniejące instalacje.

Parametry wody zimnej:

Twardość wody w instalacji wodnej zimnej 14-18 dH - jeśli urządzenia wymagają innej twardości po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż odpowiednich urządzeń zapewniających wymaganą twardość.

Ciśnienie wody w instalacji wody zimnej 4-6 bar - jeśli urządzenia wymagają innego ciśnienia po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż odpowiednich urządzeń zapewniających wymagane ciśnienie.

Przepływ wody w instalacji wody zimnej 15-20 l/min - jeśli urządzenia wymagają innego przepływu po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż regulatora przepływu.

Temperatura wody w instalacji wody zimnej 5-20 st. C - jeśli urządzenia wymagają innej temperatury po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż odpowiednich urządzeń zapewniających wymaganą temperaturę.

Ścieki:

W pomieszczeniach zostały zapewnione tylko podejścia kanalizacji – po stronie Wykonawcy jest zapewnienie materiałów i prac niezbędnych do wpięcia się w istniejące instalacje.

Prąd:

W pomieszczeniach zostały zapewnione gniazda 1f o zabezpieczeniu nadprądowym typ B16/1(producent Schneider) - jeżeli urządzenie wymaga zabezpieczenia nadprądowego innego niż B16/1 dostawa wymaganego zabezpieczenia nadprądowego po stronie Wykonawcy.

W pomieszczeniach zostały zapewnione standardowe gniazda 1f – jeśli urządzenie posiada niestandardową wtyczkę (np. typ Schuko) dostawa adaptera po stronie Wykonawcy. Jeśli urządzenie nie zostało przez producenta wyposażone we wtyczkę – dostawa wtyczki po stronie Wykonawcy.

Do każdego urządzenia wymagającego elektrycznego zasilania Wykonawca musi zapewnić dostawę odpowiedniej ilości listew zasilających typu Acar (tzn. ilość gniazd w listwach musi zapewniać możliwość zasilenia wszystkich elementów urządzenia wymagających zasilania).

Gazy techniczne

W pomieszczeniach zostały zapewnione źródła gazów technicznych o ciśnieniu:

- sprężonego powietrza 6-8bar,
- tlenu 6 bar,
- azotu 6 bar,
- dwutlenku węgla 6bar.

Wykonawca musi wyposażyć urządzenia w niezbędną armaturę regulacyjną i odcinającą na przyłączach do instalacji gazów technicznych.

15. Do obowiązków Wykonawcy należy podłączenie dostarczonych urządzeń do istniejących instalacji obiektowych oraz ewentualna przebudowa lub rozbudowa instalacji. Zakres przebudowy/rozbudowy winien być określony przez Wykonawcę po przeprowadzeniu i lokalnej w obiekcie, która umożliwi Wykonawcom prawidłowe zainstalowanie urządzeń. Wizja lokalna nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego (termin wizji Wykonawcy

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 7



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



winni zgłosić przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem). Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej po stronie Zamawiającego jest Mariusz Pypka, tel. 727 660 247, e-mail: mariusz.pypka@eitplus.pl i/lub Marek Gaj, tel. 502 397 254, e-mail: marek.gaj@eitplus.pl. Zamawiający zaleca Wykonawcom skorzystanie z wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu, ustalenia szczegółów technicznych oraz do uwzględnienia w cenie ofertowej m.in. ewentualnych kosztów związanych z przebudową lub rozbudową instalacji w celu podłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących instalacji obiektowych.

16. **Wykonawca w toku przygotowania oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje wątpliwości i ewentualne nieścisłości, znajdujące się, wg jego oceny, w niniejszych dokumentach przetargowych (SIWZ z Załącznikami).**

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do
budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 8



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

