

Nr sprawy: ZZ-271-94-D-PN/2015
l.dz. 2803/2015

Wrocław, 08.07.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.

INFORMACJA NR 1

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym informujemy, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

Pytanie 1 - dotyczy Części 1:

Niestety Państwa siwz jeśli chodzi o część 1 został tak napisany, iż mimo że posiadamy wagi o wymaganych parametrach nie będziemy mogli wystartować w przetargu.

Chodzi o podwieszana szalka zapewniająca **brak styku** z dolną powierzchnią komory.


Nasze wagi jak i wszystkich innych producentów mają szalki które stykają się z dolną pow. Komory. Tak napisany siwz. faworyzuje tylko jedną firmę.

Odpowiedź na Pytanie 1:

W związku z uwagą dotyczącą ww. opisu przedmiotu zamówienia w części nr 1 dopuszcza w części nr 1, poz. 2 (Waga analityczna 1 wraz z zestawem wzorców zachowania) wagę bez podwieszanej szalki, niemniej z zachowaniem jakości ważenia.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (Część 1), poz. 2 Waga analityczna 1 wraz z zestawem wzorców, obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje w następujący sposób:

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
--	--



- zakres ważenia do minimum: 11/120 g - odczyt co najmniej: 0,01/0,1 mg - powtarzalność (5% obciążenia) (sd) 0,02 mg - liniowość: 0,2 mg - podwieszana szalka zapewniająca brak styku z dolną powierzchnią komory. (Zamawiający dopuszcza wagę bez szalki, z zachowaniem jakości ważenia) - wbudowana automatyczna adiustacja wewnętrzna (aktywacja ręczna lub zmianą temperatury) - automatyczna kontrola wypoziomowania z funkcją ostrzegania - kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwiający zaprogramowanie do 10 przycisków skrótów przeznaczonych dla funkcji specjalnych - możliwość odłączania i instalacji panelu sterującego w odległości min. 50cm od wagi połączonego przewodem - oprogramowanie wagi w języku polskim - możliwość podłączenia do drukarki lub komputera m.in. poprzez złącza: RS232, Ethernet, USB oraz bezprzewodowe Bluetooth	TAK
--	-----

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonaną zmianą, integralną część niniejszej Informacji stanowi zmieniona, edytowalna wersja Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (zmiana dotyczy części 1).

W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej


DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW
Agnieszka Jurgiel

Kontakt: Magdalena Okulicz-Kozaryn
tel. +48 71 720 16 10
e-mail: magdalena.okulicz-kozaryn@eitplus.pl

str. 2