

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZZ-271-94-D-PN/2015**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dla zamówienia o wartości
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.**

NA:

**Dostawę urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

**Postępowanie przetargowe realizowane jest w ramach Projektu
„Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów
Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze
środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka – działanie 2.2**

ZATWIERDZAM:

Z up. Zarządu WCB EIT+ Sp. z o.o.

**DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW**
[Podpis]
Agnieszka Jurgielanec

Wrocław, dnia 01.07.2015 r.

Spis treści

DZIAŁ I – INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM	3
DZIAŁ II – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE OGÓLNE	3
DZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4
DZIAŁ IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	6
DZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW – dotyczy każdej części zamówienia	6
DZIAŁ VI – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZANIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – dotyczy każdej części zamówienia	8
DZIAŁ VII – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW – dotyczy każdej części zamówienia	13
DZIAŁ VIII – WADIUM – dotyczy każdej części zamówienia	15
DZIAŁ IX – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – dotyczy każdej części zamówienia	17
DZIAŁ X – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – dotyczy każdej części zamówienia	18
DZIAŁ XI – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – dotyczy każdej części zamówienia	20
DZIAŁ XII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY – dotyczy każdej części zamówienia	22
DZIAŁ XIII – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENIANIA OFERT – dotyczy każdej części zamówienia	23
DZIAŁ XIV – TRYB OCENY OFERT – dotyczy każdej części zamówienia	26
DZIAŁ XV – ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – dotyczy każdej części zamówienia	28
DZIAŁ XVI – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY – dotyczy każdej części zamówienia	29
DZIAŁ XVII – ISTOTNE WARUNKI I POSTANOWIENIA UMOWY – dotyczy każdej części zamówienia	29
DZIAŁ XIX – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – dotyczy każdej części zamówienia	32
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ	35

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 2)



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



DZIAŁ I – INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.
ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

NIP 894-293-00-22

REGON 020671635

KRS 0000300736

Tel: + 48 71 354 33 62, +48 71 720 16 01

Fax: + 48 71 354 33 62, +48 71 720 16 00

Adres internetowy: www.eitplus.pl


DZIAŁ II – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiotowe postępowanie odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, dla wartości zamówienia powyżej 207 000,00 euro.
2. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. **Informacje ogólne:**
 - 1) Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu ~~01.01~~ **01.01 2015** r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.eitplus.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Zamawiającego 54-066 Wrocław, Teren Kampusu Pracze Wrocław ul. Stabłowicka 147.
 - 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
 - 3) SIWZ składa się z zasadniczej części opisowej, oraz ze wszystkich tworzących ją Załączników, łącznie z projektem umowy i załącznikami, które dotyczą realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
 - 4) **Podwykonawstwo:**
 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawę.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 3)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularzu Oferty Część A.
- 5) **Zamówienia częściowe** - W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
- 6) **Zamówienia uzupełniające** - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze sprzętu
- 7) W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 8) W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 10) Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadzał dialogu technicznego.
- 11) Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek.
- 12) Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.
- 13) Zamawiający informuje, że użyte w niniejszej SIWZ określenia „powinny”, „winny” są równoznaczne z pojęciem „muszą”.

DNIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest:
 - a. dla części 1,2,4,6 - dostawa urządzeń drobnych wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń drobnych do budynku 9A Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147,
 - b. dla części 3,5,7,8,9 - dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147.

Zamawiający udziela zamówienia w podziale na 9 części jak następuje:

LP	Nazwa urządzenia/sprzętu	Ilość (sztuk/kpl./ zestaw/opak.)	Kod CPV
Część 1			
1	Waga techniczna precyzyjna wraz z zestawem wzorców	1 kpl.	38310000-1
2	Waga analityczna 1 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.	38311100-9

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 4)

3	Waga analityczna 2 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.	38311100-9
4	Waga analityczna 3 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.	38311100-9
5	Stół wagowy	4 szt.	39181000-4
Część 2			
1	Dejonizator ciśnieniowy z dodatkowym wypełnieniem i konduktometrem	1 zestaw	38000000-5
Część 3			
1	Okap ze stali nierdzewnej 1000x2000x500 (h)	1 zestaw	39714000-0
2	Okap ze stali nierdzewnej 1500x 500 x500 (h)	1 zestaw	39714000-0
3	Okap ze stali nierdzewnej 1000x 800 x500 (h)	1 zestaw	39714000-0
4	Okap ze stali nierdzewnej 800x 800 x500 (h)	1 zestaw	39714000-0
Część 4			
1	Myjka ultradźwiękowa	1 szt	42943200-0
2	Mieszadło magnetyczne z grzaniem	1 szt	38000000-5
Część 5			
1	Termometr elektroniczny z sondą	2 szt	38412000-6
2	Czasomierz laboratoryjny z magnesem	2 szt	38000000-5
3	Ładowarka + 4 akumulatorki R6/AA	1 kpl	31158000-8
4	Zestaw akumulatorów	1 zestaw	31430000-9
Część 6			
1	Suszarka Laboratoryjna	1 szt.	38000000-5
Część 7			
1	Pipeta automatyczna jednokanałowa	1 szt.	38437100-8
2	Końcówki do pipety	1 opak.	38437110-1
Część 8			
1	Pistolet do przedmuchiwania	4 szt.	38000000-5
2	Wąż spiralny PU oprawiony	4 szt.	38000000-5

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 5)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21

Część 9

1	Taboret czarny	3 szt.	39180000-7
---	----------------	--------	------------

- Zamawiający zaleca Wykonawcom skorzystanie z wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu, ustalenia warunków transportu, dostawy, montażu i rozruchu urządzeń, szczegółów technicznych oraz uwzględnienia w cenie ofertowej m.in. ewentualnych kosztów związanych z zapewnieniem dostawy wszystkich (stosownych) elementów niezbędnych do instalacji przedmiotu zamówienia do istniejącej infrastruktury – jeżeli dotyczy.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 2.2 do SIWZ**.

DZIAŁ IV –TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia publicznego: najpóźniej do 23.10.2015 r. i obejmuje czas przewidziany na:

Dla części: 1,2,4,6: produkcję sprzętu, dostawę sprzętu, wykonanie usług, przeprowadzenie procedury odbioru, przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego, czas testowania sprzętu (jeżeli dotyczy), podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego zamówienia dostawczego.

Dla części: 3,5,7,8,9: produkcję sprzętu, dostawę sprzętu, przeprowadzenie procedury odbioru, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego zamówienia dostawczego.

Zamawiający zobowiązuje się złożyć stosowne zamówienie dostawcze w terminie umożliwiającym wykonanie pełnej realizacji zamówienia publicznego do dnia 23.10.2015 r.

DZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW – dotyczy każdej części zamówienia

- O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
 - Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
 - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia;
 - Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia;

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 6)



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
 - d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
- 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium **spełnia - nie spełnia** na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów, poświadczeń i oświadczeń wyszczególnionych w Dziale VI SIWZ potwierdzających spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem wykorzystania przepisów art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp.
- 2) Z treści załączonych dokumentów, poświadczeń i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
- 3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp).
- 4) Oświadczenia lub dokumenty, poświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.
- 5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 6) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- 9) Wszelkie oświadczenia należy złożyć w formie oryginału, zaś pozostałe dokumenty wymienione w dziale VI SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 10) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 7)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Podpis]

wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Powyższa zasada ma także zastosowanie do żądania przedstawienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- 11) Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w m.in. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp). Powyższa zasada ma także zastosowanie do żądania przedstawienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp).

DZIAŁ VI – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZANIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – dotyczy każdej części zamówienia

1. **W celu wykazania spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć:**
 - 1) **Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.**
2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:**
 - 1) **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24 ustawy Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ**
 - 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

UWAGA:

- a) Jeżeli Wykonawca **ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ppkt 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 8)



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym **oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem** (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
- 3) **Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4) **Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5) **Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 - 11 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- 6) **Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 9)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 04

UWAGA:

1. Jeżeli Wykonawca **ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2 ppkt 3-6) składa:
 - a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dotyczy dokumentów określonych w Dziale VI, pkt 2 ppkt 3) i ppkt 4) SIWZ), wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dotyczy dokumentu określonego w Dziale VI, pkt 2 ppkt 6) SIWZ), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp (dotyczy dokumentów określonych w Dziale Dział VI, pkt 2 ppkt 5) SIWZ), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) i b) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym **oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem** (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
- 7) **Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z późniejszymi zmianami), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 - a) Wykonawca wchodzący w skład jakiegokolwiek grupy kapitałowej, składa wraz z ofertą informację o tym fakcie z informacjami dot. danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
 - b) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 10)



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



- przypadku posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami które wykazują, iż istnieje między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert, a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie oświadczeń, dokumentów.
- c) W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu Ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) składa on wraz z ofertą informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

UWAGA:

Stosowną informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 2 pkt 7) lit. a)-c) można sporządzić według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5 do SIWZ**)

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty :

- 1) **Prospekty i/lub foldery ofertowo-reklamowe urządzeń i/lub dokumentację producenta (materiały informacyjne) w języku polskim lub angielskim.** W przypadku złożenia ww. dokumentów w języku angielskim, należy załączyć do oferty sporządzone w języku polskim fragmenty dokumentów technicznych, umożliwiające weryfikację obligatoryjnych (wymaganych) parametrów lub funkcji wymaganych przez Zamawiającego; wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załączniku nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część B. Jeżeli w prospekcie technicznym brakuje opisu danej funkcji lub wartości parametru przedmiotu zamówienia, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. części instrukcji obsługi), na podstawie których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru z treścią Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część B.

UWAGA:

W Załączniku nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty: Część B należy podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć w nich (np. zakreślaczem), gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- 2) **Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te dostarczy na każde żądanie Zamawiającego w trakcie**

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 11)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

25

realizacji umowy, jednak nie później niż przed dniem dostawy – na Załączniku Nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A

- 3) **Oświadczenie Wykonawcy**, że wraz z dostawą oferowanego przedmiotu zamówienia dostarczy Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności CE wydaną przez producenta – na Załączniku Nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy przedstawić oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- 3) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć indywidualnie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 2 ppkt.2) – 7) niniejszego Działu.
- 4) Oświadczenie wymienione w pkt. 1 ppkt.1) Wykonawcy winni złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców).
- 5) Oświadczenie wymienione w pkt. 2 ppkt.1), musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s. c., statucie, etc.).
- 6) W Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i podania jego danych (m.in. danych adresowych) – należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wszystkie dotyczące ich dane, wymagane w Formularzu (m.in. dane adresowe).
- 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani są do zawarcia między sobą umowy regulującej ich współpracę. Umowa regulująca współpracę tych Wykonawców musi być zawarta na czas trwania Umowy o realizację niniejszego zamówienia. Niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale co najmniej na 5 dni przed terminem podpisania Umowy o realizację niniejszego zamówienia, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu w oryginale umowę regulującą ich współpracę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków i odpowiedzialności każdego z Wykonawców przy realizacji umowy.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 12)



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



- 8) Umowa, regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie, o której mowa powyżej, musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
- 9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

DZIAŁ VII – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW – dotyczy każdej części zamówienia

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pani Magdalena Okulicz-Kozaryn
 - tel. nr: **+48 71 720 16 10,**
 - email: **magdalena.okulicz-kozaryn@eitplus.pl**
2. Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, zawsze dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty a także w przypadku dokonywania uzupełnień na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
3. Zastrzeżona powyżej w pkt. 2 droga elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie. Niezłożenie uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia.
4. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
5. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 13)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Podpisy]

nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania i otrzymania w/w oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji do Wykonawcy.

6. Rozstrzygającym dla celów dowodowych jest potwierdzenie przesłania w/w oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający, z uwagi na pilność postępowania, prosi o zadawanie pytań w ww. terminie.

UWAGA: Z uwagi na krótki czas realizacji przedmiotowego zamówienia w ramach projektu DCMiB i wynikający z tego brak możliwości wydłużenia terminu składania ofert oraz ze względu na ekonomikę postępowania, Zamawiający informuje, iż będzie udzielał odpowiedzi wyłącznie na pytania które wpłyną do Zamawiającego w oparciu o art. 38 ust. 1a) PZP tj. jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi po upływie obowiązkowych terminów określonych w art. 38 ust. 1 PZP z wyjątkiem obszaru dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający prosi o jak najszybszą ewentualną weryfikację zapisów dot. dokumentacji przetargowej przez Wykonawców aby było możliwe udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego zgodnie z ww. zapisami

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.
9. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.eitplus.pl w linku dotyczącym niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. **Wykonawcy proszeni są o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („doc”, „xls” itp.).**
10. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.
12. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 14)



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, drogą elektroniczną.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której jest ona udostępniona.

DZIAŁ VIII – WADIUM – dotyczy każdej części zamówienia

1. Wysokość wadium.

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w **wysokości odpowiednio dla części jak podano w tabeli** (przed upływem terminu składania ofert wskazanym w Dziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ):

Numer Części	Kwota wadium złotych PLN
1.	1 500,00
2.	140,00
3.	300,00
4.	140,00
5.	13,00
6.	90,00
7.	13,00
8.	7,00
9.	25,00

2. Wadium może być wniesione na okres związania ofertą, w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one:

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 15)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



du *hu*

żądanie Zamawiającego sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- 1) **nazwę dającego zlecenie** (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz **wskazanie ich siedzib,**
- 2) **określenie wiarytelności,** która ma być zabezpieczona gwarancją,
- 3) **kwotę gwarancji,**
- 4) **termin ważności gwarancji/poręczenia,**
- 5) **zobowiązanie gwaranta do:** „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - a) **odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub**
 - b) **zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy lub**
 - c) **w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.**

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z zastrzeżeniem pkt. 7, na następujący rachunek Zamawiającego – Wrocławskie Centrum Badań EIT+:

Nr rachunku: 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547

wraz z określeniem nazwy i nr postępowania, na które Wykonawca składa ofertę.

Dane do przelewów międzynarodowych:

Numer rachunku bankowego IBAN: PL 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547.

SWIFT (BIC) code: WBKPPLPP.

Dane właściciela rachunku bankowego: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ SP. Z O.O.
POLAND, WROCŁAW, STABŁOWICKA 147.

Dane Banku: BANK ZACHODNI WBK S.A.
POLAND, WROCŁAW, NORWIDA 1/3.

5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć i/lub przesłać oryginał dokumentu w siedzibie/do siedziby Zamawiającego w pok. 27 – Departament

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 16)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Finansów (Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147; 54-066 Wrocław), a jego kopię załączyć do oferty.

6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego - WCB EIT+ Sp. z o.o., zaleca się dołączyć do oferty kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Załączenie powyższej kserokopii nie jest wystarczającym dowodem do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy wadium będzie wpłacone na wskazany w pkt. 4 rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
11. **Zamawiający zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, **z przyczyn leżących po jego stronie** nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, **listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.**
12. **Zamawiający zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami (poza przypadkiem opisanym w pkt. 11), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

DZIAŁ IX – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – dotyczy każdej części zamówienia

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **90 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 17)



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2017

- związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

DZIAŁ X – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – dotyczy każdej części zamówienia

1. Wymagania podstawowe:

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i postanowieniach zawartych w SIWZ.
- 3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on "nie dotyczy".
- 4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski) i mieć formę pisemną.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Formularzu oferty.
- 6) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
- 7) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik, stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
- 8) Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 9) Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie etc. powinny być parafowane, przez co najmniej jedną z osób podpisujących ofertę.
- 10) Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana w sposób czytelny (własnoręczny podpis) lub nieczytelnie (pieczętka imienna i własnoręczny podpis) przez Wykonawcę (zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym) lub przez

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 18)



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12) Zaleca się by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane.

2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U z 2003r., nr 153, poz. 1503, z późn.zm.).

- 1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł (wypełniając oświadczenie zawarte w Formularzu Oferty), że nie mogą one być udostępniane w szczególności innym uczestnikom postępowania **i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (poprzez wypełnienie Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów zawartego w Formularzu Oferty lub załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń do oferty).**

UWAGA: Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, tj. dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).

- 2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca umieścił dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzeźroczystej kopercie i dołączył na końcu oferty oznaczonej klauzulą: „*Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*”
- 4) Koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być opisana (spis dokumentów).
- 5) Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 19)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2if *h*

DZIAŁ XI – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – dotyczy każdej części zamówienia

1. Złożenie ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu **ul. Stabłowicka 147; budynek 1A, Recepcja w nieprzekraczalnym terminie:**

Do dnia	12.08 2015 r.	do godz.	12:00
---------	---------------------------------	----------	--------------

UWAGA !

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem na kopercie należy zaznaczyć miejsce złożenia oferty. Złożenie oferty bez tej adnotacji może skutkować jej nieskutecznym wpłynięciem do Zamawiającego.

- 2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

**Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.,
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska**

Nr Sprawy: ZZ-271-94-D-PN/2015

Oferta w postępowaniu na:

Dostawę urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.

Nie otwierać przed dniem: **(data i godzina otwarcia ofert)**

Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”.
- 3) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 20)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, Budynek nr 1A (biuro WCB EIT+ sp. z o.o.), Sala Konferencyjna, I piętro.

W dniu	12.08.2015 r.	o godz.	12:30
--------	---------------	---------	-------

UWAGA !

Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

4. Tryb otwarcia ofert:

- 1) Otwarcie ofert jest jawne.
- 2) W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie przekaze informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Koperty oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
- 5) Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności oraz gwarancji zawartych w ofertach.
- 6) Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
- 7) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

5. Zwrot oferty bez otwierania:

Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie składania ofert określonym powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 21)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Handwritten signature and stamp

DZIAŁ XII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY – dotyczy każdej części zamówienia

1. Wszelkie rozliczenia i płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą tylko i wyłącznie w walucie PLN.
2. Cena oferty winna być podana w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Podana w ofercie cena winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ (w tym koszty określone w Załączniku nr 1 do SIWZ) oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy oraz zawiera podatek VAT. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do wyliczenia cen brutto stawkę podatku VAT zgodną z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm). Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz.Urz. GUS nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydania opinii interpretacyjnych – „Zasada jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnot Europejskich”.
Wykonawca w ramach ceny oferty uwzględni wszystkie koszty towarzyszące niewykazane w niniejszej SIWZ.
4. Podana cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia, zamieszczona w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowej dostawy.
5. W związku z obowiązkiem Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji cenowej przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (stanowiącej Załącznik nr 7 do umowy), **Wykonawca zobowiązany jest** - przygotowując ofertę **do obliczania cen brutto (PLN) za poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia (tj. za zaoferowane urządzenia i sprzęt) bazując na cenach jednostkowych netto (PLN) - do określenia z dokładnością maksimum do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia, wyliczonych na podstawie programu finansowo-księgowego Wykonawcy do wystawiania faktur, przy czym podane kwoty winny być wyliczane w ścisłym odniesieniu do stosowanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT.** Przedstawiona kalkulacja cenowa będzie również stanowiła istotny element zapisów umowy i będzie podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z realizacji przedmiotu umowy. Wskazany wyżej wymóg podyktowany jest regulacjami prawnymi oraz zasadami realizacji projektów obowiązującymi w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 22)



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



6. Zamawiający w celu porównania i oceny złożonych ofert doliczy do ceny oferty Wykonawców nieobowiązanych do naliczania należnego podatku VAT (na podstawie odrębnych przepisów), kwotę należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy.
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone zostały w Załączniku nr 6a (część 1,2,4,6) i Załączniku nr 6b (część 3,5,7,8,9) do niniejszej SIWZ tj. we Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający przewiduje zaliczkowanie zamówienia, zgodnie z art. 151a ustawy Pzp w wysokości do kwoty 80% wynagrodzenia brutto po podpisaniu Umowy w walucie Umowy. Szczegółowe warunki dotyczące udzielania zaliczek określone zostały w § 5 Załącznika nr 6a (część 1,2,4,6) i Załącznika nr 6b (część 3,5,7,8,9) do niniejszej SIWZ – Wzorce umowy.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozostanie niezmiennie przez cały okres trwania umowy.

DZIAŁ XIII – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENIANIA OFERT – dotyczy każdej części zamówienia

1. Zgodnie z art. 91 ust 1. Ustawy, Zamawiający dokonuje wyboru kryterium, jakim będzie kierował się przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp i kierować się kryteriami oceny ofert :
 - **Cena oferty- waga 95 %**
 - **Okres gwarancji – waga 5 %**
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania;
 - b. nie zostaną odrzucone.
4. Zamawiający za najkorzystniejszą, uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, otrzyma maksymalną łączną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie w ramach ustalonych kryteriów (pozostałe oferty otrzymają oceny zgodnie z ustalonymi wzorami). Maksymalna łączna liczba punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych w pkt 2 wynosi 100,00 pkt. Uzyskana ocena zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów w poszczególnych kryteriach.
6. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (Wykonawca zagraniczny), będącego czynnym podatnikiem podatku VAT UE, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda Cenę oferty netto bez podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ww. cen netto podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 23)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dei *EW*

91 ust. 3a ustawy Pzp Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji.

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
7. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustalonej punktacji:

L.P.	KRYTERIUM	MOŻLIWA ILOŚĆ PUNKTÓW
1	Cena oferty	95,00
2	Okres gwarancji	5,00

8. Końcowa wartość punktowa obliczana będzie w sposób następujący:

$$W_s = W_c + W_g$$

gdzie:

Ws – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach.

Wc – oznacza ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena oferty (Formularz oferty).

Wg – oznacza ilość punktów badanej oferty w kryterium Okres gwarancji (Formularz oferty)

- A) Za Cenę oferty można uzyskać maksymalnie 95,00 punktów. Cena oferty** będzie liczona według następującego wzoru:

$$W_c = (W_n / W_b) \times 95$$

gdzie:

Wc – oznacza ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena oferty.

Wn – oznacza najniższą zaproponowaną Cenę oferty (Formularz oferty) spośród złożonych ofert w danej części

Wb – oznacza zaproponowaną Cenę oferty (Formularz oferty) badanej oferty w danej części

- B) Za Okres gwarancji można uzyskać maksymalnie 5,00 punktów.**

Punkty za kryterium Okres gwarancji będą przyznawane na podstawie przedstawionych w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A) oświadczeń okresu gwarancji dla każdego urządzenia z osobna w ramach danej części, według ustalonej punktacji z zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą zaoferować jedynie pełne miesiące gwarancyjne (liczby całkowite):



Zamawiający wymaga aby Wykonawcy oferowali tylko okresy gwarancji określone powyżej , tj. - do wyboru: od 6 do 11 miesięcy oraz 12 lub więcej miesięcy - powyżej wymaganej minimalnej gwarancji. Zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji oraz 1, 2, 3, 4, 5 miesięcy powyżej minimalnego okresu gwarancji, a także w innych okresach niż w całkowitych miesiącach - ocenione zostanie – 0,00 pkt.

Od 0 do 5 miesięcy powyżej wymaganej minimalnej gwarancji – 0,00 punktów

Od 6 do 11 miesięcy powyżej wymaganej minimalnej gwarancji – 2,50 punkta

12 i więcej miesięcy powyżej wymaganej minimalnej gwarancji – 5,00 punktów

Minimalne wymagane okresy gwarancji zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A.

Oferta Wykonawcy, który wskaże termin gwarancji poniżej wymaganego minimalnego dla jakiegokolwiek urządzenia w ramach danej części, zostanie odrzucona.

UWAGA!

W przypadku, gdy zostaną złożone oferty z minimalnym okresem gwarancji dla każdego urządzenia z osobna w ramach danej części, Zamawiający w kryterium Okres gwarancji przyzna Wykonawcom 0,00 pkt, bez dokonywania obliczeń matematycznych (bez podstawiania do wzoru poniżej).

Ilość punktów w niniejszym kryterium zostanie przeliczona według wzoru:

$$Wg = (Wb / Wn) \times 5$$

gdzie:

Wg – oznacza ilość punktów badanej oferty w kryterium Okres gwarancji.

Wb – oznacza sumę punktów uzyskanych za oferowane Okresy gwarancji dla wszystkich urządzeń danej części zamówienia - badanej oferty.

Wn – suma punktów uzyskanych za oferowane Okresy gwarancji dla wszystkich urządzeń danej części zamówienia - najkorzystniejszej oferty (z najdłuższym Okresem gwarancji).

DZIAŁ XIV – TRYB OCENY OFERT – dotyczy każdej części zamówienia

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (art. 87 ust. 1 ustawy Pzp).
- 2) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 3) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
- 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.
- 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

4. Sprawdzanie rażąco niskiej ceny.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 26)



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



1) Zgodnie z art. 90. 1. ustawy Pzp, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

2) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3) Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 24 ustawy Pzp, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 27)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2017 04

DZIAŁ XV – ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – dotyczy każdej części zamówienia

1. Wybór oferty

- 1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.
- 2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i którego oferta otrzyma najwyższą ilość punktów w ramach ustalonych kryteriów.
- 3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 4) Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 3.1) na stronie internetowej www.eitplus.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2. Unieważnienie postępowania

- 1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
- 2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 3) Zamawiający zamieści zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, na stronie internetowej www.eitplus.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 28)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



DZIAŁ XVI – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY – dotyczy każdej części zamówienia

- 1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż terminy przewidziane w art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 169 ust 2 ustawy Pzp.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni po uzyskaniu informacji o wyborze jego oferty jako oferty najkorzystniejszej - do przekazania Zamawiającemu w formie e-mail (na adres: magdalena.okulicz-kozaryn@eitplus.pl) wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia wzoru umowy m.in. danych dot. osób do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia.
- 3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, kalkulacji cenowej przedmiotu umowy (w PLN) zawierającej ceny jednostkowe netto i brutto, ilość, stawkę i kwotę podatku VAT oraz ceny netto i brutto poszczególnych elementów przedmiotu umowy oraz łączną wartość netto i brutto za całość przedmiotu umowy (zgodnie ze złożoną ofertą) na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy. Wszystkie ceny w niniejszej kalkulacji zostaną wyliczone z dokładnością maksimum do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji przedmiotu umowy, na podstawie programu finansowo-księgowego Wykonawcy do wystawiania faktur, przy czym podane kwoty winny być wyliczane w ścisłym odniesieniu do stosowanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT.

UWAGA!

Jeżeli Wykonawca nie przekaże w terminie określonym w pkt. 3 powyżej, prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 7 do Umowy (kalkulacji cenowej przedmiotu umowy), wypełnionego maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji przedmiotu umowy (zgodnie ze złożoną ofertą) na podstawie programu finansowo-księgowego do wystawiania faktur, Zamawiający potraktuje to jako uchylenie się od Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie i na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp zatrzyma Wykonawcy wadium. Jednocześnie działając na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.

(nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej).

DZIAŁ XVII – ISTOTNE WARUNKI I POSTANOWIENIA UMOWY – dotyczy każdej części zamówienia

1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp, Umowa w sprawie zamówienia:
 - 1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 29)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



25.11.15

- 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
 - 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 - 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
 - 5) jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy;
 - 6) podlega unieważnieniu:
 - a) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ;
 - b) zgodnie z zapisami art. 146 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
- a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:
 - (i) z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
 - (ii) z powodu działania siły wyższej, o której mowa w § 12 Załącznika nr 6a do SIWZ (część 1,2,4,6) i oraz § 11 Załącznika nr 6b do SIWZ (część 3,5,7,8,9) – wzoru umowy, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy – maksymalnie o czas jej występowania;
 - (iii) na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
 - (iv) w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych – maksymalnie do czasu trwania projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy;
 - (v) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia Dostaw maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
 - (vi) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;
 - (vii) na skutek zmiany terminów realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego - maksymalnie o okres przesunięcia realizacji inwestycji;
 - (viii) z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 30)



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



- (ix) z powodu kumulacji dostaw urządzeń wynikających z przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego uniemożliwiających techniczny odbiór w szczególności z powodu braku odpowiedniej ilości ramp wyładunkowych, miejsc parkingowych, dróg dojazdu - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
- b) zmiana miejsca Dostawy Sprzętu jednakże bez wzrostu wysokości wynagrodzenia umownego z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na miejsce Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
- c) zmiana sposobu realizacji Umowy wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź ze zmian Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy, mających wpływ na sposób realizacji projektu w zakresie wynikającym ze zmian przepisów, ww dokumentów,
- d) zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji technicznej projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy w zakresie wynikającym ze zmian przepisów,
- e) zmiana parametrów Sprzętu w przypadku zaniechania produkcji określonego rodzaju Sprzętu i/lub wprowadzenia Sprzętu nowej generacji i/lub nowego modelu (tj. zamiennik/równoważnik). Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania ze strony Zamawiającego jest również brak wzrostu ceny danego Zamówienia i wartości Umowy w porównaniu z pierwotną wartością przedstawioną w ofercie. Ilości zamawianego w ten sposób Sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z Umowy,
- f) w przypadku zmiany numerów katalogowych Sprzętu przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen i wartości Umowy na wyższe. Dostarczony Sprzęt musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w SIWZ lub je przewyższać,
- g) wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji Umowy lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji maksymalnie o okres przedłużenia terminu,
- h) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, (w szczególności warunków płatności wynagrodzenia, jednakże bez wzrostu wysokości wynagrodzenia umownego i/lub wysokości wypłacanych zaliczek maksymalnie do 90 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za dane Zamówienie o którym mowa w § 4 ust. 2 Załącznika nr 6a oraz 6b do SIWZ – wzoru umowy):
- (i) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy w zakresie i tylko w granicach:
- sposobu rozliczania i/lub warunków dokonywania płatności,
 - sposobu i/lub terminów rozliczania zaliczek,

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 31)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2017

- limitów zaliczek i/lub refundacji płatności
 - terminu realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy,
 - harmonogramu płatności,
 - harmonogramu rzeczowo-finansowego (w szczególności przesunięcia w budżecie projektu),
 - zmiany wzoru (zapisów) umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy,
 - zmniejszenia kwoty dofinansowania wynikająca z uznania części wydatków za niekwalifikowane,
 - rozwiązania/odstąpienia od umowy o dofinansowanie,
- (ii) na skutek zmiany terminów realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego jednakże nie dłużej niż o okres przesunięcia realizacji inwestycji
- (iii) z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
- i) na skutek niez uzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w zakresie:
- (i) zmniejszenia zakresu umowy w granicach nieotrzymanego dofinansowania,
 - (ii) rozwiązania/odstąpienia od umowy,
- j) zmiany korzystne dla Zamawiającego pod warunkiem uzasadnienia korzyści dla Zamawiającego w granicach uzasadnionych korzyści,
- k) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT dla przedmiotu dostawy, w trakcie realizacji Umowy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w Załączniku nr 6a (część 1,2,4,6) i Załączniku nr 6b (część 3,5,7,8,9) do niniejszej SIWZ – Wzór Umowy.

DZIAŁ XIX – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – dotyczy każdej części zamówienia

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 32)



4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w SIWZ.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 33)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Handwritten signature and initials]

15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
17. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
18. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 14 i pkt 15 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
20. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
21. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
22. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2	Wzór Formularza Oferty: Część A
Załącznik nr 2.2	Wzór Formularza Oferty: Część B
Załącznik nr 3	Wzór Oświadczenia Wykonawcy art. 22 ustawy Pzp.
Załącznik nr 4	Wzór Oświadczenia Wykonawcy art. 24 ustawy Pzp.
Załącznik nr 5	Wzór oświadczenia (informacji) w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik nr 6a	Wzór umowy – część 1,2,4,6
Załącznik nr 6b	Wzór umowy – część 3,5,7,8,9
Załącznik nr 7	Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Wskazane w tabeli powyżej Załączniki od nr 2 do nr 5 Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ i załącza do oferty.

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści Załączników.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 35)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2, 1, 1
D

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest:
 - a. dla części 1,2,4,6 - dostawa urządzeń drobnych wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń drobnych do budynku 9A Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147,
 - b. dla części 3,5,7,8,9 - dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147.

Zamawiający udziela zamówienia w podziale na 9 części jak następuje:

LP	Nazwa urządzenia/sprzętu	Ilość (sztuk/kpl./ zestaw/opak.)	Kod CPV
Część 1			
1	Waga techniczna precyzyjna wraz z zestawem wzorców	1 kpl.	38310000-1
2	Waga analityczna 1 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.	38311100-9
3	Waga analityczna 2 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.	38311100-9
4	Waga analityczna 3 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.	38311100-9
5	Stół wagowy	4 szt.	39181000-4
Część 2			
1	Dejonizator ciśnieniowy z dodatkowym wypełnieniem i konduktometrem	1 zestaw	38000000-5
Część 3			
1	Okap ze stali nierdzewnej 1000x2000x500 (h)	1 zestaw	39714000-0
2	Okap ze stali nierdzewnej 1500x 500 x500 (h)	1 zestaw	39714000-0
3	Okap ze stali nierdzewnej 1000x 800 x500 (h)	1 zestaw	39714000-0
4	Okap ze stali nierdzewnej 800x 800 x500 (h)	1 zestaw	39714000-0
Część 4			
1	Myjka ultradźwiękowa	1 szt	42943200-0
2	Mieszadło magnetyczne z grzaniem	1 szt	38000000-5
Część 5			
1	Termometr elektroniczny z sondą	2 szt	38412000-6

2	Czasomierz laboratoryjny z magnesem	2 szt	38000000-5
3	Ładowarka + 4 akumulatory R6/AA	1 kpl	31158000-8
4	Zestaw akumulatorów	1 zestaw	31430000-9
Część 6			
1	Suszarka Laboratoryjna	1 szt.	38000000-5
Część 7			
1	Pipeta automatyczna jednokanałowa	1 szt.	38437100-8
2	Końcówki do pipety	1 opak.	38437110-1
Część 8			
1	Pistolet do przedmuchiwania	4 szt.	38000000-5
2	Wąż spiralny PU oprawiony	4 szt.	38000000-5
Część 9			
1	Taboret czarny	3 szt.	39180000-7

UWAGA!

Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje dla wskazanych powyżej urządzeń zawarte zostały w **Załączniku nr 2.2 – Wzór Formularza oferty - Część B**;

2. Pod pojęciem **dostawy** urządzeń i akcesoriów laboratoryjnych rozumie się:
 - a) dla części 1,2,4,6 – ich transport do siedziby Zamawiającego (wraz z transportem poziomym wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją, zapewnieniem wszelkich materiałów montażowych (jeśli wymagane) i uruchomieniem oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń.
 - b) dla części 3,5,7,8,9 - ich transport do siedziby Zamawiającego (do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) wraz z rozładowaniem i wniesieniem.

Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia i akcesoria, stanowiące przedmiot zamówienia, objęte będą pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat oraz odpłatnym serwisem w okresie pogwarancyjnym. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibrację, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.
3. Urządzenia i akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 2)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ, przy czym **zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym katalogi, opisy techniczne producenta (tzw. materiały informacyjne), pozwalające na ocenę spełnienia przez oferowane urządzenia, sprzęt i akcesoria, co najmniej obligatoryjnych (wymaganych) parametrów lub funkcji określonych w załączniku nr 2.2 – Formularz oferty część B.**
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji przekazanej Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj. posiadają te same parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne, co dostawy, określone w przekazanej dokumentacji - w takiej sytuacji ciężar udowodnienia powyższego (np. poprzez złożenie stosownych dokumentów) leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców, dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry, a dodatkowo nie gorsze niż te, które są określone w Formularzu oferty oraz będą mogły być zastosowane z uwzględnieniem infrastruktury technicznej Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:
- dostawy urządzeń, sprzętu, akcesoriów wraz z Oprogramowaniem systemowym (jeżeli dotyczy),
 - transportu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w **Polska INCOTERMS 2010 DDP**: do miejsca docelowego: **Wrocławskie Centrum Badań EIT+, 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147**, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, a ponadto do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,
 - przyjazdu Wykonawcy na prośbę Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń i akcesoriów przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia,
 - montażu, instalacji, uruchomienia urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym (jeżeli dotyczy) – dotyczy części 1,2,4,6,
 - przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu – dotyczy części 1,2,4,6,

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 3)



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21 *De*

- f) zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ,
- g) przekazania Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania Systemowego, praw do korzystania i/lub pełnej własności (jeżeli producent oprogramowania dopuszcza możliwość posiadania pełnej własności) z Oprogramowania Systemowego dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje autorskie (jeżeli dotyczy) – dotyczy części 1,2,4,6,
- h) uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej m.in.:

- **kosztów opłat celnych,**
- **kosztów opakowania,**
- **kosztów usunięcia opakowań, innych elementów oraz elementów wadliwych po montażu,**
- **kosztów wyładunku, wniesienia, rozładowania, transportu poziomego do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,**
- **kosztów instalacji i testów – dotyczy części 1,2,4,6**
- **kosztów instruktażu personelu Użytkownika - dotyczy części 1,2,4,6,**
- **kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,**
- **kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP,**
- **kosztów usługi agencji celnej,**
- **kosztów przechowywania przedmiotu zamówienia do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”, w docelowych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (np. koszty ubezpieczenia sprzętu w siedzibie Zamawiającego). Zamawiający nie będzie pobierał opłat od Wykonawcy za fakt umieszczenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego do czasu odbioru końcowego „bez uwag”.**
- **kosztów przyjazdu na wezwanie Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań/stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, przed instalacją w miejscu docelowym,**
- **kosztów wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do podłączenia sprzętu (zgodnie z pkt. 10 poniżej) – jeżeli dotyczy,**
- **jeżeli wystąpią: kosztów gazów, odczynników w okresie testowania, do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag” (jeżeli dotyczy),**

7. Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty wymienione w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1:

Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 4)

Nr Załącznika	Nazwa
1.	Szczegółowe wymagania dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

8. Każdy Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentami wymienionymi w Tabeli nr 1 niniejszego działu, ponieważ wszystkie wynikające z nich obowiązki i czynności muszą być wykonane w ramach zawartej Umowy, dlatego winny być skalkulowane i uwzględnione w cenie ofertowej, przedstawionej w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).
9. Terminy naprawy sprzętu:
- a) Jeśli w terminie 8 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki drogą elektroniczną lub faksem naprawa nie będzie możliwa, WYKONAWCA na czas naprawy dostarczy Sprzęt/element zastępczy na czas naprawy, o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy sprzętu wskazanego powyżej.
- b) Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny. Wzór poniżej w Tabeli nr 2:

Tabela nr 2 Niestandardowe czasy naprawy:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:


Wykonawca załącza do oferty wypełnioną tabelę „Niestandardowych czasów napraw” oddzielnie do każdego oferowanego urządzenia. Niedołączenie do oferty Tabel oznaczać będzie dla Zamawiającego, że wszystkie elementy występujące w ofercie mogą być naprawione w terminie standardowym, o którym mowa powyżej w lit. a).

Czas naprawy jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. W ramach udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń.

10. W pomieszczeniach zostały zapewnione standardowe gniazda 1f o zabezpieczeniu nadprądowym typ B16/1 – **Wykonawca zapewni dostawę zabezpieczenia nadprądowego innego niż B16/1 jeżeli urządzenie tego wymaga.**

W pomieszczeniach zostały zapewnione standardowe gniazda 1f – jeśli urządzenie posiada niestandardową wtyczkę (np. typ Schuko) **dostawa adaptera leży po stronie Wykonawcy.**





Jeśli urządzenie nie zostało przez producenta wyposażone we wtyczkę – dostawa i montaż wtyczki należy do Wykonawcy.

UWAGA!:

- 1) Jeśli urządzenie wymaga parametrów mediów lub parametrów pomieszczeniowych innych niż zapewnione w budynku 9A, Wykonawca zapewnia dostawę wszelkich materiałów i urządzeń dostosowujących urządzenie do działania w budynku 9A.**
 - 2) Wykonawca zapewnia podłączenie dejonizatora do istniejącej instalacji wody wodociągowej wraz z dostawą niezbędnych złączek, uszczelek, redukcji itp. (Dotyczy części 2)**
 - 3) Jeśli urządzenie wymaga podtrzymania zasilania poprzez UPS – dostawa UPS po stronie Wykonawcy.**
 - 4) Do każdego urządzenia wymagającego zasilania elektrycznego Wykonawca musi zapewnić dostawę odpowiedniej ilości listew zasilających typu Acar (tzn. ilość gniazd w listwach musi zapewniać możliwość zasilenia wszystkich elementów urządzenia wymagających zasilania).**
11. W przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia wymaga montażu w docelowym pomieszczeniu, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne techniczne do montażu urządzenia obejmujące:
- a) lokalizację w pomieszczeniu przyłączy urządzenia do mediów (energia elektryczna, woda, gazy techniczne itp.),
 - b) inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia do montażu urządzenia.
12. Zamawiający zaleca Wykonawcom skorzystanie z wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu, ustalenia warunków transportu, dostawy, montażu i rozruchu urządzeń, szczegółów technicznych oraz uwzględnienia w cenie ofertowej m.in. ewentualnych kosztów związanych z zapewnieniem dostawy wszystkich (stosownych) elementów niezbędnych do instalacji przedmiotu zamówienia do istniejącej infrastruktury – jeżeli dotyczy.
- Wizja lokalna nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego (termin wizji Wykonawcy winni zgłosić przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem). Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej po stronie Zamawiającego jest Mariusz Pypka, tel. 727 660 247, e-mail: mariusz.pypka@eitplus.pl i/lub Marek Gaj, tel. 502 397 254, e-mail: marek.gaj@eitplus.pl.
13. **Wykonawca w toku przygotowania oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje wątpliwości i ewentualne nieścisłości, znajdujące się, wg jego oceny, w niniejszych dokumentach przetargowych (SIWZ z Załącznikami).**



UWAGA: Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez osoby upoważnione do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część A

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

.....(reprezentowany przez):
..... KRS NIP REGON

1. NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres mailowy	

3. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz wszystkimi Załącznikami do niej i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
- 2) Zobowiązuję(emy) się wykonać całe zamówienie zgodnie z treścią: SIWZ, umowy, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej zmianami,
- 3) wartość mojej (naszej) oferty za pełną realizację zamówienia, na które składam ofertę obejmuje w szczególności wszelkie wymagania i koszty określone przez Zamawiającego Załączniku nr 1 do SIWZ.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 1)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Handwritten signature and initials

4. CENA OFERTY

UWAGA 1:

Wykonawca zobowiązany jest do obliczania cen brutto (PLN) za poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia (tj. za zaoferowane urządzenia i sprzęt) bazując na cenach jednostkowych netto (PLN), z dokładnością maksimum do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji przedmiotu umowy, wyliczonych na podstawie programu finansowo-księgowego Wykonawcy do wystawiania faktur, przy czym podane kwoty winny być wyliczane w ścisłym odniesieniu do stosowanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT (nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej)

UWAGA 2:

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej – (Wykonawca zagraniczny), której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, należy wpisać, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT UE, oraz podać numer VAT UE. Oferowana cena oferty winna być podana tylko w kwocie netto (bez należnego podatku od towarów i usług VAT).

W związku z powyższym należy wykreślić sformułowanie: „z należnym podatkiem od towarów i usług VAT”.

Odpowiednio również należy zmodyfikować w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 i 5 (jeżeli dotyczy) zamieniając słowo „brutto” na „netto”

CENA OFERTY - CZĘŚĆ 1

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) PLN

(słownie:..... PLN)

¹Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Cena brutto (PLN) 3x4
1	2	3	4	5
1	Waga techniczna precyzyjna wraz z zestawem wzorców	1 kpl.		

¹Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 i wpisując zamiast „Cena jednostkowa brutto (PLN)” – „Cena jednostkowa netto (PLN)” oraz kolumnę nr 5 i wpisując zamiast „Cena brutto (PLN) 3x4” – „Cena netto (PLN) 3x4.”

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 2)

2	Waga analityczna 1 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.		
3	Waga analityczna 2 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.		
4	Waga analityczna 3 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.		
5	Stół wagowy	4 szt.		
RAZEM:				

CENA OFERTY - CZĘŚĆ 2

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) PLN

(słownie:..... PLN)

²Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatknikiem VAT UE o numerze W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Cena brutto (PLN)
1	2	3	4
1	Dejonizator ciśnieniowy z dodatkowym wypełnieniem i konduktometrem	1 zestaw	
RAZEM:			

CENA OFERTY - CZĘŚĆ 3

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) PLN

(słownie:..... PLN)

²Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 wpisując „Cena brutto (PLN)” – „Cena netto (PLN)”.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 3)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



25 ECU

³ Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Cena brutto (PLN)
1	2	3	4
1	Okap ze stali nierdzewnej 1000x2000x500 (h)	1 zestaw	
2	Okap ze stali nierdzewnej 1500x 500 x500 (h)	1 zestaw	
3	Okap ze stali nierdzewnej 1000x 800 x500 (h)	1 zestaw	
4	Okap ze stali nierdzewnej 800x 800 x500 (h)	1 zestaw	
RAZEM:			

CENA OFERTY - CZĘŚĆ 4

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) PLN

(słownie:..... PLN)

⁴ Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

³ Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli wpisując zamiast „Cena brutto (PLN)” – „Cena netto (PLN).

⁴ Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 i wpisując zamiast „Cena brutto (PLN)” – „Cena netto (PLN)“.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 4)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Cena brutto (PLN)
1	2	3	4
1	Myjka ultradźwiękowa	1 szt.	
2	Mieszadło magnetyczne z grzaniem	1 szt.	
RAZEM:			

CENA OFERTY - CZĘŚĆ 5

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) PLN
(słownie: PLN)

⁵Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Cena brutto (PLN) 3x4
1	2	3	4	5
1	Termometr elektroniczny z sondą	2 szt		
2	Czasomierz laboratoryjny z magnesem	2 szt		
3	Ładowarka + 4 akumulatory R6/AA	1 kpl		
4	Zestaw akumulatorów	1 zestaw		
RAZEM:				

CENA OFERTY - CZĘŚĆ 6

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) PLN

⁵Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 i wpisując zamiast „Cena jednostkowa brutto (PLN)” – „Cena jednostkowa netto (PLN)” oraz kolumnę nr 5 i wpisując zamiast „Cena brutto (PLN) 3x4” – „Cena netto (PLN) 3x4”.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 5)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 04

(słownie:..... PLN)

⁶Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Cena brutto (PLN)
1	2	3	4
1	Suszarka Laboratoryjna	1 szt.	

CENA OFERTY - CZĘŚĆ 7

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) PLN

(słownie:..... PLN)

⁷Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Cena brutto (PLN)
1	2	3	4
1	Pipeta automatyczna jednokanałowa	1 szt.	

⁶Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 i wpisując zamiast „Cena brutto (PLN)” – „Cena netto (PLN)”.

⁷Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 i wpisując zamiast „Cena brutto (PLN)” – „Cena netto (PLN)”.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 6)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



2	Końcówki do pipety	1 opak.	
RAZEM:			

CENA OFERTY - CZĘŚĆ 8

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) PLN
(słownie:..... PLN)

⁸ Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Cena brutto (PLN) 3x4
1	2	3	4	5
1	Pistolet do przedmuchiwania	4 szt.		
2	Wąż spiralny PU oprawiony	4 szt.		
RAZEM:				

CENA OFERTY - CZĘŚĆ 9

CENA OFERTY (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) PLN
(słownie:..... PLN)

⁸ Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 i wpisując zamiast „Cena jednostkowa brutto (PLN)” – „Cena jednostkowa netto (PLN)” oraz kolumnę nr 5 i wpisując zamiast „Cena brutto (PLN) 3x4” – „Cena netto (PLN) 3x4.”

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 7)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 10

⁹ Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym podatnikiem VAT UE o numerze W związku z powyższym, oferuję(my) dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w cenie netto, bez należnego podatku od towarów i usług VAT.

Cena poszczególnych urządzeń:

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Cena brutto (PLN) 3x4
1	2	3	4	5
1	Taboret czarny	3 szt.		

5. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) dokonałem(liśmy) / nie dokonałem(liśmy) wizji lokalnej¹⁰
- 2) niniejsza oferta jest ważna przez **90 dni**,
- 3) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam(y) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków,
- 4) akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w¹¹ Załączniku nr 6a (dotyczy części 1,2,4,6) /Załączniku nr 6b (dotyczy części 3,5,7,8,9) do SIWZ, wraz ze wszystkimi jego zmianami,
- 5) udzielamy gwarancji na dostarczony sprzęt na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag” (jak w tabeli poniżej)¹²:

• CZĘŚĆ 1 zamówienia:

Lp.	Nazwa urządzenia	okres gwarancji minimalny	okres gwarancji oferowany
1	Waga techniczna precyzyjna wraz z zestawem wzorców	24 miesiące	 miesięcy
2	Waga analityczna 1 wraz z zestawem wzorców	24 miesiące	 miesięcy
3	Waga analityczna 2 wraz z zestawem wzorców	24 miesiące	 miesięcy

⁹ Wypełnia tylko Wykonawca składający ofertę z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), jednocześnie wykreślając w niniejszym formularzu sformułowanie „(z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)” oraz odpowiednio modyfikując w Tabeli „Cena poszczególnych urządzeń” kolumnę nr 4 i wpisując zamiast „Cena jednostkowa brutto (PLN)” – „Cena jednostkowa netto (PLN)” oraz kolumnę nr 5 i wpisując zamiast „Cena brutto (PLN) 3x4” – „Cena netto (PLN) 3x4.

¹⁰ Niepotrzebne skreślić.

¹¹ Niepotrzebne skreślić

¹² Niepotrzebne skreślić.

4	Waga analityczna 3 wraz z zestawem wzorców	24 miesiące	 miesięcy
5	Stół wagowy	24 miesiące	 miesięcy

• **CZĘŚĆ 2 zamówienia:**

Lp.	Nazwa urządzenia	okres gwarancji minimalny	okres gwarancji oferowany
1	Dejonizator ciśnieniowy z dodatkowym wypełnieniem i konduktometrem	12 miesięcy	 miesięcy

• **CZĘŚĆ 3 zamówienia:**

Lp.	Nazwa urządzenia	okres gwarancji minimalny	okres gwarancji oferowany
1	Okap ze stali nierdzewnej 1000x2000x500 (h)	12 miesięcy	 miesięcy
2	Okap ze stali nierdzewnej 1500x 500 x500 (h)	12 miesięcy	 miesięcy
3	Okap ze stali nierdzewnej 1000x 800 x500 (h)	12 miesięcy	 miesięcy
4	Okap ze stali nierdzewnej 800x 800 x500 (h)	12 miesięcy	 miesięcy

• **CZĘŚĆ 4 zamówienia:**

Lp.	Nazwa urządzenia	okres gwarancji minimalny	okres gwarancji oferowany
1	Myjka ultradźwiękowa	12 miesięcy	 miesięcy
2	Mieszadło magnetyczne z grzaniem	12 miesięcy	 miesięcy

• **CZĘŚĆ 5 zamówienia:**

Lp.	Nazwa urządzenia	okres gwarancji minimalny	okres gwarancji oferowany
1	Termometr elektroniczny z sondą	12 miesięcy	 miesięcy
2	Czasomierz laboratoryjny z magnesem	12 miesięcy	 miesięcy
3	Ładowarka + 4 akumulatorki R6/AA	12 miesięcy	 miesięcy
4	Zestaw akumulatorów	12 miesięcy	 miesięcy

• **CZĘŚĆ 6 zamówienia:**

Lp.	Nazwa urządzenia	okres	okres
-----	------------------	-------	-------

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 9)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 *Del*

		gwarancji minimalny	gwarancji oferowany
1	Suszarka Laboratoryjna	12 miesięcy	 miesięcy

• **CZĘŚĆ 7 zamówienia:**

Lp.	Nazwa urządzenia	okres gwarancji minimalny	okres gwarancji oferowany
1	Pipeta automatyczna jednokanałowa	12 miesięcy	 miesięcy
2	Końcówki do pipety	12 miesięcy	 miesięcy

• **CZĘŚĆ 8 zamówienia:**

Lp.	Nazwa urządzenia	okres gwarancji minimalny	okres gwarancji oferowany
1	Pistolet do przedmuchiwania	12 miesięcy	 miesięcy
2	Wąż spiralny PU oprawiony	12 miesięcy	 miesięcy

• **CZĘŚĆ 9 zamówienia:**

Lp.	Nazwa urządzenia	okres gwarancji minimalny	okres gwarancji oferowany
1	Taboret czarny	12 miesięcy	 miesięcy

6) gwarantujemy dostępność części zamiennych - w przypadku ich wydawania przez producenta - przez okres co najmniej 8 (słownie: osiem) lat od dnia zawarcia Umowy

7) oświadczam(y), iż termin wykonania zamówienia (zgodny z Działem IV SIWZ) wynosi: najpóźniej do 23.10.2015r.

8) Oświadczamy, iż potwierdzamy warunki płatności opisane we wzorze umowy, tj. płatność w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,

9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje(emy) się:

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przekazać Zamawiającemu prawidłowo wypełniony Załącznik nr 7 do Umowy (kalkulację cenową przedmiotu umowy), wypełniony maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku dla każdej pozycji przedmiotu umowy (zgodnie ze złożoną ofertą), na podstawie programu finansowo-księgowego do wystawiania faktur. Mam(y) świadomość, że zarówno przekroczenie terminu, jak również nieprawidłowe wypełnienie Załącznika nr 7 do Umowy (kalkulacji cenowej przedmiotu umowy), o których mowa powyżej, zostaną przez

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 10)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego




Zamawiającego potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie i Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp zatrzyma Wykonawcy wadium. Jednocześnie działając na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp - *nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej,*

- zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- zabezpieczyć umowę zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ,

- 10) oświadczam(y), że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te dostarczę(ymy) na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, jednak nie później niż przed dniem dostawy,
- 11) oświadczam(y), że wraz z dostawą oferowanego sprzętu dostarczę(ymy) Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności CE wydaną przez producenta
- 12) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]¹³,
- 13) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
- 14) Oświadczam(y), że wadium zostało wniesione w formie w kwocie:
- 15) ¹⁴Oświadczam(y), że w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń: nr w sytuacji gdy zaistnieje przesłanka do zatrzymania wadium określona w Dziale VIII pkt. 11 lub 12 SIWZ wskażemy podmiot, który na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wykonana żądanie Zamawiającego wynikające ze złożonej gwarancji lub poręczeń. Ponadto zobowiązujemy się do poniesienia wszelkich kosztów z tytułu wykonania gwarancji lub poręczeń i oświadczam(y), że nie będziemy z tego tytułu wnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych,

¹³ Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.

¹⁴ Skreślić jeśli nie dotyczy.



- 16)¹⁵Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu
- 17) na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania¹⁶:

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

.....

.....

.....

- 18) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]¹⁷:

I.p.	Nazwa części zamówienia
a)	
b)	

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis(y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

¹⁵ Skreślić jeśli nie dotyczy.

¹⁶ Skreślić jeśli nie dotyczy.

¹⁷ Niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 1)

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ
APARATURĘ/URZĄDZENIA**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
1	Waga techniczna precyzyjna wraz z zestawem wzorców	1 kpl.

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....
Producent:.....**Model:**.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....**Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne** i **fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Maksymalne obciążenie równe bądź większe niż 2000g, Odczyt z dokładnością do 0,01 g, Czas stabilizacji ok. 3 s, wyświetlacz LCD, Zestaw wzorców,	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 13)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



[Podpis]

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
2	Waga analityczna 1 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
- zakres ważenia do minimum: 11/120 g - odczyt co najmniej: 0,01/0,1 mg - powtarzalność (5% obciążenia) (sd) 0,02 mg - liniowość: 0,2 mg - podwieszana szalka zapewniająca brak styku z dolną powierzchnią komory - wbudowana automatyczna adiustacja wewnętrzna (aktywacja ręczna lub zmianą temperatury) - automatyczna kontrola wypoziomowania z funkcją ostrzegania - kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwiający zaprogramowanie do 10 przycisków skrótów przeznaczonych dla funkcji specjalnych - możliwość odłączania i instalacji panelu sterującego w odległości min. 50cm od wagi połączonego przewodem - oprogramowanie wagi w języku polskim - możliwość podłączenia do drukarki lub komputera m.in. poprzez złącza: RS232, Ethernet, USB oraz bezprzewodowe Bluetooth	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 14)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
3	Waga analityczna 2 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Maksymalne obciążenie powyżej 200g, Odczyt z dokładnością do 0,01 mg, Powtarzalność min 0,02 mg, Adjustacja wewnętrzna, Czas stabilizacji ok. 1,5 s, Ekran dotykowy, Zestaw wzorców,	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
4	Waga analityczna 3 wraz z zestawem wzorców	1 kpl.

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 15)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



24 Du

jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Maksymalne obciążenie równe bądź większe niż 410g , Odczyt z dokładnością do 0,1 mg, Powtarzalność min 0,1 mg, Adjustacja wewnętrzna, Czas stabilizacji ok. 1,5 s, Ekran dotykowy, Zestaw wzorców,	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreslaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
5	Stół wagowy	4 szt.

Nazwa aparatu:.....Typ:.....

Producent:.....Model:.....

Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:

jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Stół wagowy Konstrukcja oparta na stalowym stelażu, malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejaną PCV o grubości 2mm lub blat meblowy MDF. Stabilizacja w blacie poprzez umieszczoną płytę antywibracyjną uwzględniającą wymiary wag w poz. 1-4 powyżej (część 1)	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 16)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ APARATURĘ I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:


(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	Tak
4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu / elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy: • w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, • serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, • naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	Tak
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 17)



Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

II. Poniżej przedstawiamy *Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)*¹⁸:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			


UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą ***Niestandardowych czasów***, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak *Tabela I - Warunki serwisu gwarancyjnego*.

Podpis(y):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

¹⁸ Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, ***których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić*** i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.



Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 2)

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ
APARATURĘ/URZĄDZENIA**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
1	Dejonizator ciśnieniowy z dodatkowym wypełnieniem i konduktometrem	1 zestaw

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....
Producent:.....**Model:**.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....**Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne** i **fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Wydajność wymiany kationów w 10°dH: 1200 L Wartość graniczna 20 µS/cm Stabilny przepływ 300 ml/min. z ciśnieniem poniżej 40 psi Przepływ max: 300 L/h W skład urządzenia wchodzi konduktometr - Możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci wody surowej bez reduktora ciśn. - Odporny na ciśn. wsteczne - wyposażony w elektromagnatyczny zawór odcinający reagujący na jakość wody, który	TAK

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 19)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21.06.2015

uruchamia się przy przekroczeniu określonych wartości granicznych,
Wyposażony w czujnik poziomu wody w zbiorniku.
- Kontrola oporności możliwa bezpośrednio na urządzeniu
- kolumna z tworzywa ze złożem mieszanym
- w zestawie dodatkowa napełniona złożem kolumna (Podwójny wkład do ciśnieniowego złoża mieszanego jednostki), tak by podczas regeneracji złoża w pierwszej kolumnie, można używać drugiej

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ APARATURĘ I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	Tak
4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu / elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy:	Tak

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 20)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

	- w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

II. Poniżej przedstawiamy *Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)*¹⁹:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą ***Niestandardowych czasów***, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

¹⁹ Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, ***których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić*** i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 3)

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ
APARATURĘ/URZĄDZENIA**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
1	Okap ze stali nierdzewnej 1000x2000x500 (h)	1 zestaw

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne** i **fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Okap przemysłowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej 304, forma zgrzewana, mocowania na rogach, przyłączy 6m i 2 kolanka, średnica króćca do uzgodnienia, blacha grubość min. 0,8mm. W zestawie wszystkie elementy niezbędne do zamontowania, zamocowania i podłączenia okapów do istniejącego systemu wentylacji	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 22)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
2	Okap ze stali nierdzewnej 1500x 500 x500 (h)	1 zestaw

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczne – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Okap przemysłowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej 304, forma zgrzewana, mocowania na rogach, przyłącze 6m i 2 kolanka, średnica króćca do uzgodnienia, blacha grubość min. 0,8mm. W zestawie wszystkie elementy niezbędne do zamontowania, zamocowania i podłączenia okapów do istniejącego systemu wentylacji	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
3	Okap ze stali nierdzewnej 1000x 800 x500 (h)	1 zestaw

Nazwa aparatu:.....Typ:.....

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 23)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



[Podpis]

Producent:.....**Model:**.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....**Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Okap przemysłowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej 304, forma zgrzewana, mocowania na rogach, przyłącze 6m i 2 kolanka, średnica króćca do uzgodnienia, blacha grubość min. 0,8mm. W zestawie wszystkie elementy niezbędne do zamontowania, zamocowania i podłączenia okapów do istniejącego systemu wentylacji	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
4	Okap ze stali nierdzewnej 800x 800 x500 (h)	1 zestaw

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....
Producent:.....**Model:**.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....**Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 24)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Okap przemysłowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej 304, forma zgrzewana, mocowania na rogach, przyłączy 6m i 2 kolanka, średnica króćca do uzgodnienia, blacha grubość min. 0,8mm. W zestawie wszystkie elementy niezbędne do zamontowania, zamocowania i podłączenia okapów do istniejącego systemu wentylacji	TAK
--	-----

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreslaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ APARATURĘ I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	Tak
4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu / elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy: w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie	Tak

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 25)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



21/10/2015

	z przeznaczeniem, • serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, • naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

II. Poniżej przedstawiamy *Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)*²⁰:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą **Niestandardowych czasów**, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak **Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego**.

Podpis(y):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

²⁰ Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, **których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić** i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.



Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 4)

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ
APARATURĘ/URZĄDZENIA**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
1	Myjka ultradźwiękowa	1 szt.

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....
Producent:.....**Model:**.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....**Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne** i **fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczne – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Obudowa ze stali nierdzewnej, dwie częstotliwości, przełączane w jednym urządzeniu: 37 kHz i 80 kHz, automatyczne przełączenie na częstotliwości do jednoczesnego czyszczenia zgrubnego i dokładnego, regulator temperatury, pojemność co najmniej 2,7 l, klasa ochrony IP 20	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 27)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



21 Dec

- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakresłaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
2	Mieszadło magnetyczne z grzaniem	1 szt

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Zakres temperatury min od 5°C - 500 oC, zakres prędkości mieszania min. od 60 do 1150 rpm, ceramiczna płyta grzewcza, odporna na chemikalia	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakresłaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA
OFEROWANĄ APARATURĘ
I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 28)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	Tak
4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu / elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy: • w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, • serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, • naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	Tak
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

II. Poniżej przedstawiamy *Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)*²¹:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:

²¹ Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, **których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić** i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 30)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 5)

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ
APARATURĘ/URZĄDZENIA**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
1	Termometr elektroniczny z sondą	2 szt

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne** i **fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Termometr elektroniczny cyfrowy z sondą, przeznaczony jest do pomiarów temperatury ciał stałych, cieczy i gazów, wyświetlacz LCD, zakres pracy termometru min. od -50 do +300`C dokładność: +/-1`C w zakresie (-20 ..+80 st. C) sonda wykonana ze stali nierdzewnej długość sondy pomiarowej: ok. 110mm,	TAK

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 31)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



21
h

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
2	Czasomierz laboratoryjny z magnesem	2 szt

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....

Producent:.....**Model:**.....

Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... **Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Wyposażony w magnes. Z wyświetlaczem LCD. Z funkcją odliczania w przód i wstecz (99 min. 59 sek.). Powleczony gumą. Zasilanie: bateria (dostarczona wraz z urządzeniem)	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
3	Ładowarka + 4 akumulatorki R6/AA	1 kpl

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 32)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Producent:.....**Model:**.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....**Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
4-kanalowa ładowarka procesorowa z pomiarem pojemności z wyświetlaczem LCD, w komplecie 4 akumulatorki Ni-MH R6/AA, 2000 mAh, ładowarka przeznaczona do ładowania ogniw Ni-Cd oraz Ni-Mh o rozmiarze R6/AA lub R03/AAA, z funkcją rozładowania, odświeżania i pomiaru pojemności, Posiada cztery niezależne kanały umożliwiające jednoczesne ładowanie, rozładowywanie, odświeżanie lub testowanie akumulatorów różnych rozmiarów i o różnej pojemności. Dla każdego kanału są wyświetlane na wyświetlaczu LCD informacje o napięciu, prądzie ładowania/rozładowania, czasie ładowania/rozładowania, ilości nagromadzonego/rozładowanego ładunku elektrycznego Dla każdego kanału można ustawić różny prąd ładowania: - dla AA i AAA 200 mA - dla AA i AAA 500 mA - dla AA i AAA 700 mA - dla AA 1000 mA - dla AA 1500 mA (dla dwóch skrajnych portów) - dla AA 1800 mA (dla dwóch skrajnych portów) Dla każdego kanału można wybrać inny tryb pracy: ładowanie, rozładowanie, odświeżanie (formowanie), testowanie (pomiar pojemności)	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
4	Zestaw akumulatorków	1 zestaw

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....
Producent:.....**Model:**.....

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 33)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



2i *4*

Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
model wzorcowy Panasonic Eneloop R03/AAA 800mAh Ni-MH BK-4MCCE lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: zestaw 4 akumulatorów R03/AAA 800mAh Ni-MH BK-4MCCE	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreslaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ APARATURĘ I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu	Tak

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 34)



	roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	
4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu / elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	Tak
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

II. Poniżej przedstawiamy *Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)*²²:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą **Niestandardowych czasów**, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

²² Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, **których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić** i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 6)

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ
APARATURĘ/URZĄDZENIA**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
1	Suszarka Laboratoryjna	1 szt.

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza Dane techniczne: pojemność komory: min.15 l, drzwi pełne, zakres temperatury pracy: 5C powyżej temperatury otoczenia +300 C, sterownik mikroprocesowy temperatury z graficznym wyświetlaczem LC, materiał komory: stal nierdzewna, materiał obudowy: stal nierdzewna, min. wymiary komory (szer/wys/gł):320/240/180 mm, regulacja temperatury: co 0,1 C, ilość półek: min. 1 sześciusegmentowy profil czasowo-temperaturowy, możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu	TAK

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 36)

- możliwość zapamiętania trzech dowolnych programów Użytkownika
- nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia 1 min..99,59 h
- nastawienie czasu osiągnięcia zadanej temperatury 1 min...99,59 h
- regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min... 999,59 h
- możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
- rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu
- sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
- zegar czasu rzeczywistego

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreslaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ APARATURĘ I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	Tak

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 37)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Podpis i pieczęć]

4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu / elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	Tak
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

II. Poniżej przedstawiamy *Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)*²³:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

²³ Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, **których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić** i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.



Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 7)

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ
APARATURĘ/URZĄDZENIA**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
1	Pipeta automatyczna jednokanałowa	1 szt.

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....
Producent:.....**Model:**.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....**Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne** i **fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Automatyczna jednokanałowa o zmiennej pojemności, Min 0.5µl, 5.0 µl , Max 10.0 µl	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 39)



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22
m

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
2	Końcówki do pipety	1 opak.

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Końcówki do pipety automatycznej jednokanałowej o zmiennej pojemności od 0,5 ul do 10 ul HTL 0,5-10 ul wyspecyfikowanej w poprzednim punkcie 1 (część 7) opakowanie zawierające 1000 sztuk	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ APARATURĘ I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 40)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	Tak
4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu / elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	Tak
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

II. Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)²⁴:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
------	--------------------	--------------	--

²⁴ Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, **których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić** i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.

Handwritten signatures and marks

1			
2			

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą **Niestandardowych czasów**, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					



Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 8)

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ
APARATURĘ/URZĄDZENIA**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
1	Pistolet do przedmuchiwania	4 szt.

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....
Producent:.....**Model:**.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....**Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Ciśnienie maksymalne 0,8 MPa, wykonany z metalu, Pistolet do przedmuchiwania z długą dyszą ok 125 mm, do usuwania pyłów, piasku, wiórów itd. przy użyciu sprężonego powietrza. Podłączenie na szybkozłączkę	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 43)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Zi *En*

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
2	Wąż spiralny PU oprawiony	4 szt.

Nazwa aparatu:.....Typ:.....
Producent:.....Model:.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):..... Rok produkcji:.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne i fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Wąż spiralny PU oprawiony średnica 8mm długość 5m. Zakres stosowania: sprężone powietrze, próżnia. Zakres temperatur -40oC +70oC, ciśnienie robocze 10bar. Przewód oprawiony z jednej strony z wtykiem szybkozłącza z drugiej gniazdem szybkozłącza powietrza	TAK

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ APARATURĘ I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 44)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	Tak
4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu / elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	Tak
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

II. Poniżej przedstawiamy *Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)*²⁵:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i
------	--------------------	--------------	-------------------------

²⁵ Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, **których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.**

			uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą **Niestandardowych czasów**, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak **Tabela I - Warunki serwisu gwarancyjnego**.

Podpis(y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 46)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 9)

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ
APARATURĘ/URZĄDZENIA**

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Lp.	Nazwa Urządzenia	Ilość
1	Taboret czarny	3 szt.

Nazwa aparatu:.....**Typ:**.....
Producent:.....**Model:**.....
Nr katalogowy (jeśli istnieje):.....**Rok produkcji:**.....

niniejszym oświadczam(y), że oferowana aparatura/urządzenie:
jest **kompletne** i **fabrycznie nowe** oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy
techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Taboret wyposażony w podnózek, kółka oraz w wygodne oparcie. Siedzisko wykonane z poliuretanu w kolorze czarnym. Wymiary: - Min. wysokość [mm]: 575 - Max. wysokość [mm]: 825 - Min. wysokość oparcia [mm]: 890 - Max. wysokość oparcia [mm]: 1140	TAK

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 47)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



[Podpis]

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**
- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreslaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ APARATURĘ I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

.....
(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

I. Warunki serwisu gwarancyjnego:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz.	Tak
2.	Max. czas naprawy do 8 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej	Tak
4.	Warunki wymiany wadliwego sprzętu / elementu sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy gdy: • w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, • serwis stwierdza, że usunięcie wady jest niemożliwe, • naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	Tak

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 48)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 12 miesięcy , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak
---	---	-----

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,
- **nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.**

II. Poniżej przedstawiamy *Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)*²⁶:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą **Niestandardowych czasów**, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela nie zostanie dołączona do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

²⁶ Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, **których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić** i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.

**Załącznik nr 3 –
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w przepisie art. 22 ust. 1
ustawy Pzp**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), a także na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

Oświadczam(y), że spełniamy warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,**
- Posiadania wiedzy i doświadczenia,**
- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,**
- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 50)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Podpis(y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 51)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP**

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Stosownie do treści art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.):

**Oświadczam(y), że:
brak jest podstaw do wykluczenia nas/mnie z postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia.**

**Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z
art. 297 Kodeksu Karnego.**

Podpis(y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 52)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

**na dostawę urządzeń drobnych i innych urządzeń laboratoryjnych
do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZZ-271-94-PN/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

WYKONAWCA:


Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję że²⁷:

- ☐ **Nie należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
- ☐ **Należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty nie posiadam wiedzy o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia *(w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*
- ☐ **Należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Jednocześnie w momencie składania przeze mnie oferty posiadam wiedzę o Wykonawcach należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy jednocześnie będą się ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia. *(w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej a także informacjami które wykazują, że istniejące między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy*

²⁷ Wykonawca zaznacza właściwe.



nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert.)

Podpis(y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

ZZ-271-94-D-PN/2015 Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. (str. 54)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 6a do SIWZ - Wzór umowy – dotyczy części 1,2,4,6

UWAGA:

W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej – (Wykonawca zagraniczny), której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, będącego czynnym podatnikiem VAT UE, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cena jego oferty nie zawiera podatku VAT (ani krajowego, ani polskiego) zwrot „brutto” zastąpiony zostanie zwrotem „netto”, a dodatkowo w §4 ust. 1 zostanie wykreślony zapis „powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie PLN (słownie: PLN) brutto” w §6 ust.1 wykreślone sformułowanie: „zawierające należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa polskiego” oraz analogicznie w załącznikach do Umowy. Ponadto zostaną wykreślone zapisy dotyczące Załącznika nr 7 do Umowy.

UMOWA WCB/..../..../2015 nr sprawy: ZZ-271-94-D-PN/2015 część

Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.

zawarta we Wrocławiu dnia pomiędzy:

Wrocławskim Centrum Badań EIT + sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300736 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 894-293-00-22 oraz numer statystyczny REGON 020671635, z kapitałem zakładowym w wysokości 69 934 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), reprezentowaną przez oraz
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „**Zamawiającym**”,

a

....., zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”

o następującej treści:

Preambuła

1. Niniejsza umowa jest współfinansowana z następującego projektu: „**Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+**”, realizowanego na podstawie umowy nr POIG.02.02.00-02.001/09 w ramach Programu Operacyjnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



22

Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.2 - Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZZ-271-94-D-PN/2015 w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej pod nr, - o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej treści Umowy Ustawą Pzp, oraz zgodnie z art. 39 ustawy Pzp.

§1 **Definicje**

W treści niniejszej Umowy i w Załącznikach do niej następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej. Są one pisane wielką literą w celu podkreślenia, że są pojęciami zdefiniowanymi.

1. **Umowa** - oznacza niniejszą Umowę, zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z Załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, stanowiącymi jej integralną część.
2. **Zamówienie** - oznacza kolejno numerowane zamówienie dostawcze, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, które podpisane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego jest podstawą rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. W ramach niniejszej Umowy dopuszcza się wystawienie kilku Zamówień dla autonomicznych tj. mogących samodzielnie funkcjonować elementów Sprzętu.
3. **Protokół Odbioru Końcowego** - oznacza jeden lub kilka kolejno numerowanych dokumentów sporządzonych oraz podpisanych przez przedstawicieli obu Stron, o których mowa w § 8 ust. 10 i 11 Umowy, po ostatecznym odbiorze Sprzętu i Usług - w ramach danego Zamówienia rozumianym, jako stwierdzenie prawidłowości funkcjonowania Sprzętu oraz zgodności Sprzętu oraz wykonanych Usług ze specyfikacją zawartą w danym Zamówieniu. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. W ramach niniejszej Umowy dopuszcza się podpisanie przez Strony kilku Protokółów Odbioru Końcowego odpowiednio dla każdego Zamówienia w ramach autonomicznych tj. mogących samodzielnie funkcjonować elementów Sprzętu.
4. **Oprogramowanie** – oznacza Oprogramowanie będące nierozłącznym składnikiem Sprzętu pozwalające na poprawne jego działanie¹.
5. **Sprzęt** - oznacza aparaturę i urządzenia oraz Oprogramowanie², oferowane w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawcę, których szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, a dostarczane przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na podstawie danego Zamówienia.

¹ Jeżeli dotyczy.

² Jeżeli dotyczy.

6. **Usługa (Usługi)** – rozumiana, jako fizyczne złożenie i zmontowanie zakupionego Sprzętu w pełnej konfiguracji, jego ustawienie w miejscu użytkowania (wniesienie), a także instalacja z podłączeniem do mediów i zasilania oraz uruchomienie sprawdzające poprawną pracę Sprzętu, i - jeżeli jest to niezbędne - poprawną pracę z innymi urządzeniami. Usługa obejmuje dostarczenie wszelkich urządzeń, materiałów oraz okablowania potrzebnych do podłączenia Sprzętu oraz wykonania wszystkich testów i pomiarów próbnych w Czasie testowania Sprzętu³.
7. **Dostawa** - transport Sprzętu na warunkach określonych w **Polska INCOTERMS 2010 DDP: do miejsca docelowego: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54 – 066 Wrocław** do pomieszczeń przeznaczonych na instalację Sprzętu.
8. **Czas testowania Sprzętu** – czas liczony od dnia Dostawy Sprzętu i wykonania Usług do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia)⁴.
9. **Awaria** - oznacza stan Sprzętu uniemożliwiający jego działanie zgodnie z jego funkcjonalnością i specyfikacją techniczną dostarczoną przez Wykonawcę wraz ze Sprzętem.
10. **Zgłoszenie Serwisowe** - oznacza dokonane przez Zamawiającego zawiadomienie o wystąpieniu Awarii, przesłane Wykonawcy w sposób i formie określonej w niniejszej Umowie.
11. **Czas Naprawy** - rozumiany jest, jako okres, który upłynie od momentu potwierdzenia otrzymanego przez Wykonawcę wysłanego przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego do momentu usunięcia Awarii.
12. **Pełne ubezpieczenie** – obejmuje szkody będące następstwem wszelkich ryzyk do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego „bez uwag”.

§2

Oświadczenia i zobowiązania Stron


1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji niniejszej Umowy, w tym doświadczenie w sprzedaży, instalacji, uruchamianiu i serwisowaniu Sprzętu (w tym Oprogramowania⁵) oraz prowadzeniu instruktażu w zakresie obsługi Sprzętu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Sprzętu do czasu jego formalnego odbioru przez Zamawiającego, tj. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia).
2. Wykonawca oświadcza, iż przysługuje mu bezwarunkowe prawo własności Sprzętu oraz, że Sprzęt dostarczony do Zamawiającego będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i gotowy - po zainstalowaniu - do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń i oprogramowania⁶). Sprzęt dostarczony do Zamawiającego będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli i innych

³ Jeżeli dotyczy.

⁴ Jeżeli dotyczy.

⁵ Jeżeli dotyczy.

⁶ Jeżeli dotyczy.



urządzeń i materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sprzętu oraz pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Wykonawca zapewni, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, na czas odbioru i testowania Sprzętu⁷ niezbędne materiały. W razie zaistnienia takiej potrzeby na późniejszym etapie realizacji Umowy, Strony przystąpią do doprecyzowania wymagań dotyczących podłączeń w dokumentacji przed-instalacyjnej, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt oraz wszystkie materiały wykorzystywane przy Dostawie oraz wykonywanych Usługach, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że są zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno - eksploatacyjnymi i wymaganiami w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności. Wykonawca na etapie dostawy lecz przed zakończeniem instalacji przedmiotu umowy – w terminie do 7 dni po dokonaniu zakończenia odpowiednich czynności sprawdzających - złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia, w którym będzie instalował urządzenia i że według niego podłączenie do istniejącej infrastruktury nie stwarza zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i zachowania warunków gwarancji.
4. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt oraz wszystkie materiały wykorzystywane przy Dostawie oraz wykonywanych Usługach, spełniają wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej tj. posiada odpowiednie certyfikaty CE lub deklaracje zgodności CE wystawione przez producenta.
5. Wraz z dostarczonym Sprzętem i/lub w okresie Czasu testowania Sprzętu⁸. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Ponadto Wykonawca na etapie dostawy i instalacji przedmiotu umowy – dostarczy w ramach Dokumentacji Techniczno – Ruchowej: zakres i przybliżony kosztorys niezbędnych czynności serwisowych z podziałem na czynności obsługowe oraz wykonywane przez autoryzowany serwis występujące w okresie gwarancji oraz mogące wystąpić po okresie gwarancji.
6. Wykonawca oświadcza, że Usługa zostanie wykonana z zachowaniem należytej staranności.
7. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt dostarczony do Zamawiającego będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producenta, a ponadto, że będzie pochodzić z bieżącej produkcji, to jest będzie wyprodukowany nie wcześniej niż 12 (słownie: dwanaście) miesięcy przed terminem Dostawy.
8. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt i Usługi przez niego oferowane spełniają wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy oraz, że jego oznaczenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

⁷ Jeżeli dotyczy.

⁸ Jeżeli dotyczy.



9. Wraz z dostarczonym Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne w tym dokumenty zawierające zasady świadczenia usług gwarancyjnych i/lub inne dokumenty określające warunki gwarancji (w języku polskim) uwzględniające postanowienia Załącznika nr 3 do Umowy oraz jeżeli dotyczy instrukcje użytkowania Sprzętu (w językach udostępnianych przez producenta).
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania.
11. Zamawiający wymaga, aby jakość Sprzętu była zgodna z wymaganiami, a jego oznaczenie zgodne z obowiązującymi przepisami, zaś Wykonawca zobowiązuje się taki Sprzęt dostarczyć.
12. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
13. Wykonawca oświadcza, że nie jest/ jest⁹ czynnym podatnikiem podatku VAT/VAT UE¹⁰.
14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wytycznych do instalacji Sprzętu (w przypadku, gdy Sprzęt wymaga montażu w docelowym pomieszczeniu) w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od podpisania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w miejscu instalacji Sprzętu (celem potwierdzenia zgodności z wytycznymi) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia wezwania Zamawiającego. Dokładny termin (data i godzina) stawienia się Wykonawcy w miejscu instalacji Sprzętu zostanie uzgodniony przez Strony.
15. Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu na wezwanie Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia.
16. W celu prawidłowego wykonania Usługi Wykonawca zapewni dostawę i montaż wszystkich elementów (urządzeń i materiałów) niezbędnych do podłączenia Sprzętu do istniejących w pomieszczeniach instalacji.¹¹

§3 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy - jest Dostawa Sprzętu oraz wykonanie Usług związanych z powyższą Dostawą - na zasadach i w zakresie określonym w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w SIWZ, a na którą składają się następujące Sprzęty:

Lp.	Nazwa Sprzętu	Ilość
1		

2. W ramach Umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność Sprzętu wymienionego w Zamówieniu oraz wyda go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się dostarczony

⁹ Niepotrzebne skreślić.

¹⁰ Niepotrzebne skreślić.

¹¹ Jeżeli dotyczy



- Sprzęt przyjąć oraz zapłacić Wykonawcy cenę określoną w Zamówieniu pod warunkiem prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia tj. zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
3. W ramach Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania¹².
 4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do informowania oraz udostępniania Zamawiającemu wszelkich aktualizacji Oprogramowania na zasadach określonych w Umowie¹³.
 5. Własność Sprzętu oraz nabycie prawa do korzystania z Oprogramowania¹⁴ (licencji) przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia) i jest objęte wynagrodzeniem z niniejszej Umowy.
 6. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:
 - a) pełnego ubezpieczenia zamówionego Sprzętu do czasu jego formalnego odbioru przez Zamawiającego, tj. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego zamówienia) i jest objęte wynagrodzeniem z niniejszej Umowy,
 - b) zapewnienia odpowiedniego opakowania Sprzętu, to jest takiego opakowania Sprzętu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości, w trakcie transportu do miejsca Dostawy,
 - c) prawidłowego oznakowania opakowań Sprzętu, to jest oznakowania zawierającego szczegółowy opis miejsca Dostawy określony w następujący sposób: Budynek (1BC, 7, 9, 9A)/nazwa Laboratorium lub Pracowni/nr kondygnacji/ nr pomieszczenia, w którym ma być zamontowany Sprzęt,
 - d) usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie wszystkich elementów pozostałych po Dostawie Sprzętu i wykonanych Usługach, w szczególności m.in. wszelkich opakowań, palet po Sprzęcie, elementów wadliwych, odpadów i innych, do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego bez uwag – dla danego Zamówienia).
 - e) pozostawienia pomieszczenia Dostawy oraz drogi transportu (m.in. ciąg komunikacyjny, winda, rampa wyładowcza itp.) w stanie nie gorszym niż zastany przed montażem Sprzętu,
 - f) świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania¹⁵ na zasadach określonych w Umowie,
 - g) przeprowadzenia instruktażu personelu Zamawiającego (m.in. przedstawicieli Służb Technicznych pod kątem rozpoznania podstawowych: awarii i przyszłej podstawowej obsługi serwisowej i eksploatacyjnej). Instruktaż, o którym mowa w zdaniu poprzednim,

¹² Jeżeli dotyczy.

¹³ Jeżeli dotyczy.

¹⁴ Jeżeli dotyczy.

¹⁵ Jeżeli dotyczy.



zostanie przeprowadzony w Czasie testowania Sprzętu¹⁶, w terminie ustalonym przez Strony.

7. W Czasie testowania Sprzętu zarówno Wykonawca jak i Zamawiający ma prawo do użytkowania Sprzętu w tym także prawo do korzystania z Oprogramowania¹⁷ bez dodatkowych opłat ponad ustalone wynagrodzenie. Wykonawca przy ścisłym nadzorze pracowników Zamawiającego, w Czasie testowania Sprzętu, dokonuje wraz z Zamawiającym oceny sprawności i użyteczności Sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy¹⁸.

§4 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy ogółem z tytułu wykonania Umowy w całym okresie jej obowiązywania, nie przekroczy kwoty: PLN (słownie: PLN) netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie PLN (słownie: PLN) brutto.
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składają się ceny wynikające z oferty Wykonawcy zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w Załączniku nr 7 do Umowy to jest:

Lp.	Nazwa Sprzętu	Ilość	Cena ogółem brutto (PLN)

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty wynikające z zobowiązań Wykonawcy określonych w §2 i §3 Umowy. W razie wątpliwości Strony ustalają, że poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy: wydatków, strat, kosztów, utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych, w tym zobowiązań celnych.
4. W razie wątpliwości Strony postanawiają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego cła za Sprzęt dostarczony spoza obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający refakturuje poniesioną opłatę na Wykonawcę. To samo nastąpi w innych przypadkach do których odsyłają postanowienia ust. 3 powyżej.
5. W przypadku odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy i niewykorzystania całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia zapłaty powstałej w ten sposób różnicy.

¹⁶ Jeżeli dotyczy.

¹⁷ Jeżeli dotyczy.

¹⁸ Jeżeli dotyczy.

23 Hcu


§5 Zaliczki

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek w walucie Umowy na poczet wykonania Umowy, zgodnie z art. 151a Ustawy Pzp, do 80% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający będzie żądał wniesienia pełnego zabezpieczenia udzielonej zaliczki w walucie Umowy (bez względu na wysokość udzielonej zaliczki). Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ustala się w kwocie równej 100 % udzielonej zaliczki.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może zostać wniesione w jednej z form zabezpieczenia wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, iż formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 2 tejże Ustawy, wymagają uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie oraz być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający, w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
6. Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego, jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku, w którym wskaże on zakres prac, których finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki. Zamawiający określi termin wypłacenia zaliczki. Wypłata zaliczki nastąpi po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki zgodnie z ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu. Jeżeli zabezpieczenie zaliczki wniesione zostanie po ustalonym przez Zamawiającego terminie wypłaty zaliczki, Zamawiający wyznaczy nowy termin wypłaty zaliczki.
7. Wykonawca wystawi potwierdzenie wpływu zaliczki w formie faktury zaliczkowej, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od daty wpływu środków do Wykonawcy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie wykonywania Umowy.
9. Zwrot zabezpieczenia każdej udzielonej zaliczki nastąpi po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego - bez uwag dla danego Zamówienia, potwierdzającego prawidłowe wykonanie części Przedmiotu Umowy objętej wnioskiem o udzielenie danej zaliczki.

§6 Warunki płatności

1. Dostawa Sprzętu oraz Usługi będą realizowane w oparciu o Zamówienia wystawiane przez Zamawiającego. Za zrealizowane Zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy zawartej w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 7 do Umowy, zawierające należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

NIP-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 8



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 11 Umowy, Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia).
4. Faktura VAT, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinna zawierać w szczególności następujące dodatkowe elementy:
 - a) numer Umowy,
 - b) określenie przedmiotu Zamówienia (rodzaj Usługi, Dostawa Sprzętu wraz z Oprogramowaniem/bez Oprogramowania¹⁹),
 - c) kopię (kolejno numerowanego) Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag wraz z odpowiednią kopią kolejno numerowanego Zamówienia),
5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za nieterminową płatność w wysokości 0,4 odsetek ustawowych.
6. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Strony ustalają, że dokonanie przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
8. Do wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy załącznik, w którym wyszczególni ceny jednostkowe netto oraz brutto wszystkich elementów składających się na przedmiot umowy, w tym m.in. ceny jednostkowe oprogramowania²⁰, licencji.

§7


Termin i warunki realizacji Umowy

1. Strony ustalają, iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 23.10.2015 r.
Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przewidziany na: produkcję Sprzętu, Dostawę Sprzętu, wykonanie Usług, przeprowadzenie procedury odbioru, o której mowa w § 8 Umowy, przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego, Czas testowania Sprzętu²¹, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego bez uwag – dla danego Zamówienia).
2. Strony zgodnie postanawiają, że Dostawy będą realizowane, zgodnie z wolą Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia wyczerpania środków, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się złożyć stosowne Zamówienie w terminie umożliwiającym wykonanie pełnej realizacji zamówienia publicznego do dnia 23.10.2015 r.

¹⁹ Jeżeli dotyczy.

²⁰ Jeżeli dotyczy.

²¹ Jeżeli dotyczy.



3. Zamówienia będą składane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 11 Umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy, faksu oraz pisemnie na adres wskazany poniżej:
Adres do korespondencji:
Numer faksu:
Adres e-mail:
4. Złożenie Zamówienia zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 10 Umowy, niezwłocznie, poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu oraz pisemnie na adres wskazany poniżej:
Adres do korespondencji:
Numer faksu:
Adres e-mail:
5. Zamawiający ma prawo składać do Wykonawcy zapytania związane z realizacją każdego z Zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy, faksu lub pisemnie na adres wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć na powyższe zapytania w terminie nieprzekraczającym 2 (słownie: dwóch) dni roboczych.

§8

Warunki odbioru i nadzór

1. Każda ze Stron wyznaczy osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury i dokonanie odbioru Sprzętu oraz Usług, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o ograniczeniu swojego udziału w realizacji odbioru bądź też upoważnienia podmiotu trzeciego do udziału w realizacji odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji procedury odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
3. Procedura odbioru może zostać rozpoczęta wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione przez Wykonawcę następujące warunki:
 - a) Wykonawca uzgodni planowany termin Dostawy Sprzętu oraz realizacji Usług (data i godzina) z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu,
 - b) przed rozpoczęciem Czasu Testowania Sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, do jego akceptacji, metodykę testów, która w sposób jednoznaczny będzie określać kryteria odbioru, które pozwolą stwierdzić zgodność odbieranego Sprzętu z wymogami określonymi w Umowie oraz w Załącznikach do Umowy. Metodyka testów, o której mowa w zdaniu poprzednim, winna być złożona w formie pisemnej²².
4. Procedura odbioru obejmuje:
 - a) odbiór ilościowo - rzeczowy dostarczonego Sprzętu, w tym także wszelkich urządzeń, okablowania, części i akcesoriów, nośników danych, certyfikatów, licencji, dokumentacji producenta, dokumentacji technicznej itp.,

²² Jeżeli dotyczy.

- b) badanie techniczne Sprzętu, które przeprowadzą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego w miejscu wskazanym na Dostawę Sprzętu,
 - c) odbiór jakościowy dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, przekazania do eksploatacji wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie niniejszej Umowy oraz Załączników do Umowy,
 - d) Czas testowania Sprzętu - odbiór dotyczący m.in. konfiguracji urządzeń i testów sprawdzających działanie tych urządzeń²³.
5. Ostatecznemu odbiorowi podlega Sprzęt, który jest zgodny ze specyfikacją zawartą w danym Zamówieniu oraz, który w wyniku testowania²⁴ osiągnął parametry określone w Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w SIWZ.
6. Ostateczny odbiór dostarczonego Sprzętu oraz Usług zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, przez przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.
7. Protokół Odbioru Końcowego o którym mowa w ust. 9, zgodny ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 5 do Umowy sporządza Wykonawca w wersji papierowej i wersji elektronicznej edytowalnej (pliki xls.,.xlsx., doc, docx) wyszczególniając Sprzęt i jego poszczególne elementy (pozycje wyszczególnione w protokole powinny zawierać charakterystyczne znaki identyfikacyjne elementów Sprzętu, w tym jego wyposażenia, np. nr seryjny/katalogowy) oraz wykonane Usługi.
8. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, Zamawiający wyspecyfikuje listę wad i uwag w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych, podpisaną przez swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, które Wykonawca usunie w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia sporządzenia listy wad zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy, a w przypadku skomplikowania procedury usuwania wad/uwag w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lista wad i uwag zostanie przesłana w wersji elektronicznej do Wykonawcy nie później niż w dniu następnym od daty powstania ww. listy. Po usunięciu wad i usterek oraz pozytywnym zakończeniu odbioru Strony sporządzą ponowny Protokół Odbioru Końcowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W razie niemożności dotrzymania terminu określonego w zdaniu poprzednim, Wykonawca zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego, nie później niż na 3 (słownie: trzy) dni roboczych przed upływem wyznaczonego terminu, wskazując przyczynę opóźnienia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający według swojego wyboru będzie mógł wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad i usterek lub dokonanie wymiany Sprzętu na nowy lub powierzyć usunięcie wad i usterek Sprzętu innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy lub też od Umowy odstąpić zgodnie z § 11 ust. 1 Umowy.
9. W przypadku, gdy odbiór zakończył się wynikiem pozytywnym Protokół Odbioru Końcowego będzie stanowił również potwierdzenie prawidłowego wykonania danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia).

²³ Jeżeli dotyczy.

²⁴ Jeżeli dotyczy.

10. Osobą upoważnioną do uczestniczenia w procedurze odbioru, o której mowa w niniejszym paragrafie, w tym podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ze strony Wykonawcy jest: [imię ..., nazwisko ..., tel. stacjonarny ..., tel. komórkowy ..., fax. ..., e-mail, adres do korespondencji: ...].
11. Osobą upoważnioną do uczestniczenia w procedurze odbioru, o której mowa w niniejszym paragrafie, w tym podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz listy wad i uwag, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, ze strony Zamawiającego jest: [imię ..., nazwisko ..., tel. stacjonarny ..., tel. kom. ..., fax. ..., e-mail ..., adres do korespondencji: ...].
12. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia) nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji jakości Sprzętu dostarczonego w ramach Zamówienia, którego Protokół Odbioru Końcowego dotyczy.
13. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego - bez uwag dla danego Zamówienia.

§9

Licencja i aktualizacje Oprogramowania²⁵.

1. W ramach wynagrodzenia naliczonego zgodnie z § 6 Umowy, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia), Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania stanowiącego nierozłączny składnik Sprzętu dostarczonego w ramach Zamówienia, którego Protokół Odbioru Końcowego dotyczy.
2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Oprogramowania w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania,
 - b) w zakresie rozpowszechniania Oprogramowania - publiczne odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym ,
 - c) korzystanie z Oprogramowania zgodnie z charakterem i przeznaczeniem Oprogramowania,
 - d) w zakresie innym niż w lit. a) - c) powyżej – wykorzystanie Oprogramowania w celu reklamy i promocji.
3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do udzielenia licencji w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jak również posiada wszelkie niezbędne umocowania do udzielenia licencji i wypełnienia w całości zobowiązań z niej wynikających. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającego z ww.

²⁵ Jeżeli dotyczy.



- naruszenia, zaś w przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu ww. naruszenia Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania i udostępniania Zamawiającemu wszelkich nowych wersji oraz aktualizacji Oprogramowania (wraz z licencją). Informacja o nowych wersjach lub aktualizacjach, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie przesyłana przez Wykonawcę do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego, tj.: lub inny adres wskazany przez Zamawiającego. Aktualizacja będzie następowała drogą automatycznego pobrania aktualnych wersji Oprogramowania w sposób określony przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do Umowy lub ewentualnie w inny sposób ustalony przez Strony.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania Zamawiającemu aktualizacji Oprogramowania, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia), przez okres równy okresowi gwarancji liczony liczonych od dnia wykonania Umowy, to jest podpisania ostatniego Protokołu Odbioru Końcowego – bez uwag, potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia wyczerpującego środki, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§10

Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres oraz na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku gdy okres gwarancji jest krótszy niż obowiązujący okres rękojmi wynikający z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na dzień podpisania umowy, obowiązuje okres rękojmi wynikający z Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą pisemnej informacji dotyczącej rodzaju czynności (działań) przysługujących Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach gwarancji oraz listę niezbędnych pozostałych odpłatnych czynności obsługowych i serwisowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, podlegających naturalnemu zużyciu itd.
4. Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, dostarczy wykaz materiałów eksploatacyjnych sprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, podlegających naturalnemu zużyciu itd wraz z ich cenami jednostkowymi netto oraz brutto.

§11

Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy

1. Z wyjątkiem należyte udokumentowanego przypadku siły wyższej opisanej w § 12 Umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej części Umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego 10-dniowego terminu na usunięcie naruszenia. Odstąpienie od niezrealizowanej części Umowy winno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 13



- odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy, koszty zwrotu Sprzętu pokrywa Wykonawca.
2. W okresie trwania gwarancji Zamawiający, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu poniesionych dotychczas kosztów związanych z jej realizacją lub też prawo do zlecenia naprawy Sprzętu innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że oferowany Sprzęt posiada wady, to jest nie działa lub nie spełnia warunków koniecznych oraz zadeklarowanych warunków technicznych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy i nie usunięcia tych wad przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, postanowienie ust. 1 zd. 2 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio.
 3. Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku siły wyższej opisanej w § 12 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - a) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 5 in fine, oraz § 8 ust. 8 Umowy, a także innych terminów określonych w niniejszej Umowie, albo z niej wynikających, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto przewidzianego za dane Zamówienie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
 - b) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w Załączniku nr 3 do Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wadliwego Sprzętu netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
 - c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niezrealizowanej części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy od niezrealizowanej części Umowy,
 - d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy od niezrealizowanego Zamówienia,
 - e) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności opisanych w § 13 ust. 1 i 2 Umowy – karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie.
 4. W sytuacji, gdy wysokość kar umownych naliczonych w oparciu o ust. 3 niniejszego paragrafu nie wyrównuje rzeczywistej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
 5. W przypadku przekroczenia Czasu Naprawy określonego w Załączniku nr 3 do Umowy, o co najmniej 8 dni, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę Sprzętu innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.

§12 **Siła wyższa**

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 14



1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują: wojny, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe.
2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach.
3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej za pisemną zgodą Stron. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jego realizacji.
4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej. Nie wykonanie zobowiązań przez jedną ze Stron z powodu siły wyższej, zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań.

§13 **Poufność**


1. Strony podejmą wszelkie starania celem zapewnienia, że członkowie ich zarządu, kadra kierownicza, pracownicy, podwykonawcy, wykonawcy i spółki zależne oraz dominujące utrzymają w tajemnicy wszelkie informacje oznaczone, jako poufne, w tym wszelkie informacje techniczne, dokumentacje, oprogramowanie, rysunki, rozszerzenia, udoskonalenia, procesy, projekty, know-how oraz inne niepublikowane informacje przesyłane lub udostępniane im w sposób bezpośredni lub pośredni przez którąkolwiek ze Stron dotyczące przedmiotu Umowy.
2. Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że informacje takie zostały już opublikowane.
3. W przypadku odstąpienia od całości Umowy, wszelka dokumentacja oznaczona, jako poufna, a która w tym czasie nie stała się publicznie dostępna, zostanie zwrócona właścicielowi natychmiast przez Stronę z niej korzystającą, jej podwykonawców, dostawców lub spółki zależne z wyjątkiem dokumentów złożonych przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego, o którym mowa w punkcie 2 preambuły niniejszej Umowy.

§14 **Zmiana Umowy**

1. Zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3 zdanie drugie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 15

- a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:
- (i) z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
 - (ii) z powodu działania siły wyższej, o której mowa w § 12 Umowy, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy – maksymalnie o czas jej występowania;
 - (iii) na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
 - (iv) w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych – maksymalnie do czasu trwania projektu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy;
 - (v) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia Dostaw maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
 - (vi) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;
 - (vii) na skutek zmiany terminów realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego - maksymalnie o okres przesunięcia realizacji inwestycji,
 - (viii) z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
 - (ix) z powodu kumulacji dostaw urządzeń wynikających z przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego uniemożliwiających techniczny odbiór w szczególności z powodu braku odpowiedniej ilości ramp wyładunkowych, miejsc parkingowych, dróg dojazdu - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
- b) zmiana miejsca Dostawy Sprzętu jednakże bez wzrostu wysokości wynagrodzenia umownego z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na miejsce Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
- c) zmiana sposobu realizacji Umowy wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy, mających wpływ na sposób realizacji projektu w zakresie wynikającym ze zmian przepisów, ww dokumentów,
- d) zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji technicznej projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy w zakresie wynikającym ze zmian przepisów,



- e) zmiana parametrów Sprzętu w przypadku zaniechania produkcji określonego rodzaju Sprzętu i/lub wprowadzenia Sprzętu nowej generacji i/lub nowego modelu (tj. zamiennik/równoważnik). Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania ze strony Zamawiającego jest również brak wzrostu ceny danego Zamówienia i wartości Umowy w porównaniu z pierwotną wartością przedstawioną w ofercie. Ilości zamawianego w ten sposób Sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z Umowy,
- f) w przypadku zmiany numerów katalogowych Sprzętu przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen i wartości Umowy na wyższe. Dostarczony Sprzęt musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w SIWZ lub je przewyższać,
- g) wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji Umowy lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji maksymalnie o okres przedłużenia terminu,
- h) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, (w szczególności warunków płatności wynagrodzenia, jednakże bez wzrostu wysokości wynagrodzenia umownego i/lub wysokości wypłacanych zaliczek maksymalnie do 90 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za dane Zamówienie o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy):
 - (i) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy w zakresie i tylko w granicach:
 - sposobu rozliczania i/lub warunków dokonywania płatności,
 - sposobu i/lub terminów rozliczania zaliczek,
 - limitów zaliczek i/lub refundacji płatności
 - terminu realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy,
 - harmonogramu płatności,
 - harmonogramu rzeczowo-finansowego (w szczególności przesunięcia w budżecie projektu),
 - zmiany wzoru (zapisów) umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy,
 - zmniejszenia kwoty dofinansowania wynikająca z uznania części wydatków za niekwalifikowane,
 - rozwiązania/odstąpienia od umowy o dofinansowanie,
 - (ii) na skutek zmiany terminów realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego jednakże nie dłużej niż o okres przesunięcia realizacji inwestycji
 - (iii) z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
- i) na skutek niezyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w zakresie:
 - (i) zmniejszenia zakresu umowy w granicach nieotrzymanego dofinansowania,

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 17

21-10-2015

- (ii) rozwiązania/odstąpienia od umowy,
 - j) zmiany korzystne dla Zamawiającego pod warunkiem uzasadnienia korzyści dla Zamawiającego w granicach uzasadnionych korzyści,
 - k) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT dla przedmiotu dostawy, w trakcie realizacji Umowy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych niniejszej umowy (nie stanowiących zmian istotnych określonych w ust. 2 niniejszej umowy), z zastrzeżeniem, iż nie będą one zmieniać warunków i treści złożonej oferty, zakresu i przedmiotu zamówienia, w szczególności:
- a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
 - b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy,
 - c) zmiana zapisu lub informacji o przyznanej dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych,
 - d) sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,
- Powyższe zmiany nie wymagają formy pisemnej, jedynie potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres email wskazane w § 16 ust. 2 Umowy, która po wydrukowaniu stanowić będzie Załącznik do Umowy.

§15

Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawy Pzp.
2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą Umową powinna być kierowana na niżej podane adresy Stron:

Dla Wykonawcy:

adres
e-mail

Dla Zamawiającego:

adres
e-mail

-
3. Niżej wymienione Załączniki stanowią integralną część Umowy:

- a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z SIWZ i załącznikami do SIWZ,
- b) Załącznik nr 2 Zamówienie dostawcze (wzór),
- c) Załącznik nr 3 Gwarancja i serwis (wzór),
- d) Załącznik nr 4 Zgłoszenie serwisowe (wzór),
- e) Załącznik nr 5 Protokół Odbioru Końcowego (wzór),
- f) Załącznik nr 6 Lista wad i uwag (wzór),

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 18



- g) Załącznik nr 7 Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy (wzór) *(nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej)*.
4. Umowę sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (słownie: dwa) dla Zamawiającego i 1 (słownie: jeden) dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 19



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Handwritten signatures and initials.

Wzór

Załącznik nr 2 do Umowy WCB/..../.... /..... z dnia.....

Wrocław, dnia

Zamówienie nr

Zamawiający:

Wykonawca:

Dotyczy: Realizacji Umowy WCB/..../.... /..... z dnia..... na Dostawę Sprzętu wraz z Oprogramowaniem²⁶ oraz Usług.

Adres i miejsce Dostawy:

Niniejszym zamawiam Sprzęt, Oprogramowanie²⁷ i Usługi zgodnie z poniższą specyfikacją:

L.p.	Nazwa Sprzętu (z Oprogramowaniem, bez Oprogramowania) /Usługi	Termin realizacji	Miejsce Dostawy
1			
2			

²⁸ Termin realizacji Zamówienia, w tym:

- dostawa (nazwa urządzenia) w dniu:
- montaż i instalacja od do
- instruktaż personelu Zamawiającego od do

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:, tel....., fax, e-mail:

Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy:, tel....., fax, e-mail:

Wartość Zamówienia wynosinetto, powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie..... brutto

Wartość ogółem wszystkich Zamówień:netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

Wartość ogółem wszystkich dotychczasowych Zamówień:netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

²⁶ Jeżeli dotyczy.

²⁷ Jeżeli dotyczy.

²⁸ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy ze względu na nieprzewidziane okoliczności, które nie były znane w dniu wysłania Zamówienia dostawczego



Osobą upoważnioną do przekazania Wykonawcy podpisanego Zamówienia, zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy, ze strony Zamawiającego jest [...].

Podpis:	
Imię i Nazwisko:	

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 21



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2017 *DCM*

Wzór

Załącznik nr 3 do Umowy WCB/..../.... /..... z dnia.....

– Gwarancja i Serwis –

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Sprzęt (na każdy element zamówionego Sprzętu) od dnia następującego po dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia), przez okres kolejnych (słownie:) na każdy element wyposażenia
- Gwarancja obejmuje wady Sprzętu wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub nie spełniającego określonej funkcjonalności, w wyniku których Sprzęt nie działa lub nie spełnia warunków koniecznych oraz zadeklarowanych warunków technicznych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy.
- Wszelkie zgłoszenia Awarii dokonywane będą przez Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego, drogą telefoniczną bądź pisemnie faksem na numer..... lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy, tj.:..... , za pomocą Zgłoszeń Serwisowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.
W przypadku posiadania przez Dostawcę systemu zgłoszeń Awarii on-line, zgłoszenia będą dokonywane równolegle przy użyciu formularza na stronie www.²⁹
- Czas Reakcji na Zgłoszenie Serwisowe rozumiany jest jako okres, który upłynie od momentu wysłania przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego i wynosi 3 godziny, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godz.12:00 lub w dniu następnym do godz. 12:00. Następnie w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki (w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku) nastąpi reakcja Wykonawcy na zgłoszony problem.
- Czas Naprawy rozumiany jest, jako okres, który upłynie od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę wysłanego przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego, do momentu usunięcia Awarii. Maksymalny Czas Naprawy wynosi 8 dni roboczych,³⁰ z wyjątkiem następujących niestandardowych Czasów Naprawy podzespołów/elementów Sprzętu, określonych przez Wykonawcę w ofercie:

L.p.	Podzespół/ Element	Niestandardowy czas naprawy
1		
2		

²⁹ Skreślić jeśli nie dotyczy


³⁰ Usunąć, jeśli nie dotyczy



W sytuacji wydłużenia Czasu Naprawy powyżej maksymalnego Czasu Naprawy wynoszącego 8 dni roboczych, niezależnie od niestandardowego Czasu Naprawy podzespołu/elementu Sprzętu, o którym mowa w tabeli powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy przekraczający 8 dni roboczych, w dniu następnym (to jest w 9 dniu roboczym), na cały okres naprawy opisany powyżej.

6. W przypadku niedochowania Czasu Naprawy Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy, o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie Czasu Naprawy Sprzętu o którym mowa w pkt. 5.
7. Okres gwarancji dla naprawionego w ramach gwarancji Sprzętu zostanie wydłużony każdorazowo o Czas Naprawy. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element Sprzętu / Sprzęt na nowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy, w przypadku, gdy:
 - 1) w okresie gwarancji dokonane zostaną 3 (słownie: trzy) naprawy tej samej usterki, po których Sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - 2) usunięcie wady (naprawa) okaże się niemożliwa (Sprzęt nie będzie spełniał tych samych parametrów i nie będzie zachowywał swojej funkcjonalności),
 - 3) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.
8. W razie wymiany Sprzętu lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymieniony sprzęt lub jego część od nowa, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w naprawie Sprzętu okres gwarancji zostanie wydłużony o trzykrotność okresu opóźnienia (np. 1 tydzień opóźnienia = czas gwarancji wydłużony o 3 tygodnie).
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo fabrycznie nowe części i materiały eksploatacyjne. Koszty nowych części i materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem Sprzętu ponosi Zamawiający.
10. Serwis gwarancyjny dostarczonego Sprzętu jest całkowicie wliczony w cenę Sprzętu i obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. wymagane dokumentami DTR kalibrację, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.
11. Serwis gwarancyjny będzie co do zasady wykonywany w miejscu Dostawy Sprzętu. Natomiast w przypadku konieczności świadczenia serwisu w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (poza siedzibą Zamawiającego) wszystkie koszty, w tym m.in.: transportu, wyładunku, załadunku, ubezpieczenia transportu itp. ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia obejmującego przedmiot niniejszej Umowy.
12. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd. W przypadku konieczności naprawy Sprzętu poza miejscem Dostawy, Wykonawca pokryje koszty transportu Sprzętu w obie strony w czasie trwania serwisu gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia Sprzętu w czasie transportu.
13. Wykonawca gwarantuje Dostawę części zamiennych w przypadku ich wydawania przez producenta przez okres co najmniej 8 (słownie: osiem) lat od dnia zawarcia Umowy.
14. Strony zgodnie ustalają, że jakakolwiek zmiana miejsca montażu Sprzętu (przeniesienie) pozostaje bez wpływu na ważność i okres gwarancji.

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 23



15. W sprawach dotyczących odpowiedzialności za wady dostarczonego Sprzętu z tytułu gwarancji i rękojmi nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy cytowanej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny.

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 24



Wzór

Załącznik nr 4 do Umowy WCB/..../..../..... z dnia.....

- Zgłoszenie Serwisowe nr -

DATA/GODZINA		ZAMAWIAJĄCY	NUMER ZGŁOSZENIA
NAZWA FIRMY		ADRES	
NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO		NAZWISKO UŻYTKOWNIKA	
TELEFON:		FAX:	
TYP SPRZĘTU			
DATA / GODZINA UDOSTĘPNIENIA SPRZĘTU			
NUMER SERYJNY / DATA ZAKUPU lub NUMER IDENTYFIKACYJNY			
☐ NA GWARANCJI		☐ POZA GWARANCJĄ	
OPIS AWARII:			
UWAGI:			
DATA / GODZINA WYSŁANIA ZGŁOSZENIA			
PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ			

*niepotrzebne skreślić

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 25



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



[Podpisy i daty]

Wzór

Załącznik nr 5 do Umowy WCB/..../..../. z dnia

Wrocław, dnia

**Protokół Odbioru Końcowego nr
dla Zamówienia nr**

Nazwa Sprzętu: Typ:
Producent: Model:
Nr fabryczny: Rok produkcji:
Miejsce Dostawy oraz wykonania Usług:

Odbioru ilościowo-rzeczowego oraz merytorycznego dokonano z uwagami*/ bez uwag w dniu

Specyfikacja Sprzętu:

Lp.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	ilość	Uwagi
1					
2					

Zamawiający stwierdza, że Sprzęt dostarczony dnia....., po wykonaniu wszystkich Usług:

- uzyskał wymagane parametry / nie uzyskał wymaganych parametrów*,
- pracuje prawidłowo / nieprawidłowo*,
- nie wnoszą / wnoszą* zastrzeżenia wyspecyfikowane w liście wad i uwag według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy.

Kompletne dokumenty gwarancyjne w tym dokumenty zawierające zasady świadczenia usług gwarancyjnych i/lub inne dokumenty określające warunki gwarancji (w języku polskim) oraz jeżeli dotyczy instrukcje użytkowania Sprzętu w językach udostępnianych przez producenta, odpowiednie certyfikaty CE lub deklaracje zgodności CE wystawione przez producenta - dostarczono / nie dostarczono*.

Termin gwarancji upływa dnia

Instruktaż personelu Zamawiającego: przeprowadzono / nie przeprowadzono*.

Usługi oraz instruktaż zostały wykonane przez:

*niepotrzebne skreślić



Osoby uczestniczące w instruktażu po stronie Zamawiającego:

1.;
2.;

Wartość Zamówienia:netto, powiększona o
należyty podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

Wartość ogółem wszystkich Zamówień: netto, powiększona o
należyty podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

Wartość ogółem wszystkich dotychczasowych Zamówień:netto,
powiększona o należyty podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

Niniejszy protokół został przyjęty i zaakceptowany, co Strony reprezentowane przez swoich
przedstawicieli (osoby odpowiedzialne za realizację Umowy), o których mowa w § 8 ust. 10 i ust.
11 Umowy, potwierdzają składając podpisy.

Podpis:		Podpis:	
Imię i Nazwisko:		Imię i Nazwisko:	

ZZ-27-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 27



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Wzór

Załącznik nr 6 do Umowy WCB/..../.... / z dnia.....*

– Lista wad i uwag –

Sporządzona w dniu.....

Zamawiający stwierdza, iż Sprzęt będący przedmiotem Umowy WCB/..../.... / posiada następujące wady:

Lista uwag w zakresie Sprzętu:

Lp.	Nazwa Sprzętu	Stwierdzone wady, usterki

Lista uwag w zakresie Usług oraz instruktażu personelu Zamawiającego:

Lp.	Nazwa Usługi	Stwierdzone uchybienia

Lista uwag w zakresie Oprogramowania³¹ .:

Lp.	Oprogramowanie	Stwierdzone uchybienia

Osobą upoważnioną do podpisania listy wad, zgodnie z § 8 ust. 11 Umowy, ze strony Zamawiającego jest [...].


Podpis:	
Imię i Nazwisko:	

Z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 8 Umowy, tj.

....., Strony ustalają termin usunięcia ww. wad dla Sprzętu oraz Usług lub Oprogramowania³². dla pozycji:

³¹ Jeżeli dotyczy.

³² Jeżeli dotyczy.



Strony ustalają termin usunięcia ww. wad dla Sprzętu dla pozycji:

Lp.	Nazwa Sprzętu	Stwierdzone wady, usterki

Strony ustalają termin usunięcia ww. wad dla Usług dla pozycji:

Lp.	Nazwa Usługi	Stwierdzone uchybienia

Strony ustalają termin usunięcia ww. wad dla Oprogramowania³³ dla pozycji:

Lp.	Oprogramowanie	Stwierdzone uchybienia

wynoszący dni/miesiący liczony od dnia do dnia Do upływu ww. okresu Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ww. wad i usterek i uchybień w ramach wynagrodzenia ogółem brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca:

Podpis:	
Imię i Nazwisko:	

Zamawiający:

Podpis:	
Imię i Nazwisko:	


³³ Jeżeli dotyczy.

Załącznik nr 7 do Umowy WCB/..../..../..... z dnia.....

Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy

(nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej)

Lp.	Nazwa Sprzętu	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Cena jedn. brutto PLN (4+ kwota VAT)	Stawka VAT (%)	Cena netto PLN (3x4)	Cena brutto PLN (7+ kwota VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ogółem z tytułu wykonania Umowy w całym okresie jej obowiązywania							



Załącznik nr 6b do SIWZ -Wzór umowy – dotyczy części 3,5,7,8,9

UWAGA:

W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej – (Wykonawca zagraniczny), której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, będącego czynnym podatnikiem VAT UE, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cena jego oferty nie zawiera podatku VAT (ani krajowego, ani polskiego) zwrot „brutto” zastąpiony zostanie zwrotem „netto”, a dodatkowo w §4 ust. 1 zostanie wykreślony zapis „powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie PLN (słownie: PLN) brutto” w §6 ust.1 wykreślone sformułowanie: „zawierające należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa polskiego” oraz analogicznie w załącznikach do Umowy. Ponadto zostaną wykreślone zapisy dotyczące Załącznika nr 7 do Umowy.

UMOWA WCB/..../..../2015 nr sprawy: ZZ-271-94-D-PN/2015 część

Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.

zawarta we Wrocławiu dnia pomiędzy:

Wrocławskim Centrum Badań EIT + sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300736 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 894-293-00-22 oraz numer statystyczny REGON 020671635, z kapitałem zakładowym w wysokości 69 934 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), reprezentowaną przez oraz, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „**Zamawiającym**”,

a

....., zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”

o następującej treści:

Preambuła

1. Niniejsza umowa jest współfinansowana z następującego projektu: „**Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+**”, realizowanego na podstawie umowy nr POIG.02.02.00-02.001/09 w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.2 - Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


2. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZZ-271-94-D-PN/2015 w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej pod nr, - o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej treści Umowy Ustawą Pzp, oraz zgodnie z art. 39 ustawy Pzp.

§1 **Definicje**

W treści niniejszej Umowy i w Załącznikach do niej następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej. Są one pisane wielką literą w celu podkreślenia, że są pojęciami zdefiniowanymi.

1. **Umowa** - oznacza niniejszą Umowę, zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z Załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, stanowiącymi jej integralną część.
2. **Zamówienie** - oznacza kolejno numerowane zamówienie dostawcze, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, które podpisane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego jest podstawą rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. W ramach niniejszej Umowy dopuszcza się wystawienie kilku zamówień dla autonomicznych tj. mogących samodzielnie funkcjonować elementów Sprzętu.
3. **Protokół Odbioru Końcowego** - oznacza jeden lub kilka kolejno numerowanych dokumentów sporządzonych oraz podpisanych przez przedstawicieli obu Stron, o których mowa w § 8 ust. 10 i 11 Umowy, po ostatecznym odbiorze Sprzętu - w ramach danego Zamówienia rozumianym, jako stwierdzenie prawidłowości funkcjonowania Sprzętu oraz zgodności Sprzętu ze specyfikacją zawartą w danym Zamówieniu. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. W ramach niniejszej Umowy dopuszcza się podpisanie przez Strony kilku Protokołów Odbioru Końcowego odpowiednio dla każdego Zamówienia w ramach autonomicznych tj. mogących samodzielnie funkcjonować elementów Sprzętu.
4. **Sprzęt** - oznacza urządzenia oferowane w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawcę, których szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, a dostarczane przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na podstawie danego Zamówienia.
5. **Dostawa** - transport Sprzętu na warunkach określonych w **Polska INCOTERMS 2010 DDP: do miejsca docelowego: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54 – 066 Wrocław do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.**
6. **Awaria** - oznacza stan Sprzętu uniemożliwiający jego działanie zgodnie z jego funkcjonalnością i specyfikacją techniczną dostarczoną przez Wykonawcę wraz ze Sprzętem.

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 2



7. **Zgłoszenie Serwisowe** - oznacza dokonane przez Zamawiającego zawiadomienie o wystąpieniu Awarii, przesłane Wykonawcy w sposób i formie określonej w niniejszej Umowie.
8. **Czas Naprawy** - rozumiany jest, jako okres, który upłynął od momentu potwierdzenia otrzymanego przez Wykonawcę wysłanego przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego do momentu usunięcia Awarii.
9. **Pełne ubezpieczenie** – obejmuje szkody będące następstwem wszelkich ryzyk do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego „bez uwag”.

§2

Oświadczenia i zobowiązania Stron

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji niniejszej Umowy, w tym doświadczenie w sprzedaży, i serwisowaniu Sprzętu w Załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Sprzętu do czasu jego formalnego odbioru przez Zamawiającego, tj. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia).
2. Wykonawca oświadcza, iż przysługuje mu bezwarunkowe prawo własności Sprzętu oraz, że Sprzęt dostarczony do Zamawiającego będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i gotowy - po zainstalowaniu - do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń). Sprzęt dostarczony do Zamawiającego będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli i innych urządzeń i materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sprzętu oraz pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli dotyczy) - chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W razie zaistnienia takiej potrzeby na późniejszym etapie realizacji Umowy, Strony przystąpią do doprecyzowania wymagań dotyczących podłączeń w dokumentacji przed-instalacyjnej, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt oraz wszystkie materiały wykorzystywane przy Dostawie, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że są zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno - eksploatacyjnymi i wymaganiami w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności.
4. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt oraz wszystkie materiały wykorzystywane przy Dostawie, spełniają wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej tj. posiada odpowiednie certyfikaty CE lub deklaracje zgodności CE wystawione przez producenta.
5. Wraz z dostarczonym Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca oświadcza, że Dostawa zostanie wykonana z zachowaniem należytej staranności.
7. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt dostarczony do Zamawiającego będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 3

- producenta, a ponadto, że będzie pochodzić z bieżącej produkcji, to jest będzie wyprodukowany nie wcześniej niż 12 (słownie: dwanaście) miesięcy przed terminem Dostawy.
8. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt przez niego oferowane spełniają wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy oraz, że jego oznaczenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
 9. Wraz z dostarczonym Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne w tym dokumenty zawierające zasady świadczenia usług gwarancyjnych i/lub inne dokumenty określające warunki gwarancji (w języku polskim) uwzględniające postanowienia Załącznika nr 3 do Umowy oraz jeżeli dotyczy instrukcje użytkowania Sprzętu (w językach udostępnianych przez producenta).
 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania.
 11. Zamawiający wymaga, aby jakość Sprzętu była zgodna z wymaganiami, a jego oznaczenie zgodne z obowiązującymi przepisami, zaś Wykonawca zobowiązuje się taki Sprzęt dostarczyć.
 12. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 13. Wykonawca oświadcza, że nie jest/ jest¹ czynnym podatnikiem podatku VAT/VAT UE²
 14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wytycznych do instalacji Sprzętu w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od podpisania Umowy (w przypadku, gdy Sprzęt wymaga montażu). Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w miejscu instalacji Sprzętu (celem potwierdzenia zgodności z wytycznymi) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia wezwania Zamawiającego. Dokładny termin (data i godzina) stawienia się Wykonawcy w miejscu instalacji Sprzętu zostanie uzgodniony przez Strony.
 15. Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu na wezwanie Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia.
 16. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni Dostawę wszystkich elementów niezbędnych do podłączenia Sprzętu do istniejących w pomieszczeniach instalacji³.

§3 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy - jest Dostawa Sprzętu na zasadach i w zakresie określonym w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w SIWZ, a na którą składają się następujące Sprzęty:

Lp.	Nazwa Sprzętu	Ilość
1		

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Niepotrzebne skreślić.

³ Dotyczy części 3



2. W ramach Umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność Sprzętu wymienionego w Zamówieniu oraz wyda go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się dostarczony Sprzęt przyjąć oraz zapłacić Wykonawcy cenę określoną w Zamówieniu pod warunkiem prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia tj. zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
3. Własność Sprzętu przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia) i jest objęte wynagrodzeniem z niniejszej Umowy.
4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:
 - a) pełnego ubezpieczenia zamówionego Sprzętu do czasu jego formalnego odbioru przez Zamawiającego, tj. podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego zamówienia) i jest objęte wynagrodzeniem z niniejszej Umowy,
 - b) zapewnienia odpowiedniego opakowania Sprzętu, to jest takiego opakowania Sprzętu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości, w trakcie transportu do miejsca Dostawy,
 - c) prawidłowego oznakowania opakowań Sprzętu, to jest oznakowania zawierającego szczegółowy opis miejsca Dostawy określony w następujący sposób: Budynek (1BC, 7, 9, 9A)/nazwa Laboratorium lub Pracowni/nr kondygnacji/ nr pomieszczenia, w którym ma być zamontowany Sprzęt,
 - d) usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie wszystkich elementów pozostałych po Dostawie Sprzętu, w szczególności m.in. wszelkich opakowań, palet po Sprzęcie, elementów wadliwych, odpadów i innych, do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego bez uwag – dla danego Zamówienia).
 - e) pozostawienia pomieszczenia Dostawy oraz drogi transportu (m.in. ciąg komunikacyjny, winda, rampa wyładowcza itp.) w stanie nie gorszym niż zastany przed montażem Sprzętu,
 - f) świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego Sprzętu na zasadach określonych w Umowie.

§4 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy ogółem z tytułu wykonania Umowy w całym okresie jej obowiązywania, nie przekroczy kwoty: PLN (słownie: PLN) netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie PLN (słownie: PLN) brutto.
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składają się ceny wynikające z oferty Wykonawcy zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w Załączniku nr 7 do Umowy to jest:

Lp.	Nazwa Sprzętu	Ilość	Cena ogółem brutto (PLN)
-----	---------------	-------	--------------------------

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 5

--	--	--	--

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty wynikające z zobowiązań Wykonawcy określonych w §2 i §3 Umowy. W razie wątpliwości Strony ustalają, że poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy: wydatków, strat, kosztów, utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych, w tym zobowiązań celnych.
4. W razie wątpliwości Strony postanawiają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego cła za Sprzęt dostarczony spoza obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający refakturuje poniesioną opłatę na Wykonawcę. To samo nastąpi w innych przypadkach do których odsyłają postanowienia ust. 3 powyżej.
5. W przypadku odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy i niewykorzystania całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia zapłaty powstałej w ten sposób różnicy.

§5 Zaliczki

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek w walucie Umowy na poczet wykonania Umowy, zgodnie z art. 151a Ustawy Pzp, do 80% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający będzie żądał wniesienia pełnego zabezpieczenia udzielonej zaliczki w walucie Umowy (bez względu na wysokość udzielonej zaliczki). Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ustala się w kwocie równej 100 % udzielonej zaliczki.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może zostać wniesione w jednej z form zabezpieczenia wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, iż formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 2 tejże Ustawy, wymagają uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie oraz być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający, w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
6. Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego, jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku, w którym wskaże on zakres prac, których finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może wyrazić zgodę na

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 6



wypłatę zaliczki. Zamawiający określi termin wypłacenia zaliczki. Wypłata zaliczki nastąpi po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki zgodnie z ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu. Jeżeli zabezpieczenie zaliczki wniesione zostanie po ustalonym przez Zamawiającego terminie wypłaty zaliczki, Zamawiający wyznaczy nowy termin wypłaty zaliczki.


7. Wykonawca wystawi potwierdzenie wpływu zaliczki w formie faktury zaliczkowej, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od daty wpływu środków do Wykonawcy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie wykonywania Umowy.
9. Zwrot zabezpieczenia każdej udzielonej zaliczki nastąpi po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego - bez uwag dla danego Zamówienia, potwierdzającego prawidłowe wykonanie części Przedmiotu Umowy objętej wnioskiem o udzielenie danej zaliczki.

§6

Warunki płatności

1. Dostawa Sprzętu będzie realizowana w oparciu o Zamówienia wystawiane przez Zamawiającego. Za zrealizowane Zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy zawartej w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 7 do Umowy, zawierające należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 11 Umowy, Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia).
4. Faktura VAT, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinna zawierać w szczególności następujące dodatkowe elementy:
 - a) numer Umowy,
 - b) określenie przedmiotu Zamówienia,
 - c) kopię (kolejno numerowanego) Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag wraz z odpowiednią kopią kolejno numerowanego Zamówienia).
5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za nieterminową płatność w wysokości 0,4 odsetek ustawowych.
6. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Strony ustalają, że dokonanie przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
8. Do wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy załącznik, w którym wyszczególni ceny jednostkowe netto oraz brutto wszystkich elementów składających się na przedmiot umowy.

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 7



§7

Termin i warunki realizacji Umowy

1. Strony ustalają, iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 23.10.2015 r.
Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przewidziany na: produkcję Sprzętu, Dostawę Sprzętu, przeprowadzenie procedury odbioru, o której mowa w § 8 Umowy, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego bez uwag – dla danego Zamówienia).
2. Strony zgodnie postanawiają, że Dostawy będą realizowane, zgodnie z wolą Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia wyczerpania środków, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się złożyć stosowne Zamówienie w terminie umożliwiającym wykonanie pełnej realizacji zamówienia publicznego do dnia 23.10.2015 r.
3. Zamówienia będą składane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 11 Umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy, faksu oraz pisemnie na adres wskazany poniżej:
Adres do korespondencji:
Numer faksu:
Adres e-mail:
4. Złożenie Zamówienia zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 10 Umowy, niezwłocznie, poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu oraz pisemnie na adres wskazany poniżej:
Adres do korespondencji:
Numer faksu:
Adres e-mail:
5. Zamawiający ma prawo składać do Wykonawcy zapytania związane z realizacją każdego z Zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy, faksu lub pisemnie na adres wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć na powyższe zapytania w terminie nieprzekraczającym 2 (słownie: dwóch) dni roboczych.

§8

Warunki odbioru i nadzór

1. Każda ze Stron wyznaczy osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury i dokonanie odbioru Sprzętu, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o ograniczeniu swojego udziału w realizacji odbioru bądź też upoważnienia podmiotu trzeciego do udziału w realizacji odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji procedury odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
3. Procedura odbioru może zostać rozpoczęta wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione przez Wykonawcę następujące warunki:
 - a) Wykonawca uzgodni planowany termin Dostawy Sprzętu (data i godzina) z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu,
4. Procedura odbioru obejmuje:

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 8



- a) odbiór ilościowo - rzeczowy dostarczonego Sprzętu, w tym także wszelkich urządzeń, okablowania, części i akcesoriów, nośników danych, certyfikatów, licencji, dokumentacji producenta, dokumentacji technicznej itp.,
 - b) badanie techniczne Sprzętu, które przeprowadzą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego w miejscu wskazanym na Dostawę Sprzętu,
 - c) odbiór jakościowy dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, przekazania do eksploatacji wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie niniejszej Umowy oraz Załączników do Umowy,
5. Ostatecznemu odbiorowi podlega Sprzęt, który jest zgodny ze specyfikacją zawartą w danym Zamówieniu.
 6. Ostateczny odbiór dostarczonego Sprzętu zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, przez przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.
 7. Protokół Odbioru Końcowego o którym mowa w ust. 9, zgodny ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 5 do Umowy sporządza Wykonawca w wersji papierowej i wersji elektronicznej edytowalnej (pliki xls.,xlsx., doc, docx) wyszczególniając Sprzęt i jego poszczególne elementy (pozycje wyszczególnione w protokole powinny zawierać charakterystyczne znaki identyfikacyjne elementów Sprzętu, w tym jego wyposażenia, np. nr seryjny/katalogowy).
 8. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, Zamawiający wyspecyfikuje listę wad i uwag w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych, podpisaną przez swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, które Wykonawca usunie w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia sporządzenia listy wad zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy, a w przypadku skomplikowania procedury usuwania wad/uwag w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lista wad i uwag zostanie przesłana w wersji elektronicznej do Wykonawcy nie później niż w dniu następnym od daty powstania ww. listy. Po usunięciu wad i usterek oraz pozytywnym zakończeniu odbioru Strony sporządzą ponowny Protokół Odbioru Końcowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W razie niemożności dotrzymania terminu określonego w zdaniu poprzednim, Wykonawca zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego, nie później niż na 3 (słownie: trzy) dni roboczych przed upływem wyznaczonego terminu, wskazując przyczynę opóźnienia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający według swojego wyboru będzie mógł wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad i usterek lub dokonanie wymiany Sprzętu na nowy lub powierzyć usunięcie wad i usterek Sprzętu innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy lub też od Umowy odstąpić zgodnie z § 10 ust. 1 Umowy.
 9. W przypadku, gdy odbiór zakończył się wynikiem pozytywnym Protokół Odbioru Końcowego będzie stanowił również potwierdzenie prawidłowego wykonania danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia).
 10. Osobą upoważnioną do uczestniczenia w procedurze odbioru, o której mowa w niniejszym paragrafie, w tym podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ze strony Wykonawcy jest: [imię ..., nazwisko ..., tel. stacjonarny ..., tel. komórkowy ..., fax. ..., e-mail, adres do korespondencji: ...].
 11. Osobą upoważnioną do uczestniczenia w procedurze odbioru, o której mowa w niniejszym paragrafie, w tym podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz listy wad i uwag, o której

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 9

mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, ze strony Zamawiającego jest: [imię ..., nazwisko ..., tel. stacjonarny ..., tel. kom. ..., fax. ..., e-mail ..., adres do korespondencji: ...].

12. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia) nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji jakości Sprzętu dostarczonego w ramach Zamówienia, którego Protokół Odbioru Końcowego dotyczy.
13. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego - bez uwag dla danego Zamówienia.

§9

Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres oraz na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku gdy okres gwarancji jest krótszy niż obowiązujący okres rękojmi wynikający z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na dzień podpisania umowy, obowiązuje okres rękojmi wynikający z Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą pisemnej informacji dotyczącej rodzaju czynności (działań) przysługujących Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach gwarancji oraz listę niezbędnych pozostałych odpłatnych czynności obsługowych i serwisowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, podlegających naturalnemu zużyciu itd.
4. Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, dostarczy wykaz materiałów eksploatacyjnych sprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, podlegających naturalnemu zużyciu itd wraz z ich cenami jednostkowymi netto oraz brutto.

§10

Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy

1. Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku siły wyższej opisanej w § 11 Umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej części Umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego 10-dniowego terminu na usunięcie naruszenia. Odstąpienie od niezrealizowanej części Umowy winno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy, koszty zwrotu Sprzętu pokrywa Wykonawca.
2. W okresie trwania gwarancji Zamawiający, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu poniesionych dotychczas kosztów związanych z jej realizacją lub też prawo do zlecenia naprawy Sprzętu innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że oferowany Sprzęt posiada wady, to jest nie działa lub nie spełnia warunków koniecznych oraz zadeklarowanych warunków technicznych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy i

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 10



nie usunięcia tych wad przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, postanowienie ust. 1 zd. 2 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio.

3. Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku siły wyższej opisanej w § 11 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
- a) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 5 in fine, oraz § 8 ust. 8 Umowy, a także innych terminów określonych w niniejszej Umowie, albo z niej wynikających, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto przewidzianego za dane Zamówienie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
 - b) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w Załączniku nr 3 do Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości wadliwego Sprzętu netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
 - c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niezrealizowanej części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy od niezrealizowanej części Umowy,
 - d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy od niezrealizowanego Zamówienia,
 - e) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności opisanych w § 12 ust. 1 i 2 Umowy – karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie.
4. W sytuacji, gdy wysokość kar umownych naliczonych w oparciu o ust. 3 niniejszego paragrafu nie wyrównuje rzeczywistej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
5. W przypadku przekroczenia Czasu Naprawy określonego w Załączniku nr 3 do Umowy, o co najmniej 8 dni, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę Sprzętu innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.

§11 **Siła wyższa**

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują: wojny, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w ośrodkach gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe.
2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach.

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 11

3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej za pisemną zgodą Stron. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jego realizacji.
4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej. Nie wykonanie zobowiązań przez jedną ze Stron z powodu siły wyższej, zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań.


§12 **Poufność**

1. Strony podejmą wszelkie starania celem zapewnienia, że członkowie ich zarządu, kadra kierownicza, pracownicy, podwykonawcy, wykonawcy i spółki zależne oraz dominujące utrzymają w tajemnicy wszelkie informacje oznaczone, jako poufne, w tym wszelkie informacje techniczne, dokumentacje, oprogramowanie, rysunki, rozszerzenia, udoskonalenia, procesy, projekty, know-how oraz inne niepublikowane informacje przesyłane lub udostępniane im w sposób bezpośredni lub pośredni przez którąkolwiek ze Stron dotyczące przedmiotu Umowy.
2. Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że informacje takie zostały już opublikowane.
3. W przypadku odstąpienia od całości Umowy, wszelka dokumentacja oznaczona, jako poufna, a która w tym czasie nie stała się publicznie dostępna, zostanie zwrócona właścicielowi natychmiast przez Stronę z niej korzystającą, jej podwykonawców, dostawców lub spółki zależne z wyjątkiem dokumentów złożonych przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego, o którym mowa w punkcie 2 preambuły niniejszej Umowy.

§13 **Zmiana Umowy**

1. Zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3 zdanie drugie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:
 - (i) z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
 - (ii) z powodu działania siły wyższej, o której mowa w § 11 Umowy, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy – maksymalnie o czas jej występowania;

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 12



- (iii) na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
 - (iv) w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych – maksymalnie do czasu trwania projektu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy;
 - (v) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia Dostaw maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
 - (vi) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;
 - (vii) na skutek zmiany terminów realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego - maksymalnie o okres przesunięcia realizacji inwestycji,
 - (viii) z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
 - (ix) z powodu kumulacji dostaw urządzeń wynikających z przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego uniemożliwiających techniczny odbiór w szczególności z powodu braku odpowiedniej ilości ramp wyładunkowych, miejsc parkingowych, dróg dojazdu - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
- b) zmiana miejsca Dostawy Sprzętu jednakże bez wzrostu wysokości wynagrodzenia umownego z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na miejsce Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
- c) zmiana sposobu realizacji Umowy wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy, mających wpływ na sposób realizacji projektu w zakresie wynikającym ze zmian przepisów, ww. dokumentów,
- d) zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji technicznej projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy w zakresie wynikającym ze zmian przepisów,
- e) zmiana parametrów Sprzętu w przypadku zaniechania produkcji określonego rodzaju Sprzętu i/lub wprowadzenia Sprzętu nowej generacji i/lub nowego modelu (tj. zamiennik/równoważnik). Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania ze strony Zamawiającego jest również brak wzrostu ceny danego Zamówienia i wartości Umowy w

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 13

- porównaniu z pierwotną wartością przedstawioną w ofercie. Ilości zamawianego w ten sposób Sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z Umowy,
- f) w przypadku zmiany numerów katalogowych Sprzętu przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen i wartości Umowy na wyższe. Dostarczony Sprzęt musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w SIWZ lub je przewyższać,
- g) wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji Umowy lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji maksymalnie o okres przedłużenia terminu,
- h) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, (w szczególności warunków płatności wynagrodzenia, jednakże bez wzrostu wysokości wynagrodzenia umownego i/lub wysokości wypłacanych zaliczek maksymalnie do 90 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za dane Zamówienie o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy):
- (i) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy w zakresie i tylko w granicach:
 - sposobu rozliczania i/lub warunków dokonywania płatności,
 - sposobu i/lub terminów rozliczania zaliczek,
 - limitów zaliczek i/lub refundacji płatności
 - terminu realizacji projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy,
 - harmonogramu płatności,
 - harmonogramu rzeczowo-finansowego (w szczególności przesunięcia w budżecie projektu),
 - zmiany wzoru (zapisów) umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w preambule niniejszej Umowy,
 - zmniejszenia kwoty dofinansowania wynikająca z uznania części wydatków za niekwalifikowane,
 - rozwiązania/odstąpienia od umowy o dofinansowanie,
 - (ii) na skutek zmiany terminów realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego jednakże nie dłużej niż o okres przesunięcia realizacji inwestycji
 - (iii) z powodu przestojów i opóźnień realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
- i) na skutek nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w zakresie:
- (i) zmniejszenia zakresu umowy w granicach nieotrzymanego dofinansowania,
 - (ii) rozwiązania/odstąpienia od umowy,
- j) zmiany korzystne dla Zamawiającego pod warunkiem uzasadnienia korzyści dla Zamawiającego w granicach uzasadnionych korzyści,
- k) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT dla przedmiotu dostawy, w trakcie realizacji Umowy o kwotę równą różnicy

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 14



w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych niniejszej umowy (nie stanowiących zmian istotnych określonych w ust. 2 niniejszej umowy), z zastrzeżeniem, iż nie będą one zmieniać warunków i treści złożonej oferty, zakresu i przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
- b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy,
- c) zmiana zapisu lub informacji o przyznanej dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych,
- d) sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,

Powyższe zmiany nie wymagają formy pisemnej, jedynie potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres email wskazane w § 15 ust. 2 umowy, która po wydrukowaniu stanowić będzie Załącznik do Umowy.

§14

Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

Postanowienia końcowe

- 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawy Pzp.
- 2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą Umową powinna być kierowana na niżej podane adresy Stron:

Dla Wykonawcy:

adres
e-mail

Dla Zamawiającego:

adres
e-mail

3. Niżej wymienione Załączniki stanowią integralną część Umowy:

- a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z SIWZ i załącznikami do SIWZ,
- b) Załącznik nr 2 Zamówienie dostawcze (wzór),
- c) Załącznik nr 3 Gwarancja i serwis (wzór),
- d) Załącznik nr 4 Zgłoszenie serwisowe (wzór),
- e) Załącznik nr 5 Protokół Odbioru Końcowego (wzór),
- f) Załącznik nr 6 Lista wad i uwag (wzór),
- g) Załącznik nr 7 Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy (wzór) *(nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej).*

4. Umowę sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (słownie: dwa) dla Zamawiającego i 1 (słownie: jeden) dla Wykonawcy.

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 15

Zamawiający

Wykonawca

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 16



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Wzór

Załącznik nr 2 do Umowy WCB/.../.../..... z dnia.....

Wrocław, dnia

Zamówienie nr

Zamawiający:

Wykonawca:

Dotyczy: Realizacji Umowy WCB/.../.../..... z dnia.....

Adres i miejsce Dostawy:

Niniejszym zamawiam Sprzęt zgodnie z poniższą specyfikacją:

L.p.	Nazwa Sprzętu	Termin realizacji ⁴	Miejsce Dostawy
1			
2			

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:, tel....., fax, e-mail:

Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy:, tel....., fax, e-mail:

Wartość Zamówienia wynosinetto, powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie..... brutto

Wartość ogółem wszystkich Zamówień:netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

Wartość ogółem wszystkich dotychczasowych Zamówień:netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

Osobą upoważnioną do przekazania Wykonawcy podpisanego Zamówienia, zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy, ze strony Zamawiającego jest [...].

Podpis:	
Imię i Nazwisko:	

⁴ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy ze względu na nieprzewidziane okoliczności, które nie były znane w dniu wysłania Zamówienia dostawczego

Wzór

Załącznik nr 3 do Umowy WCB/..../..../..... z dnia.....

– Gwarancja i Serwis –

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Sprzęt (na każdy element zamówionego Sprzętu) od dnia następującego po dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia), przez okres kolejnych (słownie:) na każdy element wyposażenia
2. Gwarancja obejmuje wady Sprzętu wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub nie spełniającego określonej funkcjonalności, w wyniku których Sprzęt nie działa lub nie spełnia warunków koniecznych oraz zadeklarowanych warunków technicznych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. Wszelkie zgłoszenia Awarii dokonywane będą przez Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego, drogą telefoniczną bądź pisemnie faksem na numer..... lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy, tj.:....., za pomocą Zgłoszeń Serwisowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.
W przypadku posiadania przez Dostawcę systemu zgłoszeń Awarii on-line, zgłoszenia będą dokonywane równolegle przy użyciu formularza na stronie www.⁵
4. Czas Reakcji na Zgłoszenie Serwisowe rozumiany jest jako okres, który upłynie od momentu wysłania przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego i wynosi 3 godziny, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godz.12:00 lub w dniu następnym do godz. 12:00. Następnie w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki (w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku) nastąpi reakcja Wykonawcy na zgłoszony problem.
5. Czas Naprawy rozumiany jest, jako okres, który upłynie od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę wysłanego przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego, do momentu usunięcia Awarii. Maksymalny Czas Naprawy wynosi 8 dni roboczych, ⁶z wyjątkiem następujących niestandardowych Czasów Naprawy podzespołów/elementów Sprzętu, określonych przez Wykonawcę w ofercie:

L.p.	Podzespół/ Element	Niestandardowy czas naprawy
1		
2		

⁵ Skreślić jeśli nie dotyczy

⁶ Usunąć, jeśli nie dotyczy

W sytuacji wydłużenia Czasu Naprawy powyżej maksymalnego Czasu Naprawy wynoszącego 8 dni roboczych, niezależnie od niestandardowego Czasu Naprawy podzespołu/elementu Sprzętu, o którym mowa w tabeli powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy przekraczający 8 dni roboczych, w dniu następnym (to jest w 9 dniu roboczym), na cały okres naprawy opisany powyżej.

6. W przypadku niedochowania Czasu Naprawy Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy, o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie Czasu Naprawy Sprzętu o którym mowa w pkt. 5.
7. Okres gwarancji dla naprawionego w ramach gwarancji Sprzętu zostanie wydłużony każdorazowo o Czas Naprawy. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element Sprzętu / Sprzęt na nowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy, w przypadku, gdy:
 - 1) w okresie gwarancji dokonane zostaną 3 (słownie: trzy) naprawy tej samej usterki, po których Sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - 2) usunięcie wady (naprawa) okaże się niemożliwa (Sprzęt nie będzie spełniał tych samych parametrów i nie będzie zachowywał swojej funkcjonalności),
 - 3) naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.
8. W razie wymiany Sprzętu lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymieniony sprzęt lub jego część od nowa, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w naprawie Sprzętu okres gwarancji zostanie wydłużony o trzykrotność okresu opóźnienia (np. 1 tydzień opóźnienia = czas gwarancji wydłużony o 3 tygodnie).
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo fabrycznie nowe części i materiały eksploatacyjne. Koszty nowych części i materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym użytkowaniem Sprzętu ponosi Zamawiający.
10. Serwis gwarancyjny dostarczonego Sprzętu jest całkowicie wliczony w cenę Sprzętu i obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.
11. Serwis gwarancyjny będzie co do zasady wykonywany w miejscu Dostawy Sprzętu. Natomiast w przypadku konieczności świadczenia serwisu w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (poza siedzibą Zamawiającego) wszystkie koszty, w tym m.in.: transportu, wyładunku, załadunku, ubezpieczenia transportu itp. ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia obejmującego przedmiot niniejszej Umowy.
12. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd. W przypadku konieczności naprawy Sprzętu poza miejscem Dostawy, Wykonawca pokryje koszty transportu Sprzętu w obie strony w czasie trwania serwisu gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia Sprzętu w czasie transportu.
13. Wykonawca gwarantuje Dostawę części zamiennych w przypadku ich wydawania przez producenta przez okres co najmniej 8 (słownie: osiem) lat od dnia zawarcia Umowy.
14. Strony zgodnie ustalają, że jakakolwiek zmiana miejsca użytkowania Sprzętu (przeniesienie) pozostaje bez wpływu na ważność i okres gwarancji.

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 19

15. W sprawach dotyczących odpowiedzialności za wady dostarczonego Sprzętu z tytułu gwarancji i rękojmi nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy cytowanej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny.

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 20



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Wzór

Załącznik nr 4 do Umowy WCB/..../..../..... z dnia.....

- Zgłoszenie Serwisowe nr -

DATA/GODZINA	ZAMAWIAJĄCY	NUMER ZGŁOSZENIA
NAZWA FIRMY	ADRES	
NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO	NAZWISKO UŻYTKOWNIKA	
TELEFON:	FAX:	
TYP SPRZĘTU		
DATA / GODZINA UDOSTĘPNIENIA SPRZĘTU		
NUMER SERYJNY / DATA ZAKUPU lub NUMER IDENTYFIKACYJNY		
☐ NA GWARANCJI	☐	POZA GWARANCJĄ
OPIS AWARII:		
UWAGI:		
DATA / GODZINA WYSŁANIA ZGŁOSZENIA		
PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ		

*niepotrzebne skreślić

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 21



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



24 100

Wzór

Załącznik nr 5 do Umowy WCB/....../..... z dnia

Wrocław, dnia

**Protokół Odbioru Końcowego nr
dla Zamówienia nr**

Nazwa Sprzętu: Typ:
Producent: Model:
Nr fabryczny: Rok produkcji:
Miejsce Dostawy:

Odbioru ilościowo-rzeczowego oraz merytorycznego dokonano z uwagami*/ bez uwag w dniu

Specyfikacja Sprzętu:

Lp.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	ilość	Uwagi
1					
2					

Zamawiający stwierdza, że Sprzęt dostarczony dnia

- spełnia parametry wymagane w SIWZ / nie spełnia parametrów wymaganych w SIWZ*
- pracuje prawidłowo / nieprawidłowo*,
- nie wnoszą / wnoszą* zastrzeżenia wyspecyfikowane w liście wad i uwag według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy.

Kompletne dokumenty gwarancyjne w tym dokumenty zawierające zasady świadczenia usług gwarancyjnych i/lub inne dokumenty określające warunki gwarancji (w języku polskim) oraz jeżeli dotyczy instrukcje użytkowania Sprzętu w językach udostępnianych przez producenta, odpowiednie certyfikaty CE lub deklaracje zgodności CE wystawione przez producenta - dostarczono / nie dostarczono*.

Termin gwarancji upływa dnia

*niepotrzebne skreślić

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 22



Wartość Zamówienia:netto, powiększona o
należny podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

Wartość ogółem wszystkich Zamówień: netto, powiększona o
należny podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

Wartość ogółem wszystkich dotychczasowych Zamówień:netto,
powiększona o należny podatek VAT, to jest łącznie..... brutto.

Niniejszy protokół został przyjęty i zaakceptowany, co Strony reprezentowane przez swoich przedstawicieli (osoby odpowiedzialne za realizację Umowy), o których mowa w § 8 ust. 10 i ust. 11 Umowy, potwierdzają składając podpisy.

Podpis:		Podpis:	
Imię i Nazwisko:		Imię i Nazwisko:	

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 23



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22
h

Wzór

Załącznik nr 6 do Umowy WCB/....../..... z dnia..... – Lista wad i uwag –

Sporządzona w dniu.....

Zamawiający stwierdza, iż Sprzęt będący przedmiotem Umowy WCB/....../..... posiada następujące wady:

Lista uwag w zakresie Sprzętu:

Lp.	Nazwa Sprzętu	Stwierdzone wady, usterki

Osobą upoważnioną do podpisania listy wad, zgodnie z § 8 ust. 11 Umowy, ze strony Zamawiającego jest [...].

Podpis:	
Imię i Nazwisko:	

Z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 8 Umowy, tj.
.....
....., Strony ustalają termin usunięcia ww. wad dla Sprzętu dla pozycji:

Lp.	Nazwa Sprzętu	Stwierdzone wady, usterki

wynoszący dni/miesięcy liczony od dnia do dnia Do upływu ww. okresu Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ww. wad i usterek i uchybień w ramach wynagrodzenia ogółem brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca:

Zamawiający:

Podpis:	
Imię i Nazwisko:	

Podpis:	
Imię i Nazwisko:	

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 24

Załącznik nr 7 do Umowy WCB/..../..../..... z dnia.....

Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy

(nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składającego ofertę z Państw członkowskich Unii Europejskiej)

Lp.	Nazwa Sprzętu	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Cena jedn. brutto PLN (4+ kwota VAT)	Stawka VAT (%)	Cena netto PLN (3x4)	Cena brutto PLN (7+ kwota VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ogółem z tytułu wykonania Umowy w całym okresie jej obowiązywania							

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 25

Załącznik nr 7 do SIWZ – Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej (jeżeli dotyczy)

Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie:

- procedury dostawczo-odbiorowej,
- dokumentacji w zakresie instrukcji pracy, konserwacji, części zamiennych, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla dostawy urządzeń,
- sporządzenia wykazu i przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi urządzeń dla poszczególnych elementów wyposażenia laboratoryjnego,
- dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji urządzeń, które zostaną zainstalowane w Dolnośląskim Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskim Centrum Badań EIT+, zwanym dalej WCB EIT+,
- ramowej procedury postępowania przy odbiorze elementów wyposażenia aparatury naukowo-badawczej), która zostanie zainstalowana w WCB EIT+.

I. Ramowa procedura dostawczo-odbiorowa

1. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy

Pod pojęciem szczegółowego opisu obowiązków Wykonawcy rozumie się wszelkie działania/usługi, jakie Wykonawca winien prowadzić na rzecz Zamawiającego.

a) Przed rozpoczęciem procedury dostawczo-odbiorowej:

1. Wykonawca rozpocznie realizowanie Umowy z dniem jej podpisania.
2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zamówienie dostawcze, które rozpocznie procedurę dostawczo-odbiorową.
3. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić kontrolę zapisów SIWZ wraz z załącznikami oraz Umowy wraz z załącznikami, w celu zapoznania się z warunkami realizowania procedury odbiorowej.
4. Wykonawca będzie zobligowany do kontaktu elektronicznego, telefonicznego i osobistego z upoważnionym przedstawicielem Działu Dostaw i Wyposażenia Laboratoriów WCB EIT+, w celu dostarczenia do Zamawiającego wszystkich wytycznych dotyczących dokumentacji

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 1

technicznej, dostawy, montażu, uruchomienia, testów i odbioru aparatury naukowo-badawczej.

5. Zamawiający - o ile to konieczne - przeprowadzi spotkanie z Wykonawcą w celu sporządzenia protokołu przedinstalacyjnego.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do posługiwania się wzorami dokumentów obowiązujących w Spółce Zamawiającego.
7. Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym przy planowaniu terminów dostaw, budowaniu harmonogramów dostaw, skoordynować pracę z innymi członkami Komisji Odbiorowej.

b) W trakcie prowadzenia procedury odbiorowo-dostawczej

1. Wykonawca winien osobiście stawić się w miejscu dostawy. Jest również zobowiązany do czynnego uczestniczenia w dostawie oraz odbiorze.
2. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności dostawy.
3. Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na dbałość o pomieszczenia, korytarze i inne mienie Zamawiającego. O wszystkich nieprawidłowościach Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek umówienia terminu dostawy ze wszystkimi członkami Komisji Odbiorowej. Zamawiający ustali termin dostawy w taki sposób, aby nie zagrażał on wykonaniu pozostałych dostaw, bezpieczeństwu oraz możliwościach logistycznych siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad procedury odbioru, jej nadzorowania i powzięcia odpowiedzialności za prowadzone działania podczas jej przeprowadzania. Przy czym procedura odbiorowa obejmuje:
 - Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonych urządzeń, okablowania, części i akcesoriów, nośników danych, certyfikatów, licencji, dokumentacji producenta, dokumentacji technicznej itp.

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 2



- Testy kwalifikacyjne - odbiór dotyczący m.in. konfiguracji urządzeń i testów sprawdzających działanie tych urządzeń
 - Końcowy odbiór prac - na podstawie protokołów odbioru ilościowego, odbioru jakościowego i testów akceptacyjnych zakończonych bez uwag zostanie przygotowany Protokół Odbioru Końcowego.
6. Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w odbiorze ilościowo – rzeczowym, polegającym na sprawdzeniu ilościowym kompletności wszystkich elementów dostawy (na podstawie SIWZ wraz z załącznikami) oraz ich stanu technicznego w momencie dostawy.
 7. Wykonawca winien podjąć wszelkie stosowne kroki i działania w kierunku pozytywnego zakończenia procedury odbiorowej, tj. w celu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego - bez uwag.
 8. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, odbiór aparatury naukowo-badawczej nie jest możliwy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym w celu opracowania rozwiązania prowadzącego do wyeliminowania problemu. Wszelkie działania podjęte przez Wykonawcę, a nieomówione wcześniej z Zamawiającym, w wyniku których nastąpiło niepożądane / niewłaściwe / niepomysłne dla Zamawiającego rozwiązanie, są niezgodne z treścią Umowy. Wykonawca w takim przypadku ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również finansową za podjęte działania niezgodne z warunkami Zamawiającego.
 9. Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Dopiero podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego z adnotacją bez uwag upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.

II. Dokumentacja techniczna oraz instrukcje pracy i konserwacji

Wykonawca urządzenia bądź systemu zobowiązany jest do przygotowania instrukcji obsługi oraz instrukcji pracy i konserwacji danego urządzenia oraz wszelkich innych dokumentów, w tym wytycznych przedinstalacyjnych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- a) Dokumentacja powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące urządzenia, w tym dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami PN oraz dyrektywami europejskimi. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 3



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- b) Dokumentacja musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do transportu, przemieszczania, magazynowania, uruchomienia, eksploatacji, utrzymania w ruchu (konserwacji), wyłączenia z ruchu, demontażu, pozbywania się, jak również postępowania w sytuacjach awaryjnych. Informacje zawarte w dokumentacji powinny jednoznacznie definiować przeznaczenie urządzenia i zawierać instrukcje określające prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Powinny ostrzegać o zagrożeniach związanych z niedozwolonymi sposobami eksploatacji.
- c) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich informacji niezbędnych do późniejszej eksploatacji, zgodnej z przeznaczeniem urządzenia.
- d) Wykonawca dostarczy po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich Producenci i/lub Podwykonawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
- e) Instrukcje oraz pozostałe dokumenty, winny być dostarczone do weryfikacji Zamawiającemu przed uruchomieniem dostawy. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych dokumentach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych następujących po zawiadomieniu przez Zamawiającego o stwierdzonych brakach.
- f) Wszystkie informacje wymagane niniejszą specyfikacją mają być dostarczone w formie wydrukowanej z ponumerowanymi stronami.
- g) Informacje te stanowić będą integralną część zakresu dostawy.

Wykonawca ma obowiązek określić, które czynności, w szczególności naprawy, przeglądy i regulacje muszą być wykonywane tylko przez niego lub przez autoryzowane punkty.

III. Specyfikacja wymagań dotyczących instruktażu

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przekazanie niezbędnej wiedzy personelowi Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczanego urządzenia.

W uzgodnionych terminach podczas trwania procedury odbioru należy przeprowadzić instruktaż personelu laboratoryjnego w zakresie wykorzystania i prawidłowej obsługi urządzeń oraz konserwacji. Osoba przeprowadzająca instruktaż po jego przeprowadzeniu musi upewnić się, że szkolony personel posiada odpowiednie kompetencje do obsługi danego urządzenia. Przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia jest jednym z warunków odbioru urządzenia i nie może zostać pominięte.

1. Zakres instruktażu powinien obejmować minimum następujące zagadnienia:

ZZ-271-94-D-PN/2015 – Dostawa urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o. str. 4



- budowa, działanie i obsługa urządzeń oraz jego poszczególnych części/podzespołów,
- uruchamianie urządzeń i ich regulacja,
- kalibracja/justowanie urządzeń,
- sposób przechowywania urządzeń,
- zapis i interpretacja wyników,
- zagrożenia wynikające z obsługi urządzeń,
- część praktyczna z m.in. wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją,
- postępowanie w przypadku awarii,
- naprawy, które mogą być przeprowadzone przez użytkownika,
- zabiegi konserwacyjne,
- zasady bezpieczeństwa.

Instruktaż może odbyć się po udokumentowanym zakończeniu instalacji i rozruchu urządzenia, w tym po zakończeniu testów kwalifikacji/odbiorowych, jeśli takie testy są wymagane. Instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Personel prowadzący instruktaż musi posiadać wystarczające kwalifikacje, odpowiednio udokumentowane, jeśli wymaga tego prawo.

Zamawiający przedstawi zestawienie z informacją na temat ilości osób biorących udział w instruktażu z zakresu obsługi i konserwacji danego urządzenia. W przypadku przekroczenia maksymalnej ilości osób mogących brać udział w instruktażu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia takiej ilości instruktaży, jaka umożliwi przeinstruowanie całego potrzebnego personelu.

Instruktaż powinien zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami.

Wykonawca może zostać zobowiązany do przeprowadzenia drugiego instruktażu (odświeżająco - aktualizującego) w okresie do 6 miesięcy po odbiorze końcowym urządzenia. Termin instruktażu zostanie uzgodniony bezpośrednio z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego minimum na 2 tygodnie przed planowanym instruktażem.