

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2 z podziałem na 2 części.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części.

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA CZĘŚĆ 1 OFERTY:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość [zestaw]	Kod CPV
1	Zintegrowany system do prowadzenia procesów hodowlanych	1	38540000-2

Przedmiot zamówienia dla części 1 dotyczy urządzeń przeznaczonych do laboratoriów o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego, których badawczo-komercyjny charakter narzuca specyficzne wymagania Zamawiającego. Zamawiający w Załączniku nr 2.2 do SIWZ- Wzór Formularza oferty - Część B przedstawił funkcjonalny opis zestawu wyposażenia.

URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA CZĘŚĆ 2 OFERTY:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość [kpl]	Kod CPV
1	Inkubatory z wytrząsaniem - duże	1	38540000-2
2	Inkubatory z wytrząsaniem - średnie	1	38540000-2
3	Wytrząsarki platformowe	1	38540000-2
4	Inkubatory z wytrząsaniem - małe	1	38540000-2

UWAGA!

Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne (wymagane - minimalne) funkcjonalności, parametry dla obu części niniejszego postępowania zawarte zostały w **Załączniku nr 2.2 – Wzór Formularza oferty - Część B**;

3. Pod pojęciem **dostawy** urządzeń rozumie się ich transport do siedziby Zamawiającego (wraz z transportem poziomym wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem, instalacją (w tym ewentualną przebudową lub rozbudową instalacji) i uruchomieniem oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń.

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

str. 1

Wykonawca - na swój koszt i ryzyko – w imieniu Zamawiającego musi w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Rozporządzeń Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie pierwszego/pierwotnego zgłoszenia rejestracyjnego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych.

Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia objęte będą pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.


4. Zamawiający dla Części 1, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, przewiduje Prawo opcji polegające na dostawie nw. urządzeń przeznaczonych do Laboratorium hodowli BSL 2:

- 1) Urządzenie 2 – przeznaczone do hodowli komórek ssących, prowadzonej z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym, kwalifikowanym naczyniu hodowlanym, o objętości nie mniejszej niż 12 litrów i nie większej niż 50 litrów,
- 2) Urządzenie 3 – jednostka sterująco-kontrolna, umożliwiająca przygotowanie dużej objętości pożywki hodowlanej i buforów, tj. nie mniejszej niż 50 litrów w jednorazowym naczyniu wraz ze zbiornikiem do przechowywania o pojemności minimum 50 litrów oraz pozostałymi elementami wyposażenia jednostki, jak opisano w Załączniku nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (Część 1).

Zamawiający wprowadza Prawo opcji ze względu na:

- 1) przewidywane długie terminy dostaw tego typu urządzeń wynoszące odpowiednio Urządzenie 2 – ok. 14 tygodni, Urządzenie 3 – ok. 16 tygodni oraz termin zakończenia projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.2” dalej projektu DCMiB - 30.10.2015r. na dzień wszczęcia niniejszego postępowania bez przyrzeczenia przedłużenia projektu DCMiB uniemożliwiający zakup ww. urządzeń po wskazanym aktualnym terminie.
- 2) Brak w pomieszczeniach laboratoryjnych niektórych podłączeń instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania wszystkich planowanych do zakupu urządzeń. Zamawiający aktualnie wszczął kolejne postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym instalacyjnych. W poprzednim postępowaniu nie zgłosił się żaden wykonawca i Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować wyboru wykonawcy robót budowlanych.

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 2



UWAGA:

Uruchomienie Prawa opcji w zakresie **jednego lub dwóch** urządzeń nastąpi w przypadku **uzyskania przyrzeczenia przedłużenia** projektu DCMiB oraz wykonania niezbędnych prac dostosowujących pomieszczenia przeznaczone na instalację **jednego lub dwóch** wskazanych urządzeń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania Prawa opcji wobec **jednego lub dwóch** wskazanych urządzeń.


Zamawiający będzie mógł skorzystać z Prawa opcji w terminie do **24.11.2015 r.**

Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać z Prawa opcji. Skorzystanie z Prawa opcji następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia Zamawiającego - Zlecenie Prawa opcji, które Zamawiający zobowiązuje się złożyć najpóźniej do **03.08.2015 r.** Z uwagi na fakt, że w obecnym czasie prowadzone jest postępowanie na roboty budowlane mające na celu m.in. dostosowywanie instalacji w pomieszczeniach do wymagań urządzeń oraz niemożliwe jest dzisiaj określenie realnej daty **uzyskania przyrzeczenia przedłużenia projektu DCMiB**, wykorzystanie uprawnień określonych związanych z Prawem opcji, uzależnione będzie od ostatecznej decyzji Zamawiającego, uzależnionej z kolei od ww. przesłanek.

5. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.
6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ, przy czym **dla Części 2 zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym katalogi, opisy techniczne producenta (tzw. materiały informacyjne), pozwalające na ocenę spełnienia przez oferowane urządzenia, głównych parametrów urządzenia wymaganych przez Zamawiającego określonych w załączniku nr 2.2 – Formularz oferty część B.**
7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji przekazanej Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj. posiadają te same parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne, co dostawy, określone w przekazanej dokumentacji - w takiej sytuacji ciężar udowodnienia powyższego (np. poprzez złożenie stosownych dokumentów) leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców, dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry, a dodatkowo nie gorsze niż te, które są określone w Formularzu oferty oraz będą mogły być zastosowane z uwzględnieniem infrastruktury technicznej Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 3



8. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:
- dostawy urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym (jeżeli dotyczy),
 - transportu Sprzętu na warunkach określonych w **Polska INCOTERMS 2010 DDP** do miejsca **Wrocławskie Centrum Badań EIT+, 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147** do pomieszczeń przeznaczonych na instalację urządzeń i sprzętu, a ponadto do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”
 - montażu, instalacji, uruchomienia urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym (jeżeli dotyczy),
 - przyjazdu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 3 razy.
 - zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (jeżeli jest wymagane przepisami prawa polskiego) w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Dyrektyw Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację) do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych,
 - przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu. W przypadku urządzeń zawartych w części 1 postępowania – instruktaż obejmuje 3 spotkania w miejscu instalacji u Zamawiającego, z czego:
 - pierwszy instruktaż – minimum 2-dniowy zostanie przeprowadzony w czasie testowania sprzętu przed odbiorem końcowym
 - drugi i trzeci instruktaż (odświeżająco - aktualizujący), trwający minimum 3 dni, zostanie przeprowadzony w okresie do 6 miesięcy po odbiorze końcowym urządzenia. Termin instruktażu zostanie uzgodniony z Wykonawcą bezpośrednio przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, na minimum 2 tygodnie przed planowanym instruktażem. W przypadku urządzeń zawartych w części 2 postępowania – zostanie przeprowadzony w czasie testowania sprzętu przed odbiorem końcowym.
 - zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ,
 - przekazania Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania Systemowego, praw do korzystania i/lub pełnej własności (jeżeli producent oprogramowania dopuszcza

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 4

- możliwość posiadania pełnej własności) z Oprogramowania Systemowego dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje autorskie (jeżeli dotyczy),
- i) uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej, m. in.:
- **kosztów opłat celnych,**
 - **kosztów opakowania,**
 - **kosztów usunięcia opakowań, innych elementów oraz elementów wadliwych po montażu,**
 - **wyładunku, wniesienia, rozładowania, transportu poziomego do miejsca instalacji, instalacji i testów,**
 - **kosztów podłączenia do istniejących instalacji obiektowych (wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową instalacji)**
 - **kosztów instruktażu personelu Użytkownika,**
 - **kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,**
 - **kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP,**
 - **kosztów usługi agencji celnej,**
 - **kosztów przechowywania sprzętu do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”, w docelowych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (np. koszty ubezpieczenia sprzętu w siedzibie Zamawiającego). Zamawiający nie będzie pobierał opłat od Wykonawcy za fakt umieszczenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego do czasu odbioru końcowego „bez uwag”.**
 - **kosztów przyjazdu na wezwanie Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań/stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, przed instalacją w miejscu docelowym**
 - **jeżeli wystąpią : kosztów gazów, odczynników w okresie testowania, TDT do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag (jeżeli dotyczy)**

9. Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty wymienione w Tabeli nr 1, poniżej:

Tabela nr 1:

Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ	
Nr	Nazwa
1.	Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

10. Każdy Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentami wymienionymi w Tabeli nr 1 niniejszego działu, ponieważ wszystkie wynikające z nich obowiązki i czynności

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

str. 5

muszą być wykonane w ramach zawartej Umowy, dlatego winny być skalkulowane i uwzględnione w cenie ofertowej, przedstawionej w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).

11. Terminy naprawy sprzętu:

- a) Jeśli w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki drogą elektroniczną lub faksem naprawa nie będzie możliwa, WYKONAWCA na czas naprawy dostarczy Sprzęt/element zastępczy na czas naprawy, o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy sprzętu wskazanego powyżej.
- b) Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny.
- Wzór poniżej w Tabeli nr 2 ^{jeżeli dotyczy}:

Tabela nr 2 Niestandardowe czasy naprawy:

L.p.	Podzespół/ Element	Czas naprawy	Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny
1			
2			

UWAGA:

Wykonawca załącza do oferty wypełnioną tabelę „Niestandardowych czasów napraw” oddzielnie do każdego oferowanego urządzenia. Niedołączenie do oferty Tabel oznaczać będzie dla Zamawiającego, że wszystkie elementy występujące w ofercie mogą być naprawione w terminie standardowym, o którym mowa powyżej w lit. a).

Czas naprawy jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. W ramach udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi przeglądów urządzeń.

12. W przypadku, gdy oferowany sprzęt wymaga montażu w docelowym pomieszczeniu, Wykonawca w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne techniczne do montażu urządzenia obejmujące:

- a) lokalizację w pomieszczeniu przyłączy urządzenia do mediów (energia elektryczna, woda, gazy techniczne itp.),
- b) inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia do montażu urządzenia.

13. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia następującą **kwotę brutto**:

- **Część 1 – 5 100 209,95 PLN**
- **Część 2 – 738 000,00 PLN**

14. Zamawiający zapewnia w pomieszczeniach, w których będą instalowane urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, następujące media:

Woda zimna:

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 6

W pomieszczeniach zostały zapewnione tylko podejścia zakończone zaworami odcinającymi – po stronie Wykonawcy jest zapewnienie materiałów i prac niezbędnych do wpięcia się w istniejące instalacje.

Parametry wody zimnej:

Twardość wody w instalacji wodnej zimnej 14-18 dH - jeśli urządzenia wymagają innej twardości po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż odpowiednich urządzeń zapewniających wymaganą twardość.

Ciśnienie wody w instalacji wody zimnej 4-6 bar - jeśli urządzenia wymagają innego ciśnienia po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż odpowiednich urządzeń zapewniających wymagane ciśnienie.

Przepływ wody w instalacji wody zimnej 15-20 l/min - jeśli urządzenia wymagają innego przepływu po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż regulatora przepływu.

Temperatura wody w instalacji wody zimnej 5-20 st. C - jeśli urządzenia wymagają innej temperatury po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż odpowiednich urządzeń zapewniających wymaganą temperaturę.

Ścieki:

W pomieszczeniach zostały zapewnione tylko podejścia kanalizacji – po stronie Wykonawcy jest zapewnienie materiałów i prac niezbędnych do wpięcia się w istniejące instalacje.

Prąd:

W pomieszczeniach zostały zapewnione gniazda 1f o zabezpieczeniu nadprądowym typ B16/1(producent Schneider) - jeżeli urządzenie wymaga zabezpieczenia nadprądowego innego niż B16/1 dostawa wymaganego zabezpieczenia nadprądowego po stronie Wykonawcy.

W pomieszczeniach zostały zapewnione standardowe gniazda 1f – jeśli urządzenie posiada niestandardową wtyczkę (np. typ Schuko) dostawa adaptera po stronie Wykonawcy. Jeśli urządzenie nie zostało przez producenta wyposażone we wtyczkę – dostawa wtyczki po stronie Wykonawcy.

Do każdego urządzenia wymagającego elektrycznego zasilania Wykonawca musi zapewnić dostawę odpowiedniej ilości listew zasilających typu Acar (tzn. ilość gniazd w listwach musi zapewniać możliwość zasilenia wszystkich elementów urządzenia wymagających zasilania).

Gazy techniczne


W pomieszczeniach zostały zapewnione źródła gazów technicznych o ciśnieniu:

- sprężonego powietrza 6-8bar,
- tlenu 6 bar,
- azotu 6 bar,
- dwutlenku węgla 6bar.

Wykonawca musi wyposażyć urządzenia w niezbędną armaturę regulacyjną i odcinającą na przyłączach do instalacji gazów technicznych.

15. Do obowiązków Wykonawcy należy podłączenie dostarczonych urządzeń do istniejących instalacji obiektowych oraz ewentualna przebudowa lub rozbudowa instalacji. Zakres przebudowy/rozbudowy winien być określony przez Wykonawcę po przeprowadzeniu i lokalnej w obiekcie, która umożliwi Wykonawcom prawidłowe zainstalowanie urządzeń. Wizja lokalna nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego (termin wizji Wykonawcy winni zgłosić przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem). Osobą upoważnioną do kontaktu w

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części str. 7



sprawie wizji lokalnej po stronie Zamawiającego jest Mariusz Pypka, tel. 727 660 247, e-mail: mariusz.pypka@eitplus.pl i/lub Marek Gaj, tel. 502 397 254, e-mail: marek.gaj@eitplus.pl. Zamawiający zaleca Wykonawcom skorzystanie z wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu, ustalenia szczegółów technicznych oraz do uwzględnienia w cenie ofertowej m.in. ewentualnych kosztów związanych z przebudową lub rozbudową instalacji w celu podłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących instalacji obiektowych.

16. **Wykonawca w toku przygotowania oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje wątpliwości i ewentualne nieścisłości, znajdujące się, wg jego oceny, w niniejszych dokumentach przetargowych (SIWZ z Załącznikami).**

ZZ-271-57-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 9 – Grupa 2, z podziałem na 2 części

str. 8

