

**Nr sprawy: ZZ-271-85-D-PN/2015**

I.dz. 2955...../2015

Wrocław, dnia 20.....lipca 2015r.

**Do Wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup materiałów zużywalnych i pozostałych akcesoriów laboratoryjnych”**

### **Informacja nr 1**

**I.** Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym informujemy, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej: „SIWZ”.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

#### **Pytanie nr 1**

Ile środków mają Państwo przeznaczonych na cz.7 (palniki) w tym przetargu?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż na realizację części 7 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 15 452,12 PLN.

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy załącznika nr 5, pakietu nr 3, pozycji nr 1: Standardowa wielkość opakowania dla kolumienek SPE o objętości 3 ml to 50 sztuk. W związku z tym proszę o doprecyzowanie, czy chcą Państwo zamówić 30 sztuk kolumienek, czy 1 pełne opakowanie, czyli 50 sztuk?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż zamierza zamówić 1 pełne opakowanie, tj. 50 sztuk.

Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 3, w następujący sposób:

w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.3, w pozycji nr 1 („Kolumienki do SPE - żel krzemionkowy (3 ml)”), w kolumnie E („Rozmiar opakowania”) zmienia się: „30 szt.” na: „50 szt.”

### **Pytanie nr 3**

Pytania do pakietu 29:

- 1) Czy Zamawiający wydzieli z pakietu pozycje nr 6 i nr 11 9 w odrębne Zadanie/ Pakiet , umożliwiając wzrost konkurencyjności i złożenie korzystnej oferty cenowej?
- 2) Czy Zamawiający w pozycji 4 oczekuje pipet Space Saver (Overfill Capacity 7.0 ml, Increments 0.25) czy Extender (Overfill Capacity 11.0 ml, Increments 0.50)

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż:

Ad 1) nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 6 (jednorazowe pipety Pasteura plastikowe, 7ml), natomiast wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 11 (próbówki okrągło denne 0,5ml) do osobnej – 34 części.

Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 29, w następujący sposób:

w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.29, wykreśla się pozycję 11 („Probówki okrągłodenne 0,5 ml”) ; jednocześnie w załączniku nr 5 tworzy się zakładkę 5.34 stanowiącą część nr 34 zamówienia, do której przenosi się asortyment z pozycji 11 zakładki 5.29

Ad 2) Zamawiający precyzuje, że oczekuje pipet Overfill Capacity 11.0 ml.

Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 29, w następujący sposób:

w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.29, pozycji nr 4, kolumna D („Parametry techniczne lub parametry równoważności\*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „Pipety serologiczne 25ml, indywidualnie pakowane, polistyrenowe, jednorazowe; sterylizowane promieniowaniem gamma; nietoksyczne, niepirogenne; podwójna skala - rosnąca i malejąca; polistyrenowe zatyczki zapobiegające przelaniu; dokładność +/- 2% dla pełnej objętości, **Overfill Capacity 11.0 ml**”

### **Pytanie nr 4**

Pytania do pakietu 16:

1. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu pozycje nr 1, nr 4-12 oraz nr 31 w odrębne Zadanie/ Pakiet, umożliwiając wzrost konkurencyjności i złożenie korzystnej oferty cenowej?
2. Czy Zamawiający w punkcie 1 oczekuje butelek hodowlanych 70ml?
3. Czy Zamawiający w punkcie 4 oczekuje butelek o Total Volume: 50 ml czy Total Volume: 70 ml
4. Czy w pozycji 5 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje butelek o pojemności roboczej 200-300ml?
5. Czy w pozycji 6 nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści produkt o pojemności roboczej 800ml?

6. Czy Zamawiający w pozycji 31 dopuści produkt o 0,37ml. Jeśli nie to czy Zamawiający wydzieli z pakietu tą pozycję w odrębne Zadanie/Pakiet?

7. Czy Zamawiający wydłuży termin dostaw z 10 do 14 dni roboczych?

### Odpowiedź na pytanie nr 4

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż:

**Ad 1)** nie wyraża zgody na wydzielenie proponowanych pozycji, jednak dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SIWZ, zakładka 5.16, w zakresie wymaganych parametrów technicznych (zmieniona zakładka 5.16 stanowiącą część zmienionego załącznika nr 5 do SIWZ)

**Ad 2)** Zamawiający w pkt 1 oczekuje butelek o powierzchni wzrostu 25cm<sup>2</sup>, nie precyzując pojemności (zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 5 do SIWZ, zakładka 5.16).

**Ad 3)** Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianą załącznika nr 5 do SIWZ, zakładka 5.16, butelki, o których mowa w pozycji nr 4, zostają dodane poprzez zwiększenie ilości w pozycji nr 1, w związku z czym Zamawiający oczekuje butelek o powierzchni wzrostu 25cm<sup>2</sup>, nie precyzując pojemności (zgodnie ze zmienioną zakładką 5.16 stanowiącą część zmienionego załącznika nr 5 do SIWZ).

**Ad 4)** Zamawiający informuje, że nie precyzuje pojemności roboczej, jedynie powierzchnię wzrostu 75 cm<sup>2</sup> (uwaga, po zmianie załącznika nr 5 do SIWZ, zakładka 5.16, w pozycji 3 butle - powierzchnia 75 cm<sup>2</sup>).

**Ad 5)** Zamawiający informuje, że nie precyzuje pojemności roboczej, jedynie powierzchnię wzrostu 225 cm<sup>2</sup> (uwaga, po zmianie specyfikacji i załącznika, butle powierzchnia 225 cm<sup>2</sup> w pozycji 4).

**Ad 6)** Zamawiający dopuszcza produkt 0,37 ml - po zmianie zakładki 5.16 jest to pozycja 29, (zgodnie ze zmienioną zakładką 5.16 stanowiącą część zmienionego załącznika nr 5 do SIWZ)

**Ad 7)** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie dostawy w zakresie części 16 do 14 dni roboczych.

Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany:

**a)** treści pkt 2 w dziale 7 SIWZ, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, za wyjątkiem części 16, dla której termin dostawy wynosi maksymalnie 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia”*

**b)** treści SIWZ w dziale 24 pkt 2, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. Termin realizacji zamówienia waga 10%*

**A) Wszystkie części za wyjątkiem części 16:**

- Za wykonanie dostawy w terminie 10 dni roboczych – 1 pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 9 dni roboczych – 2,5pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 8 dni roboczych – 5 pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 7 dni roboczych – 7,5 pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 6 dni roboczych – 10 pkt*

*W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 10 dni roboczych oferta będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku braku wpisu przyjmuje się maksymalną długość terminu dostawy, tj. 10 dni roboczych, i przyznaje się 1 pkt., zaś w przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 6 dni roboczych przyznaje się 10 pkt.*

**B) Część 16:**

- Za wykonanie dostawy w terminie 14 dni roboczych – 1 pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 13 dni roboczych – 2,5pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 12 dni roboczych – 5 pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 11 dni roboczych – 7,5 pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 10 dni roboczych – 9 pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 9 dni roboczych – 11,5 pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 8 dni roboczych – 13 pkt*
- Za wykonanie dostawy w terminie 7 dni roboczych – 15 pkt*

*W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni roboczych oferta będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku braku wpisu przyjmuje się maksymalną długość terminu dostawy, tj. 14 dni roboczych, i przyznaje się 1 pkt., zaś w przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 7 dni roboczych przyznaje się 15 pkt.*

*Wartością punktową oceny badanej oferty będzie suma ocen uzyskanych za poszczególne kryteria 1 i 2.*

- 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  - a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania;*
  - b. nie zostaną odrzucone.**
- 2. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą – ofertę z największą ilością punktów.*
- 3. W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów i który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę np. z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do takiej ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.*

c) załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty, w którym w pkt 4 ppkt 3) sformułowanie: „Uwaga: W przypadku nie wpisania zaoferowanej ilości dni na daną część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – Zamawiający przyjmuje termin 10 dni roboczych” zastępuje się sformułowaniem: „Uwaga: W przypadku nie wpisania zaoferowanej ilości dni na daną część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – Zamawiający przyjmuje termin 10 dni roboczych, za wyjątkiem części 16, dla której Zamawiający przyjmuje termin 14 dni roboczych.”

d) paragraf 3 ust. 4 Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), w odniesieniu do części 16, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Realizacja Zamówienia nastąpi w możliwie najkrótszym terminie od daty złożenia Zamówienia, nie będzie on jednak dłuższy niż **14 (słownie: czternaście) dni roboczych**”.*

### **Pytanie nr 5**

Część 4

Pionowa komora TLC

Czy zamawiający może wskazać producenta, nr katalogowy komory, którą chciałaby otrzymać?

Nie znajduję komory z pokrywą zamykana na klips.

### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na komory z pokrywami, bez klipsa.

Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części IV, w następujący sposób:

w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.4, w pozycji nr 1 oraz 2 („Pionowa komora do TLC”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności\*”) po słowach: „przy pomocy klipsa” dodaje się słowa: „lub zamykane pokrywą bez klipsa”

### **Pytanie nr 6**

Część 14

Proszę o podanie rodzaju membrany do filtrów membranowych z pozycji nr 1,2,3,4?

### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż nie precyzuje rodzaju membran.

### **Pytanie nr 7**

Część 25

Proszę o podanie rodzaju membrany do filtrów strzykawkowych w pozycji nr 5 ?

### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż precyzuje rodzaj membrany – nylonowa.

Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części XXV, w następujący sposób:

w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.25, w pozycji nr 5 („filtry do strzykawek sterylne”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności\*”) po słowach: „średnica 25mm” dodaje się słowa: „membrana nylonowa”

### **Pytanie nr 8**

dotyczy Załącznik 5.8 poz. 5

*Czy Zamawiający może doprecyzować w pozycji 5 numer referencyjny, na którym Wykonawcy mogliby się wzorować przy przygotowaniu oferty? Co Zamawiający miał na myśli pisząc: „płytki mikrotitracyjne z podwyższoną krawędzią”? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie płytek Producenta Brand o numerze 781347?*

### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane płytki.

### **Pytanie nr 9**

dotyczy Załącznik 5.16 poz. 1-3

Czy Zamawiający pisząc „butelki hodowlane powlekane” miał na myśli butelki do hodowli adherentnej TC- Tissue Culture, czy też butelki do hodowli w zawieszynie – Non-Treated?

### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż w każdej pozycji, gdzie Zamawiający wymaga butelek hodowlanych powlekanych, precyzuje, że chodzi o butelki do hodowli adherentnej TC- Tissue Culture.

### **Pytanie nr 10**

dotyczy Załącznik 5.8 poz. 4-6

Czy w pozycjach 4-6 Zamawiający bezwzględnie wymaga butelek do hodowli adherentnej TC-Tissue Culture, czy też butelek do hodowli w zawieszynie – Non-Treated?

### **Odpowiedź na pytanie nr 10**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż w zakładce 5.8 w pozycjach 4-6 nie występują butle. Jeśli jednak Wykonawca miał na myśli zakładkę 5.16 wówczas odpowiedź na pytanie nr 10 brzmi: w każdej pozycji, gdzie Zamawiający wymaga butelek hodowlanych powlekanych, precyzuje, że chodzi o butelki do hodowli adherentnej TC-Tissue Culture.

### **Pytanie nr 11**

dotyczy Załącznik 5.8 poz. 7-12

Czy w pozycjach 7-12 Zamawiający bezwzględnie wymaga płytek do hodowli adherentnej TC-Tissue Culture, czy też płytek do hodowli w zawieszynie – Non-Treated?

### **Odpowiedź na pytanie nr 11**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż w zakładce 5.8 w pozycjach 7-11 nie występują płytki do hodowli. Ponadto w zakładce 5.8 brak jest pozycji nr 12 - posiada ona jedynie 11 pozycji. Jeśli jednak Wykonawca miał na myśli zakładkę 5.16 wówczas odpowiedź na pytanie nr 11 brzmi: Zamawiający bezwzględnie wymaga płytek do hodowli adherentnej.

### **Pytanie nr 12**

dotyczy Załącznik 5.8 poz. 33-36

Czy Zamawiający może opisać, jakie dno powinny posiadać płytki z pozycji 33-36? Co oznacza określenie „C-kształtne”? Czy Zamawiający może podać numery referencyjne produktów z pozycji 33-36, na których Wykonawcy mogą się wzorować jako produkty najbardziej zbliżone do wymaganych przez Zamawiającego?

### **Odpowiedź na pytanie nr 12**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż w zakładce 5.8 brak jest pozycji nr 33 – 36 - posiada ona jedynie 11 pozycji. Jeśli jednak Wykonawca miał na myśli zakładkę 5.16 wówczas odpowiedź na pytanie nr 12 brzmi: wymagane płytki powinny posiadać dno u-kształtne, czyli w podanych pozycjach następuje zamiana dna c-kształtne na u-kształtne .

### **Pytanie nr 13**

dotyczy Załącznik 5.8 poz. 40

Czy Zamawiający może doprecyzować numer referencyjny produktu z poz. 40? Opis sugeruje konkretnego Producenta, lecz producent nie posiada w swojej ofercie opisanych butelek o pojemności 50ml. Czy Zamawiający nie miał na myśli butelek o objętości 125ml?

## Odpowiedź na pytanie nr 13

## Odpowiedź na pytanie nr 13

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż w zakładce 5.8 brak jest pozycji nr 40 - posiada ona jedynie 11 pozycji. Jeśli jednak Wykonawca miał na myśli zakładkę 5.16 wówczas odpowiedź na pytanie nr 13 brzmi: przykładem takiego produktu jest Wheaton Item#356915.

## Pytanie nr 14

dotyczy Załącznik 5.8 poz. 40-44

Z opisów pozycji 40-44 wynika jednoznacznie kto jest producentem wymaganych produktów. W związku z tym iż są to specyficzne produkty, dostępne tylko na zamówienie oraz o utrudnionej dostępności dla pozostałych Wykonawców, czy Zamawiający może wydzielić powyższe pozycje do nowego pakietu, aby zwiększyć konkurencyjność ofert?

## Odpowiedź na pytanie nr 14

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż w zakładce 5.8 brak jest pozycji nr 40 – 44 - posiada ona jedynie 11 pozycji. Jeśli jednak Wykonawca miał na myśli zakładkę 5.16 wówczas odpowiedź na pytanie nr 14 brzmi: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

## Pytanie nr 15

część 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kolumnienek o załączonej niżej specyfikacji. Wówczas w pozycji nr 1 i 2 zaoferowalibyśmy op 50 szt. To jedyna dostępna wielkość opakowania (załącznik do Informacji nr 1)

[http://www.mn-](http://www.mn-net.com/SPEstart/SPEphases/SPERPphases/CHROMABONDC18Hydra/tabid/7226/language/en-US/Default.aspx)

[net.com/SPEstart/SPEphases/SPERPphases/CHROMABONDC18Hydra/tabid/7226/language/en-US/Default.aspx](http://www.mn-net.com/SPEstart/SPEphases/SPERPphases/CHROMABONDC18Hydra/tabid/7226/language/en-US/Default.aspx)

## Odpowiedź na pytanie nr 15

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wszelkich kolumnienek spełniających wymagania podane w SIWZ. Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej, dopuszczalne jest również zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż wyspecyfikowane, o ile zapewniona zostanie wymagana liczba sztuk kolumnienek.

## Pytanie nr 16

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, zakładka 5.30:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę brzmienia pozycji nr 1 - Parametry techniczne lub parametry równoważności



Z:

„średnica głowicy 12,7mm, średnica pinu 3,1 mm, długość pinu 8mm, z wcięciem na pęsetę”

na:

„średnica głowicy 12,5-12,7mm, średnica pinu 3,1-3,2 mm, długość pinu 8mm, z wcięciem na pęsetę”

Uzasadnienie: Oferowane przez nas stoliki do preparatów na SEM są funkcjonalnie równoważne tym wyspecyfikowanym w SIWZ. Różnica w średnicy głowicy wynosząca tylko 0,2mm nie wpływa na ergonomię pracy użytkownika, jak również na rozmiar próbek, które można obserwować. Średnica pinu w oferowanych przez nas stolikach jest dostosowana do uchwytów stosowanych w mikroskopii SEM, średnica 3,2mm jest powszechnie stosowanym standardem w mikroskopii SEM.

### **Odpowiedź na pytanie nr 16**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 30, w następujący sposób:

w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.30, pozycji nr 1, kolumna D („Parametry techniczne lub parametry równoważności\*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„średnica głowicy 12,5-12,7mm, średnica pinu 3,1-3,2 mm, długość pinu 8mm, z wcięciem na pęsetę”

### **Pytanie nr 17**

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, zakładka 5.30:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia pkt 7 ppkt 2 SIWZ dot. terminu wykonania zamówienia

„Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.”

na:

„Realizacja sukcesywnych dostaw dla części 5.1-5.29 i 5.31 w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych, natomiast części 5.30 w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia.”

Uzasadnienie: Oferowane przez nas produkty sprowadzane są z Wielkiej Brytanii. Są to akcesoria wysokiej jakości, które wytwarzane są zgodnie z aktualną kolejką zadań u producenta, toteż gwarantowany termin dostawy wynosi do 30 dni.

### **Odpowiedź na pytanie nr 17**



INNOWACYJNA  
GOSPODARKA



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie dostawy w zakresie części 30 do 30 dni.

Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany:

**a)** treści pkt 2 w dziale 7 SIWZ, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Realizacja poszczególnych sukcesywnych dostaw w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, *za wyjątkiem:*

*a) części 16, dla której termin dostawy wynosi maksymalnie 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,*

*b) części 30, dla której termin dostawy wynosi maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia”*

**b)** treści SIWZ w dziale 24 pkt 2, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Termin realizacji zamówienia waga 10%

**A) Wszystkie części za wyjątkiem części 16 oraz 30:**

*Za wykonanie dostawy w terminie 10 dni roboczych – 1 pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 9 dni roboczych – 2,5pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 8 dni roboczych – 5 pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 7 dni roboczych – 7,5 pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 6 dni roboczych – 10 pkt*

*W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 10 dni roboczych oferta będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku braku wpisu przyjmuje się maksymalną długość terminu dostawy, tj. 10 dni roboczych, i przyznaje się 1 pkt., zaś w przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 6 dni roboczych przyznaje się 10 pkt.*

**B) Część 16:**

*Za wykonanie dostawy w terminie 14 dni roboczych – 1 pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 13 dni roboczych – 2,5pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 12 dni roboczych – 5 pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 11 dni roboczych – 7,5 pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 10 dni roboczych – 9 pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 9 dni roboczych – 11,5 pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 8 dni roboczych – 13 pkt*

*Za wykonanie dostawy w terminie 7 dni roboczych – 15 pkt*

*W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni roboczych oferta będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku braku wpisu przyjmuje się maksymalną długość terminu dostawy, tj. 14 dni roboczych, i przyznaje się 1 pkt., zaś w przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 7 dni roboczych przyznaje się 15 pkt.*

**C) Część 30**

*Za wykonanie dostawy w terminie 30 dni – 25 dni – 1 pkt*



INNOWACYJNA  
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA  
Europejski Fundusz Regionalny



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

*Za wykonanie dostawy w terminie 24 dni – 20 dni – 3 pkt  
Za wykonanie dostawy w terminie 19 dni – 15 dni – 5 pkt  
Za wykonanie dostawy w terminie 14 dni – 10 dni – 8 pkt  
Za wykonanie dostawy w terminie 9 dni – 7 dni – 12 pkt*

*W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 30 dni oferta będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku braku wpisu przyjmuje się maksymalną długość terminu dostawy, tj. 30 dni, i przyznaje się 1 pkt., zaś w przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 7 dni przyznaje się 12 pkt.*

*Wartością punktową oceny badanej oferty będzie suma ocen uzyskanych za poszczególne kryteria 1 i 2.*

- 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  - a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania;*
  - b. nie zostaną odrzucone.**
- 2. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą – ofertę z największą ilością punktów.*
- 3. W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów i który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę np. z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do takiej ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.*

**c)** załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty, w którym w pkt 4 ppkt 3):

- w lit. dd) sformułowanie: „*Termin realizacji zamówienia dostawczego: ..... dni roboczych*” zastępuje się sformułowaniem: „*Termin realizacji zamówienia dostawczego: ..... dni*”

- sformułowanie: „*Uwaga: W przypadku nie wpisania zaoferowanej ilości dni na daną część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – Zamawiający przyjmuje termin 10 dni roboczych*” zastępuje się sformułowaniem:

„*Uwaga: W przypadku nie wpisania zaoferowanej ilości dni na daną część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – Zamawiający przyjmuje termin 10 dni roboczych, za wyjątkiem:*

- a) części 16, dla której Zamawiający przyjmuje termin 14 dni roboczych*
- b) części 30, dla której Zamawiający przyjmuje termin 30 dni*”

**d)** paragraf 3 ust. 4 Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), w odniesieniu do części 30, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Realizacja Zamówienia nastąpi w możliwie najkrótszym terminie od daty złożenia Zamówienia, nie będzie on jednak dłuższy niż **30 (słownie: trzydzieści) dni**”.*

**II.** Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie opisanym poniżej.

Przedmiot zamówienia zostaje poszerzony łącznie o trzy części, tj. o dwie nowe części: część 32 oraz część 33 oraz o część 34 – vide: odpowiedź na pytanie nr 3 powyżej (w załączniku nr 5 do SIWZ w zakładce 5.29 wykreśla się pozycję 11; jednocześnie w załączniku nr 5 tworzy się zakładkę 5.34 stanowiącą część nr 34 zamówienia, do której przenosi się asortyment z pozycji 11 zakładki 5.29).

W związku z powyższym zmianie ulega:

**a)** załącznik nr 5 do SIWZ poprzez dodanie części 32-34,

**b)** treść SIWZ w dziale 3. Pkt 1) – 2), 6), gdzie sformułowanie: „(zakładki od 5.1 do 5.31)” zastępuje się sformułowaniem: „(zakładki od 5.1 do 5.34)”,

**c)** treść SIWZ w dziale 4., gdzie sformułowanie: „31 ofert częściowych” zastępuje się sformułowaniem: „34 ofert częściowych”,

**d)** treść SIWZ w dziale 11. Pkt 1, gdzie zmienia się w tabeli wartość wadium dla części 29 oraz dodaje się wartość wadium dla części 32-34, które wynoszą odpowiednio:

- część 29: 500,00 zł

- część 32: 30,00 zł

- część 33: 280,00 zł

- część 34: 15,00 zł

**e)** treść SIWZ w dziale 14. Pkt 3), gdzie sformułowanie: „(zakładki od 5.1 do 5.31)” zastępuje się sformułowaniem: „(zakładki od 5.1 do 5.34)”,

**f)** treść SIWZ w dziale 23. Pkt 4., gdzie sformułowanie: „(Załączniki nr 5 SIWZ – zakładki od 5.1 do 5.31)” zastępuje się sformułowaniem: „(Załączniki nr 5 SIWZ – zakładki od 5.1 do 5.34)”

**g)** treść SIWZ w dziale 24., gdzie sformułowanie: „Zamawiający oceni złożone oferty w każdej z 31 części zamówienia wg kryterium” zastępuje się sformułowaniem: „Zamawiający oceni złożone oferty w każdej z 34 części zamówienia wg kryterium”

**h)** wykaz załączników w dziale 33. SIWZ, gdzie sformułowanie: „(zakładki od 5.1 do 5.31)” zastępuje się sformułowaniem: „(zakładki od 5.1 do 5.34)”, a sformułowanie: „(części zamówienia od 1 do 31)” zastępuje się sformułowaniem: „(części zamówienia od 1 do 34)”

**i)** załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty, w którym w pkt 4 ppkt 3) dodaje się litery ff), gg) oraz hh) w następującym brzmieniu:

ff) dla części nr 32:

cena brutto:.....(słownie:.....)

Termin realizacji zamówienia dostawczego: ..... dni roboczych.

gg) dla części nr 33:

cena brutto:.....(słownie:.....)

Termin realizacji zamówienia dostawczego: ..... dni roboczych.

hh) dla części nr 34:

cena brutto:.....(słownie:.....)

Termin realizacji zamówienia dostawczego: ..... dni roboczych.

a ponadto sformułowanie: „Wraz z ofertą przedstawiamy wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ (zakładki od 5.1 do 5.31), stosowanie do części, na którą składamy ofertę” zastępuje się sformułowaniem: „Wraz z ofertą przedstawiamy wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ (zakładki od 5.1 do 5.34), stosowanie do części, na którą składamy ofertę.”

**III.** W związku z wprowadzoną przez Zamawiającego zmianą treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (vide: pkt II powyżej) powodującą jednocześnie istotną zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu, działając na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z art.12a ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, do dnia **12.08.2015r.** do godz. **08:30.**

Wobec powyższego zmianie ulega również termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu **12.08.2015r.** o godz. **08:45.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**IV. W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.**

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami, integralną część niniejszej Informacji stanowi:

1) zmieniona, edytowalna wersja:

a) Załącznika nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy

b) Załącznika nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

Z wyrazami szacunku,



INNOWACYJNA  
GOSPODARKA



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


**Z up. Zarządu**

  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
ZAKUPÓW  
*Agnieszka Jurgielaniec*


Dokument opracowała: Komisja Przetargowa  
Kontakt: Anita Fornańczyk-Różańska  
e-mail: [anita.fornańczyk-rozanska@eitplus.pl](mailto:anita.fornańczyk-rozanska@eitplus.pl)



INNOWACYJNA  
GOSPODARKA




Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego *Gabriela Nowak-Piechota*



**MACHEREY-NAGEL**  
Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis  
 Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Editors English / Deutsch



Home SPE HPLC TLC GC Flash/Adsorbents Vials/Closures Filters Service Applications WebShop

[back to summary of RP phases](#)

## CHROMABOND® C<sub>18</sub> Hydra

**Octadecyl modified silica phase for SPE of polar analytes**

**Features**

- Base material silica, pore size 60 Å, particle size 45 µm, specific surface 500 m<sup>2</sup>/g, pH stability 2-8
- Special octadecyl phase for polar analytes, not endcapped, carbon content 15 %
- Recommended application: more polar compounds like pesticides and their polar degradation products, phenols, phenoxycarboxylic acids, nitroaromatics, pharmaceuticals

**For applications click here.**

**Ordering information**

Volume	Adsorbent weight				Pack of		
<b>CHROMABOND® C<sub>18</sub> Hydra polypropylene columns</b>							
	50 mg	100 mg	200 mg	500 mg	1 g	2 g	3 g
1 mL	730294	730295					100
3 mL			730296	730297	730298		50
6 mL				730299	730300	730301	730302
							30
<b>CHROMABOND® C<sub>18</sub> Hydra glass columns</b>							
			200 mg	500 mg	1 g		
3 mL			730296G	730297G	730298G		50
6 mL				730299G	730300G		30
<b>CHROMABOND® LV-C<sub>18</sub> Hydra</b>							
			200 mg				
15 mL			732295				30
<b>CHROMAFIX® C<sub>18</sub> Hydra cartridges</b>							
<b>Size / Adsorbent weight (average)</b>	<b>S</b>			<b>M</b>		<b>L</b>	
	270 mg			530 mg		950 mg	
	731730			731731		731732	50
<b>CHROMABOND® MULTI 96 C<sub>18</sub> Hydra</b>							
					96 x 100 mg		
					738294.100M		1
<b>CHROMABOND® C<sub>18</sub> Hydra adsorbent</b>							
					730628		100 g

Copyright 2015 by MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG    Imprint / Impressum    Privacy Statement    Terms Of Use

