

Nr sprawy: ZZ-271-85-D-PN/2015

I.dz. 1943/2015

Wrocław, dnia 22 lipca 2015r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup materiałów zużywalnych i pozostałych akcesoriów laboratoryjnych”

Informacja nr 2

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym informujemy, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej: „SIWZ”.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:

Dotyczy				Pytanie
LP.	Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	
4	1	Pionowa komora do TLC	szer. wys. 20x20 cm, komory zamykane pokrywką przy pomocy klipsa	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę komór do TLC zamykanych pokrywą ze szlifowanym kryzowanym brzegiem? Zaproponowane rozwiązanie zapewnia dobra szczelność komory.
4	2	Pionowa komora do TLC	szer. wys. 10x10 cm, komory zamykane pokrywką przy pomocy klipsa	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę komór do TLC zamykanych pokrywą ze szlifowanym kryzowanym brzegiem? Zaproponowane rozwiązanie zapewnia dobra szczelność komory

9	39	Kolba miarowa szklana	250ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem NS 19/26 i korkiem	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb miarowych szklanych poj. 250 ml, szkło DURAN ze szlifem 14/23 ? W ofercie renomowanych producentów szkła miarowego klasy DURAN dostępne są kolby miarowe o poj. 250 ml ze szlifem 14/13.
9	57	Kolba stożkowa Erlenmayera	25ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem 24/29 i korkiem	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb stożkowych Erlenmayera o poj. 25 ml ze szlifem 19/24 i korkiem ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb stożkowych z korkiem z tworzywa sztucznego ?
9	58	Kolba stożkowa Erlenmayera	50ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem 24/29 i korkiem	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb stożkowych z korkiem z tworzywa sztucznego ?
9	59	Kolba stożkowa Erlenmayera	100ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem 24/29 i korkiem	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb stożkowych z korkiem z tworzywa sztucznego ?
9	76	Krystalizator szklany	1000ml, szkło Duran lub równoważne*	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę krystalizatora szklanego o poj. 900 ml?
9	87	Naczynko wagowe szklane	50ml, szkło boro-krzemowe, ze szlifem i dopasowanymi pokrywkami	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę naczynek wagowych o poj. 45 ml?
12	3	filtry siatkowe z membraną nylonową	sterylne filtry siatkowe z membraną nylonową 100 um, płaskie dno, powierzchnia filtrująca również w bocznych ścianach filtra, pakowane pojedynczo, do probówek średnicy 30mm	Prosimy o podanie przekładowego numeru katalogowego producenta tego rodzaju filtrów ?
12	4	filtry siatkowe z membraną	sterylne filtry siatkowe z membraną nylonową 40 um, płaskie dno, powierzchnia	Prosimy o podanie przekładowego numeru katalogowego producenta tego

		nylonową	filtrująca również w bocznych ścianach filtra, pakowane pojedynczo, do probówek średnicy 30mm	rodzaju filtrów ?
15	8	Próbkówka szklana	okrągłodenna szklana o wymiarach 16mmx150 mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę probówek okrągłodennych o wymiarach 16 x 160 mm ?
15	10	kolby do hodowli komórek	kolby do hodowli komórek z wytrząsaniem, sterylne, polycarbonate z wentylacją, zestaw kolb o pojemnościach: 125ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml	Prosimy o podanie przekładowego numeru katalogowego producenta tego rodzaju filtrów
19	20	Etykiety samoprzylepne do zamrażarek	białe, na arkuszach A4,	Zamawiający wymaga rozmiaru opakowania 5000 szt. Czy Zamawiający miał na myśli ilość arkuszy czy ilość etykiet w opakowaniu ? Popularne rozwiązania są dostarczane w postaci arkuszy A4 po 25szt./op. Każdy arkusz zawiera 65 etykiet.
19	21	Etykiety samoprzylepne	białe, odporne na plamy, szer. 40 mm, dł. 25 mm,	Zamawiający wymaga rozmiaru opakowania 25 szt. Czy Zamawiający miał na myśli ilość arkuszy czy ilość etykiet w opakowaniu ? Popularne rozwiązania są dostarczane w postaci arkuszy 168 x 120 mm i całkowitej ilości etykiet 5000 szt./ op.
19	22	bibuła filtracyjna	filtracja szybka, czas filtracji 10s, śr. 110 mm +/- 10mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bibuły filtracyjnej z czasem filtracji 9 s?
19	23	bibuła filtracyjna	filtracja szybka, czas filtracji 10s, śr. 185 mm +/- 10mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bibuły filtracyjnej z czasem



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



				filtracji 9 s?
19	24	bibuła filtracyjna	filtracja średnia, czas filtracji 50s, śr. 42,5 mm +/- 5mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bibuły filtracyjnej z czasem filtracji 55 s?
19	25	bibuła filtracyjna	filtracja średnia, czas filtracji 50s, śr. 110 mm +/- 10mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bibuły filtracyjnej z czasem filtracji 55 s?
21	17	Pojemnik do autoklawowania pipet szklanych	Aluminiowa puszka na pipety, 32-47 mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojemnika do autoklawowania pipet o średnicy 60 mm?
22	47	Butelka próżniowa	Butelka próżniowa o pojemności 0.5 gal (1.8 l) z polipropylenu z pułapka próżniowa w metalowym koszyku.	Prosimy o podanie przekładowego numeru katalogowego producenta tego rodzaju butelek.
22	52	Tryskawka LDPE na izopropanol	" 250 ml, nadruk w 3 językach informujący o zawartości , symbole GSH, zakrętka kodowana kolorem , przesuwana rurka umożliwiająca całkowite opróżnienie butelki	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tryskawki na izopropanol o poj. 500 ml?
23	11	Pojemniki PS lub PP	zestaw pojemników: przezroczyste, okrągłe, z zakrywką nasadzaną, pojemności 15, 50, 200 ml	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojemników o poj. 18,50 i 250 ml ?
24	4	Moździerz agatowy z tłuczkiem	10ml	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę moździerza agatowego z tłuczkiem o pojemności 9 ml ?

25	7	Igły do strzykawek jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 2 ml z pozycji	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.
25	8	Igły do strzykawek jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 5 ml	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.
25	9	Igły do strzykawek jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 10 ml	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.
25	10	Igły do strzykawek jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 25-30 ml	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.
25	11	Igły do strzykawek jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 50-60 ml	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.

Zwracamy się o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zostały zawarte w kolumnie 6 tabeli poniżej:

Dotyczy				Pytanie	Odpowiedź na pytanie
LP.	Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*		
4	1	Pionowa komora do TLC	szer. wys. 20x20 cm, komory zamykane pokrywką przy pomocy klipsa	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę komór do TLC zamykanych pokrywą ze szlifowanym krzywym brzegiem? Zaproponowane rozwiązanie zapewnia	Zamawiający nie precyzuje wymagania.

				dobra szczelność komory.	
4	2	Pionowa komora do TLC	szer. wys. 10x10 cm, komory zamykane pokrywką przy pomocy klipsa	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę komór do TLC zamykanych pokrywą ze szlifowanym krzywym brzegiem? Zaproponowane rozwiązanie zapewnia dobrą szczelność komory	Zamawiający nie precyzuje wymagania.
9	39	Kolba miarowa szklana	250ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem NS 19/26 i korkiem	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb miarowych szklanych poj. 250 ml, szkło DURAN ze szlifem 14/23 ? W ofercie renomowanych producentów szkła miarowego klasy DURAN dostępne są kolby miarowe o poj. 250 ml ze szlifem 14/13.	Zamawiający wyraża zgodę na dostawę kolb miarowych szklanych poj. 250 ml ze szlifem NS 19/26 lub 14/23 i korkiem. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 9, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.9, pozycji nr 39 („Kolba miarowa szklana”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „250ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem NS 19/26 lub 14/23 i korkiem”
9	57	Kolba stożkowa Erlenmayera	25ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem 24/29 i korkiem	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb stożkowych Erlenmayera o poj. 25 ml ze szlifem 19/24 i korkiem ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb stożkowych z korkiem z tworzywa sztucznego ?	Zamawiający wyraża zgodę na dostawę kolb miarowych szklanych poj. 25 ml ze szlifem 24/29 lub 19/24 i korkiem. Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących materiału, z którego wykonany jest korek. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany

					treści SIWZ w zakresie części 9, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.9, pozycji nr 57 („Kolba stożkowa Erlenmayera”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „25ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem 24/29 i korkiem”
9	58	Kolba stożkowa Erlenmayera	50ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem 24/29 i korkiem	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb stożkowych z korkiem z tworzywa sztucznego ?	Zamawiający nie precyzuje wymagania.
9	59	Kolba stożkowa Erlenmayera	100ml, szkło Duran lub równoważne*, ze szlifem 24/29 i korkiem	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kolb stożkowych z korkiem z tworzywa sztucznego ?	Zamawiający nie precyzuje wymagania.
9	76	Krystalizator szklany	1000ml, szkło Duran lub równoważne*	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę krystalizatora szklanego o poj. 900 ml?	Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie krystalizatora o zakresie pojemności od 900 do 1000 ml. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 9, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.9, pozycji nr 76 („Krystalizator szklany”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „900-1000ml, szkło Duran lub równoważne*”



INNOWACYJNA
GOSPODARKA

Nowoczesna Strategia Rozwoju



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9	87	Naczynko wagowe szklane	50ml, szkło boro-krzemowe, ze szlifem i dopasowanymi pokrywkami	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę naczynek wagowych o poj. 45 ml?	Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie naczynka wagowego szklanego o zakresie pojemności od 45 do 50 ml. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 9, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.9, pozycji nr 87 („Naczynko wagowe szklane”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „45 - 50ml, szkło boro-krzemowe, ze szlifem i dopasowanymi pokrywkami”
12	3	filtry siatkowe z membraną nylonową	sterylne filtry siatkowe z membraną nylonową 100 um, płaskie dno, powierzchnia filtrująca również w bocznych ścianach filtra, pakowane pojedynczo, do probówek średnicy 30mm	Prosimy o podanie przekładowego numeru katalogowego producenta tego rodzaju filtrów ?	Zamawiający nie podaje numerów katalogowych.
12	4	filtry siatkowe z membraną nylonową	sterylne filtry siatkowe z membraną nylonową 40 um, płaskie dno,	Prosimy o podanie przekładowego numeru katalogowego producenta tego rodzaju filtrów ?	Zamawiający nie podaje numerów katalogowych.

			powierzchnia filtrująca również w bocznych ścianach filtra, pakowane pojedynczo, do probówek średnicy 30mm		
15	8	Próbówka szklana	okrągłodenna szklana o wymiarach 16mmx150 mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę probówek okrągłodennych o wymiarach 16 x 160 mm ?	Zamawiający wyraża zgodę na dostawę probówek o wymiarach 16x150 mm lub 16x160 mm. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 15, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.15, pozycji nr 8 („Próbówka szklana”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „okrągłodenna szklana o wymiarach 16mmx150 mm lub 16x160 mm”
15	10	kolby do hodowli komórek	kolby do hodowli komórek z wytrząsaniem, sterylne, polycarbonate z wentylacją, zestaw kolb o pojemnościach: 125ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml	Prosimy o podanie przekładowego numeru katalogowego producenta tego rodzaju filtrów	Zamawiający nie podaje numerów katalogowych.

19	20	Etykiety samoprzylepne do zamrażarek	białe, na arkuszach A4,	Zamawiający wymaga rozmiaru opakowania 5000 szt. Czy Zamawiający miał na myśli ilość arkuszy czy ilość etykiet w opakowaniu ? Popularne rozwiązania są dostarczane w postaci arkuszy A4 po 25szt./op. Każdy arkusz zawiera 65 etykiet.	Zamawiający poprawia zapis. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 19, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.19, pozycji nr 20 („Etykiety samoprzylepne do zamrażarek”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „białe, na arkuszach A4, co najmniej 25 arkuszy po 65 etykiet w opakowaniu”
19	21	Etykiety samoprzylepne	białe, odporne na plamy, szer. 40 mm, dł. 25 mm,	Zamawiający wymaga rozmiaru opakowania 25 szt. Czy Zamawiający miał na myśli ilość arkuszy czy ilość etykiet w opakowaniu ? Popularne rozwiązania są dostarczane w postaci arkuszy 168 x 120 mm i całkowitej ilości etykiet 5000 szt./ op.	Zamawiający poprawia zapis. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 19, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.19, pozycji nr 21 („Etykiety samoprzylepne”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „białe, odporne na plamy, szer. 40 mm, dł. 25 mm, co najmniej 5000 sztuk etykiet w opakowaniu”
19	22	bibuła filtracyjna	filtracja szybka, czas filtracji 10s, śr. 110 mm +/- 10mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bibuły filtracyjnej z czasem filtracji 9 s?	Zamawiający zgadza się na dostawę bibuły o czasie filtracji 9 lub 10 s. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
Współpraca między firmami i instytucjami



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

					ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 19, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.19, pozycji nr 22 („bibuła filtracyjna”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: <i>„filtracja szybka, czas filtracji 9 lub 10 s, śr. 110 mm +/- 10mm”</i>
19	23	bibuła filtracyjna	filtracja szybka, czas filtracji 10s, śr. 185 mm +/- 10mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bibuły filtracyjnej z czasem filtracji 9 s?	Zamawiający zgadza się na dostawę bibuły o czasie filtracji 9 lub 10 s. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 19, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.19, pozycji nr 23 („bibuła filtracyjna”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: <i>„filtracja szybka, czas filtracji 9 lub 10 s, śr. 185 mm +/- 10mm”</i>
19	24	bibuła filtracyjna	filtracja średnia, czas filtracji 50s, śr. 42,5 mm +/- 5mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bibuły filtracyjnej z czasem filtracji 55 s?	Zamawiający zgadza się na dostawę bibuły o czasie filtracji 50-55 s. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 19, w następujący sposób:

					w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.19, pozycji nr 24 („bibuła filtracyjna”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „filtracja średnia, czas filtracji 50-55 s, śr. 42,5 mm +/- 5mm”
19	25	bibuła filtracyjna	filtracja średnia, czas filtracji 50s, śr. 110 mm +/- 10mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę bibuły filtracyjnej z czasem filtracji 55 s?	Zamawiający zgadza się na dostawę bibuły o czasie filtracji 50-55 s. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 19, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.19, pozycji nr 25 („bibuła filtracyjna”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „filtracja średnia, czas filtracji 50-55 s, śr. 110 mm +/- 10mm”
21	17	Pojemnik do autoklawowania pipet szklanych	Aluminiowa puszka na pipety, 32-47 mm	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojemnika do autoklawowania pipet o średnicy 60 mm?	Zamawiający zgadza się na dostawę puszek o średnicy 32-60 mm. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 21, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.21, pozycji nr 17

					(„Pojemnik do autoklawowania pipet szklanych”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „Aluminiowa puszka na pipety, 32-60 mm”
22	47	Butelka prozniowa	Butelka próżniowa o pojemności 0.5 gal (1.8 l) z polipropylenu z pułapka próżniowa w metalowym koszyku.	Prosimy o podanie przekładowego numeru katalogowego producenta tego rodzaju butelek.	Zamawiający nie podaje numerów katalogowych.
22	52	Tryskawka LDPE na izopropanol	" 250 ml, nadruk w 3 językach informujący o zawartości , symbole GSH, zakrętka kodowana kolorem , przesuwana rurka umożliwiająca całkowite opróżnienie butelki	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tryskawki na izopropanol o poj. 500 ml?	Zamawiający wyraża zgodę na dostawę tryskawki o poj. 250-500 ml. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 22, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.22, pozycji nr 52 („Tryskawka LDPE na izopropanol”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „250 -500 ml, nadruk w 3 językach informujący o zawartości , symbole GSH, zakrętka kodowana kolorem , przesuwana rurka umożliwiająca całkowite opróżnienie butelki”

23	11	Pojemniki PS lub PP	zestaw pojemników: przezroczyste, okrągłe, z zakrywką nasadzaną, pojemności 15, 50, 200 ml	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojemników o poj. 18,50 i 250 ml ?	Zamawiający wyraża zgodę na dostawę pojemników o pojemnościach w zakresach: 15-18 ml, 50 ml, 200-250 ml. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 23, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.23, pozycji nr 11 („Pojemniki PS lub PP”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: <i>”zestaw pojemników: przezroczyste, okrągłe, z zakrywką nasadzaną, pojemności 15-18 ml, 50, 200-250 ml”</i>
24	4	Moździerz agatowy z tłuczkiem	10ml	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę moździerza agatowego z tłuczkiem o pojemności 9 ml ?	Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie moździerza o pojemności w zakresie 9-10 ml. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 24, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.24, pozycji nr 4 („Moździerz agatowy z tłuczkiem”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: <i>”moździerz agatowy z tłuczkiem, pojemność 9-10 ml”</i>

					nadaje się nowe, następujące brzmienie: „9-10ml”
25	7	Igły do strzykawk jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 2 ml z pozycji	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.	Długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 25, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.25, pozycji nr 7 („Igły do strzykawk jednorazowych”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „kompatybilne z strzykawką jednorazową 2 ml z pozycji; długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm”
25	8	Igły do strzykawk jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 5 ml	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.	Długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 25, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.25, pozycji nr 8 („Igły do strzykawk jednorazowych”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „kompatybilne z strzykawką jednorazową 5 ml ;

					długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm"
25	9	Igły do strzykawek jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 10 ml	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.	Długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 25, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.25, pozycji nr 9 („Igły do strzykawek jednorazowych”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „kompatybilne z strzykawką jednorazową 10 ml; długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm"
25	10	Igły do strzykawek jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 25-30 ml	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.	Długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 25, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.25, pozycji nr 10 („Igły do strzykawek jednorazowych”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „kompatybilne z strzykawką

					jednorazową 25-30 ml; długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm"
25	11	Igły do strzykawk jednorazowych	kompatybilne z strzykawką jednorazową 50-60 ml	Proszę o określenie długości oraz średnicy igły.	Długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm. Z uwagi na powyższe, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie części 25, w następujący sposób: w załączniku nr 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) w zakładce 5.25, pozycji nr 11 („Igły do strzykawk jednorazowych”), w kolumnie D („Parametry techniczne lub parametry równoważności*”) nadaje się nowe, następujące brzmienie: „kompatybilne z strzykawką jednorazową 50-60 ml; długość: 40-55 mm, średnica: 0,8-0,9 mm"

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na dostawę szkła w zadaniu 9,15 i 21 zgodnie z załączoną specyfikacją.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówień do 21 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający może doprecyzować wymagania przy poniższych pozycjach:

Część 14, poz 1- 4 Filtry membranowe

Prosimy o doprecyzowanie czy filtry mają być hydrofobowe czy po prostu mają się nie uszkadzać w takich roztworach ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących tych zapisów.

II. W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami, integralną część niniejszej Informacji stanowi zmieniona, edytowalna wersja Załącznika nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy

Z wyrazami szacunku,

Z up. Zarządu


DIREKTOR DZIAŁU
ZAKUPÓW
Agnieszka Jurgiel

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa
Kontakt: Anita Fornalczyk-Różańska
e-mail: anita.fornalczyk-rozanska@eitplus.pl