

Nr sprawy: ZZ-271-102-D-PN/2015
l.dz. 32.05/2015

Wrocław,12.....08.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej do budynku nr 9, z podziałem na 4 części

Informacja nr 3

Zgodnie z art.38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

pytania do cz.III

Piec hybrydowy:

Pytanie nr 1

Dot. punktu 4 (parametry). Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia o następujących parametrach:

górna komora – wytrż. Orbitalna 10-27 cykli /min, regulowany kąt +0.1 to +7 stopni, dolna komora 10-15 rpm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Zamawiający zgadza się na zmianę parametrów.

Pytanie nr 2

Dot. punktu 5 (parametry). Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia o następujących parametrach:

Górna komora – szybkość 54 - 106 cykli/min?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, Zamawiający zgadza się na zmianę parametrów.

Wszystkie urządzenia wchodzące w zakres części III

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od poniższego punktu wymagań dotyczących gwarancji:
„Zapewnienie Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej.”?

str. 1

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, Zamawiający zgadza się na usunięcie tego zapisu z umowy i SIWZ w zakresie części III.

Pytania do części IV

Przenośny miernik płaskich powierzchni

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga, aby wyniki były podawane w: CSP, Bq, i Bq/cm² w z możliwością wyboru przez Operatora.

Czy Zamawiający dopuści, aby wyniki były podawane w: CSP i Bq/cm² w z możliwością wyboru przez Operatora ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Zamawiający zgadza się na zmianę parametru.

I. W związku z udzielonymi odpowiedziami do części III Zamawiający modyfikuje:

- 1.) w Załączniku nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. III poz.2 Piec hybrydizacyjny w Tabeli „Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje pkt.4 i 5 w następujący sposób:

Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje		Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
4.	Regulacja obrotów rotora w każdej komorze w zakresie nie gorszym <i>niż: 10-15 rpm.</i>	TAK
5.	Platforma wytrząsająca przynajmniej w jednej z komór, regulacja w zakresie nie gorszym niż: <i>60 - 100 cykli/min</i>	TAK

- 2) w Załączniku nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz.III w pkt I Warunki serwisu gwarancyjnego skreśla się pkt 3:

Lp.	Warunki oczekiwane przez Zamawiającego	Oferowane warunki
1	2	3
I. WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO		
1.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin	Tak
2.	Max. czas naprawy do 10 dni roboczych	Tak
3.	Zapewnienie Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej.	Tak
4.	Warunki wymiany wadliwego elementu/sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: • w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej	Tak

str. 2

	usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, • serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, • naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach.	
5	Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty: Część A, minimum 24 miesiące , na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”.	Tak

3) w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) pkt 12 w następujący sposób:

12. Terminy naprawy sprzętu: 8 dni roboczych (dla Części I i II) / 10 dni roboczych (dla Części III i IV) od dnia zgłoszenia usterki drogą elektroniczną lub faksem

- a) Dla części I, II i IV - jeśli w terminie określonym powyżej naprawa nie będzie możliwa, **WYKONAWCA** na czas naprawy dostarczy **Sprzęt/element zastępczy**, o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy sprzętu wskazanego powyżej
- b) Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny. Wzór poniżej w Tabeli nr 2 (dotyczy Części I, II, IV) / Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny. Wzór poniżej w Tabeli nr 2 (dotyczy Części III):

- 4) W Załączniku nr 7b do SIWZ Wzór umowy-dotyczy Części III i IV w Załączniku nr 3 do Umowy **Gwarancja i Serwis odnośnie części III** skreśla się w pkt 5 zdanie trzecie oraz pkt 6. **Odnośnie części IV** treść Załącznika nr 3 do Umowy **Gwarancja i Serwis** pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 7b do SIWZ Wzór umowy-dotyczy Części III i IV, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami do części IV Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. IV System do monitorowania skażeń alfa/beta/gamma w Tabeli „Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje treść Przenośny miernik płaskich powierzchni dla skażeń radioaktywnych alfa, beta, gamma – 3 szt. pkt. 3 w następujący sposób:

Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje		Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Przenośny miernik płaskich powierzchni dla skażeń radioaktywnych alfa, beta, gamma – 3 szt.		
3.	Monitor wskazuje dane pomiarowe w przynajmniej dwóch odrębnych jednostkach: cps, Bq/cm2 dla wybranego z biblioteki nuklidu , oraz $\mu\text{Sv/h}$. Tło α : poniżej 0,2 cps, β/γ : poniżej 20 cps, możliwość odejmowania tła, posiada	TAK

bibliotekę izotopów z możliwością kalibracji, programowania sygnału alarmowego oddzielnie dla każdego izotopu, alarm akustyczny i optyczny
--

III. Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1) w Załączniku nr 7a do SIWZ Wzór umowy-dotyczy Części I i II:

- § 16 ust.3 pkt g) otrzymuje brzmienie:

„g) Załącznik nr 7 Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy (nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).”

- tytuł załącznika nr 7 do Umowy otrzymuje brzmienie:

„Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy (nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).”

2) W Załączniku nr 7b do SIWZ Wzór umowy-dotyczy Części III i IV

- § 17 ust.3 pkt g) otrzymuje brzmienie:

„g) Załącznik nr 7 Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy (nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).”

- tytuł załącznika nr 7 do Umowy otrzymuje brzmienie:

„Kalkulacja cenowa przedmiotu Umowy (nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Załącznika nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B, Załącznika nr 7a do SIWZ Wzór umowy-dotyczy Części I i II, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsze informacje stają się integralną częścią SIWZ i stanowią dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust. 4.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej


ZAKUPÓW
Agnieszka Jurgielanier

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Renata Winnicka
tel. +48 71 720 16 10
e-mail: renata.winnicka@eitplus.pl