

Nr sprawy: ZZ-271-102-D-PN/2015
l.dz. 3221/2015

Wrocław, 13.08.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej do budynku nr 9, z podziałem na 4 części

Informacja nr 4

Zgodnie z art.38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Do części IV, **Monitor dozymetryczny do dłoni i stóp alfa/beta/gamma**

Pytanie nr 1

Podano w wymaganych parametrach minimalne wydajności: Dla C-14 wydajność minimalna 8%, dla I-125 **12%**, dla I-131 20%. Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające wg. normy ISO 7503-1 następujące parametry: Dla C-14 wydajność 20,4 %, dla I-125 **8,6 %**, dla I-131 48,9 %

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Zamawiający zgadza się na zmianę parametrów.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. IV poz.1 System do monitorowania skażeń alfa/beta/gamma w Tabeli „Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje pkt.3 w następujący sposób:

Obligatoryjne (wymagane - minimalne) parametry / funkcje		Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
3.	Minimalne czułości urządzenia: MDA promieniowanie alfa < 0,04 Bq/cm ² , promieniowanie beta < 0,2 bq/ cm ² , Dla C-14 wydajność minimalna 8%, dla I-125 8,5% , dla I-131 20%	TAK

Pytanie nr 2

Do całej części IV: W poprzedniej odsłonie tego przetargu Zamawiający wymagał załączenia broszur i innych materiałów producenta, z zaznaczeniem miejsc/wpisów na podstawie których można potwierdzić spełnianie wymaganej funkcji/posiadanie cechy przez zaproponowane urządzenie. Czy z tego warunku Zamawiający zrezygnował, czy też przeoczyłem w/w w siwz ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje że zrezygnował z wymogu dostarczenia folderów i innych dokumentów na potwierdzenie spełniania parametrów.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

w Załączniku nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. I, II, III i IV każdorazowo w „Uwadze” pod tabelami opisującymi obligatoryjne (wymagane) parametry skreśla się tiret trzeci o treści:

„-zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsze informacje stają się integralną częścią SIWZ i stanowią dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust. 4.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej


sz. J. Gielanek
KUPÓW
R. DEPARTAMENTU

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Renata Winnicka
tel. +48 71 720 16 10
e-mai: renata.winnicka@eitplus.pl