

Wrocław, dnia 14.10.2015 r.

Nr sprawy: ZZ-271-145-D-PN/2015
4.8.1./2015

Wszyscy Wykonawcy
Dot. postępowania: ZZ-271-145-D-PN/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Zakup materiałów zużywalnych pozostałych i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby projektów w WCB EIT+ Sp. z o.o.**

INFORMACJA NR 2

Pytania z dnia 14.10.2015 r.:

Dotyczy załącznika formularz cenowy-10-cz do SIWZ, zakładka 1:

- 1. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę brzmienia pozycji nr 2 - Parametry techniczne lub parametry równoważności**

z:

„dwustronna taśma klejąca miedziana: 6.35 mm x min. 16.45 m”

na:

„dwustronna taśma klejąca miedziana minimum 6.35 mm x min. 16.45 m”

Uzasadnienie: Oferowana przez nas taśma miedziana nie występuje w rozmiarze o szerokości 6.35mm. Proponowalibyśmy Państwu taśmę o szerokości 12mm, w praktyce przekłada się to na korzyść Zamawiającego ze względu na większą powierzchnię taśmy do wykorzystania.

- 2. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę brzmienia pozycji nr 4 - Parametry techniczne lub parametry równoważności**

z:

„dwustronna taśma węglowa do mocowania próbek w mikroskopach 6 mm x min. 20 m”

na:

„dwustronna taśma węglowa do mocowania próbek w mikroskopach 6-8 mm x min. 20 m”

Uzasadnienie: Oferowana przez nas taśma węglowa nie występuje w rozmiarze o szerokości 6 mm. Proponowalibyśmy Państwu taśmę o szerokości 8mm, w praktyce przekłada się to na korzyść Zamawiającego ze względu na większą powierzchnię taśmy do wykorzystania.

- 3. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę brzmienia pozycji nr 5 - Parametry techniczne lub parametry równoważności**

z:

„stoliki aluminiowe, średnica: 12.7mm; średnica nóżki.: 3.2mm; długość nóżki: 8.0mm”

na:

„stoliki aluminiowe, średnica: 12.5-12.7mm; średnica nóżki.: 3.2mm; długość nóżki: 8.0mm”

Oferowane przez nas stoliki do preparatów na SEM są funkcjonalnie równoważne tym wyspecyfikowanym w zapytaniu ofertowym. Różnica w średnicy głowicy wynosząca tylko 0,2mm nie wpływa na ergonomię pracy użytkownika, jak również na rozmiar próbek, które można obserwować.

W związku z powyższą argumentacją prosimy o pozytywną odpowiedź na wyżej zadane pytania.


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w zakresie brzmienia parametrów technicznych poz. 2, 4 i 5 w części 1 zamówienia. Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), w wyniku czego Zamawiający zmodyfikował Formularz cenowy w cz. 1 zamówienia (załącznik 6.1 do SIWZ), został on zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:

<http://www.eitplus.pl/przetarg/zz-271-145-d-pn2015-zakup-materialow-zuzywalnych-pozostalych-i-akcesoriow-laboratoryjnych-na-potrzeby-realizacji-projektow-w-wcb-eit-sp-z-o-o/>

Wszystkie odpowiedzi i zmiany treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia Zarządu WCB EIT+


ZAKUPÓW
J. Gielan



INNOWACYJNA
GOSPODARKA

INNOVATION STRATEGY & SUPPORT

Łukasz Oczkowicz



Specjalista ds. Zakupów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

