

Nr sprawy: ZZ-271-157-D-PN/2015

Wrocław, 03.11.2015 r.

I.dz. 4401 /2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na Dostawę urządzeń drobnych i innych akcesoriów laboratoryjnych do budynku 9A WCB EIT+ Sp. z o.o.

INFORMACJA NR 2

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 (dotyczy części nr 7):

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o pojemności 50 litrów i wstępnym nagrzewaniu komory roboczej 45-60°C?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (**Część 7**), obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje dla **Steryliczatora parowego**, w następujący sposób:

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:	Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji
Sterowanie mikroprocesorowe, Wszechstronny system monitorujący, informujący o nieprawidłowościach, System wizualny informujący o fazie procesu sterylizacji, Użytkownik powinien być informowany zakończeniu procesu sterylizacji sygnałem świetlnym i dźwiękowym, Pokrywa autoklawu wyposażona w blokadę uniemożliwiającą otwarcie urządzenia podczas procesu sterylizacji, Brak możliwości uruchomienia sterylizacji przy niedomkniętej pokrywie, Możliwość sterylizacji płynów oraz ciał stałych, Pionowa komora robocza, ładowana z góry, Użytkowa pojemność komory 40 litrów, dopuszcza się komorę o pojemności 50 litrów , Zakres temperatury od 105 do 135°C, Dokładność ustawienia temperatury $\pm 1^\circ\text{C}$, Programowalne wstępne podgrzewanie komory roboczej 40/60°C, dopuszcza się wstępne nagrzewanie komory roboczej 45-60°C , Dedykowany program do topienia agaru 60/100°C, 2 edytowalne programy do sterylizacji płynów i elementów stałych, Co najmniej 2 programy dedykowane do sterylizacji płynów, oraz 3 do ciał stałych, Funkcja opóźnionego startu, Zapisywanie w pamięci wewnętrznej ostatnich 25 cykli, Szybki system schładzania powietrzem, Cyfrowy wyświetlacz typu LCD o rozdzielczości nie gorszej niż 128 x 64 pikseli, Łącze komputerowe RS232 z możliwością	TAK

str. 1


podłączenia drukarki, Wbudowany czytnik kart SD, Ruchoma sonda temperaturowa do bezpośredniego pomiaru temperatury np. w płynach, Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej, Wbudowany pojemnik na wodę, Wskaźnik poziomu wody, Wbudowany generator pary, Brak konieczności podłączania urządzenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, Zawory bezpieczeństwa, Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys): 590 x 540 x 990 mm, Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (śred x wys): Ø 320 x 500 mm, Autoklaw należy dostarczyć z 2 koszami na materiały do sterylizacji

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonaną zmianą, integralną część niniejszej Informacji stanowi zmieniona, edytowalna wersja Załącznika nr 2.2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty - część B (zmiana dotyczy części 7).

W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty i złożenia oferty wraz z załącznikami o treści po ostatecznych zmianach.

Niniejsze informacje stają się integralną częścią SIWZ i stanowią dla Zamawiającego modyfikację o której mowa w art. 38 ust. 4.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Anna Szkołaniewicz

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Magdalena Okulicz-Kozaryn
tel. +48 71 720 16 10
e-mail: magdalena.Okulicz-kozaryn@eitplus.pl