

Nr sprawy: FZ.271.65.2016.D.PN
l.dz. 2921 /2016/W

Wrocław, 12.07.2016r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników oraz dostawa ciekłego helu oraz dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek gazowych na potrzeby WCB EIT+.

Informacja nr 1 oraz modyfikacja treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

CZĘŚĆ 3:

Pytanie nr 1 – Część 3:

Z zamiarem złożenia oferty przetargowej zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie żądanych gazów w zadaniu numer 3 (dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych).

Prosimy o doprecyzowanie tabeli w poszczególnych pozycjach:

Argon, kolumna 1. minimalna klasa czystości **N 5.0**, czy nie powinno być raczej 6.0, jak opisuje dany gaz kolumna pn. Skład % i tolerancja: 99,9999;

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

W przypadku Argonu pojawił się błąd w 3 kolumnie (Skład % i tolerancja) zamiast 99,9999 powinno być 99,999, czyli Argon N5.0

Pytanie nr 2 – Część 3:

Z zamiarem złożenia oferty przetargowej zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie żądanych gazów w zadaniu numer 3 (dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych).

Prosimy o doprecyzowanie tabeli w poszczególnych pozycjach:

Tlen klasa czystości **N 5.0** czy nie powinno być 6.0?

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

W przypadku tlenu pojawił się błąd w 3 kolumnie (Skład % i tolerancja) zamiast 99,9999 powinno być 99,999, czyli Tlen N5.0

Pytanie nr 3 – Część 3:

Z zamiarem złożenia oferty przetargowej zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie żądanych gazów w zadaniu numer 3 (dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych).

Prosimy o doprecyzowanie tabeli w poszczególnych pozycjach:

Mieszanina **wodór /azot 5/95%** dostarczamy w butlach 50 l pod ciśnieniem 150 bar a nie 200; czy Zamawiający dopuszcza ciśnienie mieszanki 150 bar?

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza i wymaga dostarczenia mieszanki wodór/azot 5/95% w butlach o ciśnieniu 150 bar.

Pytanie nr 4 – Część 3:

Z zamiarem złożenia oferty przetargowej zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie żądanych gazów w zadaniu numer 3 (dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych).

Prosimy o doprecyzowanie tabeli w poszczególnych pozycjach:

Tetrachlorosilan SiCl₄, Czy zamawiający zaakceptuje oferowaną czystość **4+ a nie 5.0**, prosimy też o podanie **ile kilogramów gazu ma zawierać butla?**

Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Wyrażamy zgodę na dostawę SiCl₄ o czystości N 4.0+, i zmienia wymaganą czystość z N 5.0, na N 4.0+. Zawartość gazu w butli – 5 kg.

Pytanie nr 5 – Część 3:

Z zamiarem złożenia oferty przetargowej zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie żądanych gazów w zadaniu numer 3 (dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych).

Prosimy o doprecyzowanie tabeli w poszczególnych pozycjach:

Propan 98% w butlach 50 l: prosimy o podanie **wymiarów butli i ilości kilogramów gazu w jednej butli;**

Odpowiedź na Pytanie nr 5:

Maksymalna średnica butli wynosi 31,5 cm, 33 kg gazu.

Pytanie nr 6 – Część 3:

Z zamiarem złożenia oferty przetargowej zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie żądanych gazów w zadaniu numer 3 (dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych).

Prosimy o doprecyzowanie tabeli w poszczególnych pozycjach:

Mieszanka kalibracyjna 10%wodór w argonie, czy nie ma pomyłki w rozmiarze butli: **30 litrów?**

Odpowiedź na Pytanie nr 6:

Brak błędu. Zapis poprawny.

Pytanie nr 7 – Część 3:

Z zamiarem złożenia oferty przetargowej zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie żądanych gazów w zadaniu numer 3 (dostawy gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych).

Prosimy o doprecyzowanie tabeli w poszczególnych pozycjach:

Mieszanka H₂S w powietrzu, prosimy o podanie jednoznacznego składu mieszanki;

Odpowiedź na Pytanie nr 7:

Butle z mieszanką i siarkowodór/powietrze: stężenie siarkowodoru max. 5ppm. (uwaga - siarkowodoru nie może być więcej niż 5ppm !!!)

Zawartość dwutlenku węgla: 300 do 400 ppm (tyle jest zwykle w powietrzu).

Ponadto Butle z mieszanką siarkowodór/azot: stężenie siarkowodoru max. 5ppm. (uwaga - siarkowodoru nie może być więcej niż 5ppm !!!)

Zawartość dwutlenku węgla: max. 1ppm

CZĘŚĆ 1:

Pytanie nr 8 – Część 1:

Ciecz	Zapotrzebowanie całkowite [kg]	Liczba dostaw	Koszt jednej dostawy z opłatą ADR [PLN netto]	Cena [PLN/litr]	Cena całkowita za azot [PLN netto] (2 x 5)	Koszt wszystkich dostaw [PLN netto] (3 x 4)	Wartość całkowita [PLN netto] (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Azot	265000	53 (5000 kg)					

Prosimy o zmianę zapisu w kolumnie 5 jednostki rozliczeniowej na kilogram. Pozwoli to na ujednolicenie jednostek rozliczeniowych na które Państwo się powołujecie w całym postępowaniu. Dotyczy zadania 1 A i B.

Prosimy o zmianę nazwy w kolumnie 5 na: **Cena (PLN/kg).**

Odpowiedź na Pytanie nr 8:

Zamawiający w części nr 1 zmienia nazwę jednostki rozliczeniowej na kilogram, jednocześnie zmieniając w Formularzu oferty – Załączniku nr 1 do SIWZ nazwę w kolumnie 5 na: Cena (PLN/kg).

CZĘŚĆ 3:

Pytanie nr 9 – Część 3:

Prosimy o zmianę terminu dostawy gazów i mieszanin wymagających sprowadzenia z zagranicy do min. 8 tygodni.

Dotyczy: Część 3 (Zadanie 3):

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie wybranego wykonawcy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
- **Maksymalny termin dostawy poszczególnych zamówień wynosi 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia (w wypadku gazów wymagających sprowadzenia z zagranicy, termin realizacji do 5 tygodni).**

Odpowiedź na Pytanie nr 9:

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin dostawy gazów i mieszanin wymagających sprowadzenia z zagranicy do 8 tygodni.

CZĘŚĆ 3 - Pytania do załącznika nr 5 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pytanie nr 10 – Część 3:

Na podstawie bezpośredniej skuteczności dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26.02.2016r. oraz w oparciu o zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych wnosimy o wydzielenie z części III postępowania następujących produktów:

- czterofluorometan (CF₄),
- trójfluorometan (CHF₃),
- tetrafluorobutatriene (C₄F₈),
- chlor (Cl₂),
- trójchlorek boru (BCl₃),
- tetrachlorosilan (SiCl₄),

- silan (SiH_4) rozpuszczony w H_2 (100 ppm) SiH_4 5% w He,
- hel (He) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV,
- dwutlenek węgla (CO_2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych Dwutlenek węgla (CO_2) z pojemników typu przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16"-28 UNEF),
- tlenek węgla (CO) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV,
- tlen (O_2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV,
- wodór (H_2) z pojemników typu MINICAN z przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV,
- azot w wiązkach 12 butlowych,
- wodór w wiązkach 12 butlowych,
- dwutlenek węgla (CO_2) N 4.5.

Jednocześnie wnosimy, aby z wydzielonych produktów zostały utworzone trzy części zgodnie z poniższą rozpiską:

a). część IV zawierająca:

- czterofluorometan (CF_4),
- trójfluorometan (CHF_3),
- tetrafluorobutatriene (C_4F_8),
- chlor (Cl_2),
- trójchlorek boru (BCl_3),
- tetrachlorosilan (SiCl_4),
- silan (SiH_4) rozpuszczony w H_2 (100 ppm) SiH_4 5% w He,

b). część V zawierająca:

- hel (He) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV,
- dwutlenek węgla (CO_2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych Dwutlenek węgla (CO_2) z pojemników typu przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16"-28 UNEF),
- tlenek węgla (CO) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV,
- tlen (O_2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV,
- wodór (H_2) z pojemników typu MINICAN z przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV,

c). część VI zawierająca:

- azot w wiązkach 12 butlowych,
- wodór w wiązkach 12 butlowych,
- dwutlenek węgla (CO_2) N 4.5.

Zgodnie z zaleceniami art. 46 dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26.02.2014r. Zamawiający powinien podzielić zamówienie na części w celu zapewnienia jak najszerzego dostępu do zamówienia. Niewprowadzenie przez Zamawiającego zaproponowanej zmiany znacznie zawęży grono firm mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, w szczególności wyklucza małe i średnie firmy. Zawężenie grona firm mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych warunków handlowych.

Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia dla części III w obecnym kształcie skutkuje uniemożliwieniem uczciwej konkurencji. Bezwzględny warunkiem uczciwej konkurencji jest zapewnienie przez Zamawiającego możliwości ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców. Produkty, dla których

prosimy o utworzenie osobnych części są trudno dostępne na rynku, a przez to uniemożliwiają innym podmiotom wzięcie udziału w niniejszym postępowaniu. Pragniemy również zwrócić uwagę, że nazwa „MINICAN” wykorzystana w opisie przedmiotu zamówienia jest zarejestrowanym znakiem towarowym jednego z potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź na Pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie z części nr 3 trzech części zgodnie z propozycją Wykonawcy, ze względu na to, iż w przypadku takiego podziału, istnieje ryzyko nie uzyskania ofert na wszystkie części zamówienia (cały przedmiot zamówienia zawierający się w części nr 3 postępowania). Zamawiający ze względu na specyficzny charakter działalności, musi posiadać umowę na dostawy wszystkich wymienionych gazów i mieszanek, aby w pełni zabezpieczyć swój interes w przypadku zapotrzebowania na którykolwiek z gazów/mieszanin (w tym również gazów sprowadzanych z zagranicy). Zamawiający nie wyklucza udziału podwykonawców w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może również złożyć ofertę wspólną (konsorcjum). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie wymaga od Wykonawców jako warunku udziału w postępowaniu posiadania określonego doświadczenia w dostawie gazów, co w znacznym stopniu umożliwia złożenie oferty małym i średnim firmom.

Pytanie nr 11 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy amoniaku N 5.0 w butli 40l w miejsce wyspecyfikowanego amoniaku N 5.0 w butli 50l?

Odpowiedź na Pytanie nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie amoniaku N 5.0 w butli 40l w miejsce wyspecyfikowanego amoniaku N 5.0 w butli 50l, z odpowiednim przeliczeniem wodnej objętości butli, z zaokrągleniem do pełnej butli. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania 33 butli po 40 l (zamiast 26 butli po 50 l). W sytuacji zaoferowania amoniaku N 5.0 w butli 40l na Wykonawcy spoczywa obowiązek samodzielnego, odpowiedniego zmodyfikowania Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularza Oferty).

Pytanie nr 12 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy tlenu N 4.5 w miejsce wyspecyfikowanego tlenu N 5.0?

Odpowiedź na Pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczany tlen musi mieć czystość 5.0.

Pytanie nr 13 – Część 3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co oznacza opis „instalacja bud 4” umieszczony w rubryce „pojemność wodna butli [l]” dla produktu dwutlenek węgla N 4.5. Prosimy o podanie pojemności wodnej zbiornika dla dwutlenku węgla N 4.5, jego ciśnienia oraz przyłącza butlowego. Prosimy o podanie informacji czy zbiornik jest Państwa własnością. Prosimy o wymienienie i szczegółowe opisanie wszystkich prac jakie Wykonawca musi wykonać, aby dostarczyć wspomniany produkt. Prosimy o udzielenie informacji czy dla tej pozycji Wykonawca będzie mógł dostarczać butle będące jego własnością o pojemności wodnej 10l lub 50l – prośba o wskazanie pojemności?

Odpowiedź na Pytanie nr 13:

Zamawiane będą butle 50 litrowe. W kolumnie 4 dla gazu CO2 N4.5 zaistniała omyłka, ponieważ butle są podpinane do centralnej instalacji rozprzewadzającej gaz po budynku.

Pytanie nr 14 – Część 3:

Prosimy Zamawiającego o podanie jednoznacznego składu dla mieszanki opisanej jako: „silan (SiH₄) rozpuszczony w H₂ (100 ppm) SiH₄ 5% w He”. Czy wspomniany opis dotyczy dwóch mieszanek, tj.:

1. o składzie: 100 ppm SiH₄ w H₂,
2. o składzie: 5% SiH₄ w He?

Odpowiedź na Pytanie nr 14:

Wspomniany opis dotyczy dwóch różnych mieszanek:

1. mieszanka o składzie: 100 ppm SiH₄ w H₂,
2. mieszanka o składzie: 5% SiH₄ w He.

Pytanie nr 15 – Część 3:

Czy pozycja opisana jako „silan (SiH₄) rozpuszczony w H₂ (100 ppm) SiH₄ 5% w He” może być dostarczona z czystością N5.0 zamiast wyspecyfikowanej N 5.1 oraz w butli 40/50l zamiast wyspecyfikowanej 40/49?

Odpowiedź na Pytanie nr 15:

Z uwagi na niezrozumiałe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, iż :

- w poz. Silan (SiH₄) rozpuszczony w H₂ (100 ppm) wymaga min. klasy czystości N 5.1, o pojemności wodnej butli [l] 40/49 l
- w poz. SiH₄ 5% w He wymaga min. klasy czystości N 5.0, o pojemności wodnej butli [l] 40/50l

Nazwa gazu	Minimalna klasa czystości	Skład % i tolerancja	Pojemność wodna butli [l]
Silan (SiH ₄) rozpuszczony w H ₂ (100 ppm)	N 5.1		40/49
SiH ₄ 5% w He	N 5.0		40/50

Pytanie nr 16 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę azotu oraz wodoru wyspecyfikowanego w wiązkach 12-butlowych w wiązkach 16-butlowych? Rozwiązanie 16-butłowe pozwala zmniejszyć koszty dostawy oraz zapewnić uzyskanie większej rezerwy gazu u Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie nr 16:

Ze względów bezpieczeństwa maksymalną dopuszczoną ilością butli wodoru w rozprężalni jest wiązka 12 butłowa.

Ze względu na ograniczoną przestrzeń maksymalną wiązką, która jest w stanie się zmieścić w magazynie jest wiązka 12 butłowa.

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę azotu oraz wodoru w wiązkach 16-butlowych.

Pytanie nr 17 – Część 3:

Prosimy Zamawiającego o podanie dokładnego opisu miejsca, do którego mają być dostarczone wiązki butłowe z podaniem wszystkich możliwych przeszkód mogących wystąpić przy realizacji dostaw. Jeżeli

wiązki dostarczane są do wiaty butlowej lub innego pomieszczenia prosimy o podanie wymiarów wspomnianego pomieszczenia wraz z wymiarami drzwi wjazdowych.

Odpowiedź na Pytanie nr 17:

Zamawiający wyjaśnia, że wiązki butlowe przechowywane będą w magazynach znajdujących się na terenie WCB EIT+ we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i ustawienia wiązek butlowych pod drzwiami magazynów. Zamawiający samodzielnie przestawi wiązki do magazynu.

Pytanie nr 18 – Część 3:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie informacji o pojemności wodnej, jak również ciśnieniu napełnienia wszystkich wyspecyfikowanych pojemników typu MINICAN. Prosimy o podanie opisu gwintu dla wszystkich wyspecyfikowanych pojemników typu MINICAN.

Odpowiedź na Pytanie nr 18:

Pojemność wodna 1L, ciśnienie 12 bar. Butla będzie podłączana za pomocą złączy Swagelock do rurki o średnicy zewnętrznej 3mm.

Pytanie nr 19 – Część 3:

Ze względu na fakt, że dostawy mają być realizowane do różnych lokalizacji docelowych na terenie miasta Wrocław prosimy Zamawiającego o udostępnienie listy zawierającej wszystkie adres dostawa z przypisanymi produktami, które mają być dostarczane w poszczególne lokalizacje. Prosimy również o udostępnienie dokładnego opisu miejsc, do którego mają być realizowane dostawy z podaniem wszystkich możliwych przeszkód mogących wystąpić przy realizacji dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem liczby pięter, dostępności wind towarowych oraz konieczności wnoszenia produktów po schodach. Bez uzyskania powyższych informacji Wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania możliwości realizacji dostaw oraz skalkulowania ich kosztów.

Odpowiedź na Pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, że wszystkie dostawy gazów butlowych będą realizowane do siedziby EIT+ ul. Stabłowicka 147, Wrocław 54-066. Butle będą dostarczane do magazynów zewnętrznych znajdujących się na poziomie „O” (parter). Nie ma konieczności dostarczania butli do budynków.

Pytanie nr 20 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy produktu tlen (O₂) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV o czystości N4.8 w miejsce wyspecyfikowanego N5.0?

Odpowiedź na Pytanie nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczany tlen musi mieć czystość N5.0.

Pytanie nr 21 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy produktu tlenek węgla (CO) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV o czystości N4.7 w miejsce wyspecyfikowanego N6.0?

Odpowiedź na Pytanie nr 21:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawy CO o czystości min. N4.7.

Pytanie nr 22 – Część 3:

Ze względu na fakt, że określenie MINICAN bezpośrednio nawiązuje do oferty jednego z potencjalnych Wykonawcy oraz jest zarejestrowanym znakiem towarowym, prosimy Zamawiającego, aby wyraził zgodę na dostawę gazów, które w opisie zamówienia mają zaznaczone, że wymagana jest ich dostawa w pojemnikach typu MINICAN w butlach jednorazowych o specyfikacji udostępnionej przez Zamawiającego – odpowiedź na pytania nr 18.

Odpowiedź na Pytanie nr 22:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę gazów w butlach jednorazowych wyspecyfikowanych zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

Pytanie nr 23 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę chloru (Cl₂) N4.8 w miejsce wyspecyfikowanego chloru (Cl₂) N5.0?

Odpowiedź na Pytanie nr 23:

Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczany gaz musi mieć czystość N5.0.

Pytanie nr 24 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę trójtlenku boru (BCl₃) N4.0 w miejsce wyspecyfikowanego trójtlenku boru (BCl₃) N5.0?

Odpowiedź na Pytanie nr 24:

Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczany gaz musi mieć czystość N5.0.

Pytanie nr 25 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tetrafluorobutatrienu (C₄F₈) N4.0 w miejsce wyspecyfikowanego tetrafluorobutatrienu (C₄F₈) N5.0?

Odpowiedź na Pytanie nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczany gaz musi mieć czystość N5.0.

Pytanie nr 26 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tetrachlorosilanu (SiCl₄) N3.0 w miejsce wyspecyfikowanego tetrachlorosilanu (SiCl₄) N5.0?

Odpowiedź na Pytanie nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę tetrachlorosilanu (SiCl₄) N3.0. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na Pytanie nr 4 dostarczany gaz musi mieć czystość N 4.0+ i musi zawierać 5 kg gazu.

Pytanie nr 27 – Część 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę trifluorometanu (CHF₃) N4.5 w miejsce wyspecyfikowanego trifluorometanu (CHF₃) N5.0?

Odpowiedź na Pytanie nr 27:

Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczany gaz musi mieć czystość 5.0.



Pytanie nr 28 – Część 3:

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu dostawy dla poniższych produktów na:

- czterofluorometan (CF₄) - do 10 tygodni,
- trójfluorometan (CHF₃) – do 10 tygodni,
- tetrafluorobutatriene (C₄F₈) – do 16 tygodni,
- chlor (Cl₂) – do 12 tygodni,
- trójchlorek boru (BCl₃) – do 16 tygodni,
- tetrachlorosilan (SiCl₄) – do 16 tygodni,
- silan (SiH₄) rozpuszczony w H₂ (100 ppm) SiH₄ 5% w He – do 10 tygodni,
- NH₃ – do 8 tygodni.

Odpowiedź na Pytanie nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawy ww. produktów w tak odległych terminach.

Maksymalny termin dostawy poszczególnych zamówień w części nr 3 wynosi 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia. W wypadku gazów i mieszanin wymagających sprowadzenia z zagranicy, termin realizacji do 8 tygodni – zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 9 niniejszej Informacji).

CZĘŚĆ 3 - Pytania do wzoru umowy – załącznik nr 6B

Pytanie nr 29 – Część 3 dotyczy § 1 pkt. 3:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie listy zawierającej wszystkie adres dostawa poza teren miasta Wrocław, do których mogą być realizowane dostawy. Prosimy, aby do poszczególnych adresów zostały przypisane produkty, które mają być dostarczane w poszczególne lokalizacje. Prosimy również o udostępnienie dokładnego opisu miejsc, do którego mają być realizowane dostawy z podaniem wszystkich możliwych przeszkód mogących wystąpić przy realizacji dostaw ze szczególnym uwzględnieniem liczby pięter, dostępności wind towarowych oraz konieczności wnoszenia produktów po schodach. Bez uzyskania powyższych informacji Wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania możliwości realizacji dostaw oraz skalkulowania ich kosztów.

Odpowiedź na Pytanie nr 29 - dotyczy części nr 2 i 3:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 - wszystkie dostawy gazów butlowych będą realizowane do siedziby EIT+ ul. Stabłowicka 147, Wrocław 54-066. Butle będą dostarczane do magazynów zewnętrznych znajdujących się na poziomie „O” (parter). Nie ma konieczności dostarczania butli do budynków.

W związku z powyższym, § 1 ust. 3 Wzoru umowy (dla części nr 2 i 3) – Załącznik nr 6B do SIWZ – Wzór umowy (część 2 i 3) otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Strony ustalają, że miejscem docelowym dostaw jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocław 54-066 ul. Stabłowicka 147. Każdorazowe miejsce rozładunku zostanie dokładnie wskazane przez pracownika Zamawiającego.”

Pytanie nr 30 – Część 3 dotyczy § 1 pkt. 6:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i niniejszym akceptuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany, w zakresie rzeczowym i ilościowym, według bieżących potrzeb Zamawiającego **w ramach szacunkowych ilości wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy.** W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnego zakresu przedmiotu Umowy określonego w

Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie ma prawa zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Odpowiedź na Pytanie nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 1 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 31 – Część 3 dotyczy § 2 pkt. 1:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę zgodnie z najlepszą wiedzą profesjonalną i **najwyższą** starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w realizacji tego typu zobowiązań porównywalnych pod względem rozmiaru, zakresu i złożoności.”

Odpowiedź na Pytanie nr 31 – dotyczy części nr 2 i 3:

W odpowiedzi na niniejsze pytanie, § 2 ust. 1 Wzoru umowy (dla części nr 2 i 3) – Załącznik nr 6B do SIWZ – Wzór umowy (część 2 i 3) otrzymuje nowe brzmienie:

*„1. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę zgodnie z najlepszą wiedzą profesjonalną i **należytą** starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w realizacji tego typu zobowiązań porównywalnych pod względem rozmiaru, zakresu i złożoności.”*

Pytanie nr 32 – Część 3 dotyczy § 2 pkt. 2:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Wykonawca jest zobowiązany realizować niniejszą Umowę wyłącznie przy pomocy wykwalifikowanych osób dysponujących odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami (jeżeli będą wymagane) oraz doświadczeniem niezbędnym ze względu na przedmiot Umowy. Podczas wykonywania przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego, osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy, zobowiązane są do przestrzegania wszystkich przepisów i procedur bezpieczeństwa wprowadzonych przez Zamawiającego. **Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy wszelkiej dokumentacji stanowiącej przepisy i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy w celu ich akceptacji przez Wykonawcę.”**

Odpowiedź na Pytanie nr 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 2 ust. 2 wzoru umowy.

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy przepisy obowiązujące w spółce pokrywają się z ogólnie obowiązującymi przepisami w Polsce oraz zaleceniami wynikającymi z kart charakterystyk dla danych gazów, cieczy kriogenicznych. Zamawiający nie posiada na dzień dzisiejszy innych szczegółowych instrukcji.

Pytanie nr 33 – Część 3 dotyczy § 2 pkt. 5:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz że jest zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi, jak również spełnia wszystkie **bezwzględnie** obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa wynikające zarówno z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz że posiada wymagane tym prawem aktualne atesty i certyfikaty.”

Odpowiedź na Pytanie nr 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 2 ust. 5 wzoru umowy.

Są to standardowe zapisy stosowane zazwyczaj przez Zamawiającego w umowach z wykonawcami.



Pytanie nr 34 – Część 3 dotyczy § 3 pkt. 3:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Złożenie zamówienia przez Zamawiającego zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów e-mail Zamawiającego wskazanych w § 6 ust. 2 lit. b Umowy, jednakże nie później niż w tym samym dniu roboczym, w którym Wykonawca otrzymał zamówienie **z zastrzeżeniem, że zamówienia będą składane przez Zamawiającego w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 7:00 do 14:00). Zamawiający nie może domagać się realizacji zamówienia, które nie zostało wcześniej potwierdzone przez Wykonawcę.**”

Odpowiedź na Pytanie nr 34:

W odpowiedzi na niniejsze pytanie, § 3 ust. 3 Wzoru umowy (dla części nr 3) – Załącznik nr 6B do SIWZ (część nr 2 i 3) – Wzór umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów e-mail Zamawiającego wskazanych w § 6 ust. 2 lit. b Umowy, jednakże nie później niż w tym samym dniu roboczym, w którym Wykonawca otrzymał zamówienie – *dotyczy części nr 2.*

Złożenie zamówienia przez Zamawiającego zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów e-mail Zamawiającego wskazanych w § 6 ust. 2 lit. b Umowy, jednakże nie później niż w tym samym dniu roboczym, w którym Wykonawca otrzymał zamówienie, z zastrzeżeniem, że zamówienia będą składane przez Zamawiającego w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 8:00 do 16:00). W przypadku zamówienia złożonego po godzinie 14, Wykonawca potwierdzi otrzymanie zamówienia nie później niż do godziny 8:00 następnego dnia roboczego – dotyczy części nr 3.”

Pytanie nr 35 – Część 3 dotyczy § 3 pkt. 6:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku:

- a) stwierdzenia rozbieżności **w rodzaju dostarczonych produktów** pomiędzy złożonym zamówieniem a dostawą,
- b) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie – korzystanie z przedmiotu zamówienia,
- c) dostarczenia przedmiotu zamówienia poza godzinami dostawy wyznaczonymi przez Zamawiającego, **chyba że dostarczenie zamówienia poza ww. godzinami nastąpiło nie z winy Wykonawcy.**

Odpowiedź na Pytanie nr 35:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 3 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 36 – Część 3 dotyczy § 4 pkt. 3:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie płatne po zrealizowaniu danego zamówienia, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ~~otrzymania~~ **przez prawidłowego wystawienia Zamawiającego prawidłowo-wystawionej** faktury VAT, na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego

Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość numeru rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT."

Odpowiedź na Pytanie nr 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 4 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 37 – Część 3 dotyczy § 4 pkt. 5:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień **obciążenia uznania na** rachunku bankowego **Zamawiającego Wykonawcy**."

Odpowiedź na Pytanie nr 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 4 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 38 – Część 3 dotyczy § 4 pkt. 6:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty faktycznie dokonanych **zakupów zamówień** w ramach niniejszej Umowy. W przypadku **zakupów zamówienia** przedmiotu niniejszej Umowy za kwotę niższą niż określona w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie nr 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 4 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 39 – Część 3 dotyczy § 4 pkt. 7:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie **netto** w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy jest wynagrodzeniem ostatecznym i nie ulegnie podwyższeniu przez cały okres wykonywania Umowy."

Odpowiedź na Pytanie nr 39:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 4 ust. 7 wzoru umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt. 2 Rozdziału 23 SIWZ - podane ceny w poszczególnych pozycjach zamieszczone w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) będą niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy (są to ceny netto), a także zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 wzoru umowy dla niniejszej części *Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytej realizacji przedmiotu Umowy będzie obliczana na podstawie faktycznie wykonanych dostaw oraz cennika zawartego w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy* - dotyczą cen netto określonych w Formularzu oferty. Ponadto Zamawiający w § 8 ust. 2 lit. d przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy polegającą m.in. na zmianie stawki podatku VAT.

Pytanie nr 40 – Część 3 dotyczy § 4 pkt. 8:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę wydatków, **strat, kosztów, utraconych zysków, roszczeń,** ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek innego rodzaju opłat publicznoprawnych.



Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy dodatkowych kosztów dostawy w przypadku jej realizacji poza granicami administracyjnymi miasta Wrocławia.

Odpowiedź na Pytanie nr 40:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 4 ust. 8 wzoru umowy. Są to standardowe zapisy stosowane zazwyczaj przez Zamawiającego w umowach z wykonawcami.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytanie nr 19 i 29 dostawy będą realizowane do siedziby EIT+ ul. Stabłowicka 147, Wrocław 54-066.

Pytanie nr 41 – Część 3 dotyczy § 5 pkt. 1:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, a zwłaszcza w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę ~~któregokolwiek zamówienia~~ przynajmniej trzech skutecznie złożonych przez Zamawiającego zamówień (potwierdzonych przez Wykonawcę) lub zwłoki w jego realizacji przekraczającej 5 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź na Pytanie nr 41:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 5 ust. 1 wzoru umowy. Są to standardowe zapisy stosowane zazwyczaj przez Zamawiającego w umowach z wykonawcami.

Pytanie nr 42 – Część 3 dotyczy § 5 pkt. 2:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie niniejszego paragrafu lub nadanie mu poniższego brzmienia:

„Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości ~~±~~ **0,5%** wynagrodzenia ~~brutto-netto~~ przewidzianego za dane zamówienie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości ~~5-2%~~ **2%** wynagrodzenia ~~brutto netto~~, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź na Pytanie nr 42:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 5 ust. 2 wzoru umowy. Są to standardowe zapisy stosowane zazwyczaj przez Zamawiającego w umowach z wykonawcami.

Pytanie nr 43 – Część 3 dotyczy § 5 pkt. 3:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie niniejszego paragrafu lub nadanie mu poniższego brzmienia:

„Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych, **ale wyłącznie w zakresie bezpośrednich strat materiałowych do łącznej maksymalnej kwoty 40 000 PLN (czterdziestu tysięcy PLN), które to ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje w każdym przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w związku z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. na zasadach ogólnych.**”

Odpowiedź na Pytanie nr 43:



Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 5 ust. 3 wzoru umowy. Są to standardowe zapisy stosowane zazwyczaj przez Zamawiającego w umowach z wykonawcami.

Pytanie nr 44 – Część 3 dotyczy § 5 pkt. 4:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie niniejszego paragrafu.

Odpowiedź na Pytanie nr 44:

Zamawiający nie wyraża zgody usunięcie ust. 4 w § 5 wzoru umowy. Są to standardowe zapisy stosowane zazwyczaj przez Zamawiającego w umowach z wykonawcami.

Pytanie nr 45 – Część 3 dotyczy § 6 pkt. 2:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą:

a) po stronie Zamawiającego:

Łukasz Czczot tel. 510 132 209,

e-mail: lukasz.czczot@eitplus.pl

Kamil Kamiński tel. 668 174 493,

e-mail: kamil.kaminski@eitplus.pl

b) po stronie Wykonawcy:

- w zakresie potwierdzania zamówień..... tel.,e-mail:

.....

- w zakresie akceptowania protokołów odbioru – każdorazowo kierowca realizujący w imieniu Wykonawcy dostawę.

Odpowiedź na Pytanie nr 45 – dotyczy części nr 2 i 3:

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym § 6 ust. 2 Wzoru umowy (dla części nr 2 i 3) – Załącznik nr 6B do SIWZ – Wzór umowy (część 2 i 3) otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą:

a) po stronie Zamawiającego:

Łukasz Czczot tel. 510 132 209,

e-mail: lukasz.czczot@eitplus.pl

Kamil Kamiński tel. 668 174 493,

e-mail: kamil.kaminski@eitplus.pl

b) po stronie Wykonawcy:

- w zakresie potwierdzania zamówień..... tel.,e-mail:

.....

- w zakresie akceptowania protokołów odbioru – każdorazowo kierowca realizujący w imieniu Wykonawcy dostawę.”

Pytanie nr 46 – Część 3 dotyczy § 6 pkt. 3:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Osoby wskazane w ust. 2 a) niniejszego paragrafu są uprawnione do składania zamówień, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, ~~potwierdzania ich złożenia~~, a także sporządzania i akceptowania protokołów odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, a także mają prawo do upoważniania innych osób do wykonywania tych czynności w imieniu Zamawiającego ~~i Wykonawcy~~. „

Odpowiedź na Pytanie nr 46 – dotyczy części nr 2 i 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisów § 6 ust. 3 wzoru umowy. W związku z powyższym § 6 ust. 3 Wzoru umowy (dla części nr 2 i 3) – Załącznik nr 6B do SIWZ – Wzór umowy (część 2 i 3) otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Osoby wskazane w ust. 2 lit a) niniejszego paragrafu są uprawnione do składania zamówień, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, a także sporządzania i akceptowania protokołów odbioru

przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, a także mają prawo do upoważniania innych osób do wykonywania tych czynności w imieniu Zamawiającego."

Pytanie nr 47 – Część 3 dotyczy § 6 pkt. 3:

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie poniższej zmiany:

„Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby **Zamawiającego Powoda.**”

Odpowiedź na Pytanie nr 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy. Są to standardowe zapisy stosowane zazwyczaj przez Zamawiającego w umowach z wykonawcami.

Pytanie nr 48 – Wzór umowy § 4 ust. 3 Warunki płatności - dotyczy części 1-3:

W związku z polityką finansową naszej firmy informujemy uprzejmie, iż rozliczenia płatności będą mogły następować wyłącznie za pośrednictwem wysyłanych na 3 wybrane przez Państwa adresy elektroniczne faktur w pdf, które nie różnią się niczym od papierowych a trafiają do Klienta bez opóźnienia od razu po zaksięgowaniu dowodu dostawy.

Prosimy o zmianę zapisów umowy w par4 pn. WARUNKI Płatności w bieżącym postępowaniu na:

Pkt. 3 Rozliczenie płatności o których mowa w ust.2 będzie się odbywało na podstawie zbiorczych miesięcznych faktur VAT, które będą płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego na wskazany adres elektroniczny prawidłowo wystawionej faktury VAT w pdf.

Odpowiedź na Pytanie nr 48:

Zamawiający w części nr 1-3 niniejszego zamówienia dopuszcza składanie faktur elektronicznych.

Pytanie nr 49 – Część 3:

Pytania do załącznika nr 5 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy reduktor do butli, który ma być dostarczony z mieszkanką siarkowodor/azot ma być reduktorem jedno- czy dwustopniowym oraz jakie ma mieć ciśnienie na wyjściu.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia winien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku udzielenia odpowiedzi na wskazane wyżej pytania. Nie udzielenie odpowiedzi w znaczący sposób zawęży grono podmiotów mogących wziąć udział w niniejszym postępowaniu, co sugeruje preferowanie przy wyborze aktualnego dostawcy, który te informacje posiada.

Odpowiedź na Pytanie nr 49:

Zamawiający wymaga reduktora do butli, jednostopniowego. Ciśnienie na wyjściu 15 bar, manometr z podziałką 0,5 bar.

Pytanie nr 50:



Działając w imieniu Air Liquide Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „ALP”) w nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego zamówienia publicznego prowadzonej przez Zamawiającego pod nazwą wskazaną powyżej, zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert.

Zgodnie z ogłoszeniem o Zamówieniu opublikowanym w dniu 6 lipca 2016 r., oferty winny być złożone do 14 lipca 2016 r. W tym miejscu wskazuję, że przedmiotem zamówienia m.in. są gazy specjalne oraz mieszanki. Przygotowanie oferty w zakresie gazów specjalnych oraz dedykowanych pod konkretnego klienta mieszanek, wymaga znacznych nakładów pracy oraz czasu i w znacznej mierze odbiega od przygotowania oferty dotyczącej gazów technicznych.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 2167/14) z dnia 12 listopada 2014 r. zamawiający obowiązany jest w warunkach konkretnego postępowania, uwzględniać w szczególności opis przedmiotu zamówienia i jego złożoność oraz rozmiar, a także uwzględniać czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty przez każdego z wykonawców, zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w postępowaniu, wymaganą art. 7 ust. 1 p.z.p. W ocenie Spółki określony przez Zamawiającego 7 dniowy termin, jest terminem praktycznie uniemożliwiającym złożenie oferty. W ocenie Spółki, termin w którym podmiot profesjonalny, jest w stanie przygotować konkurencyjną ofertę wynosi około 3 tygodni od dnia publikacji ogłoszenia.

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert z 6 lipca 2016 r. na 31 lipca 2016 r.

Niezależnie od powyższego zwracam się z wnioskiem o podzielenie zamówienia na następujące części:

- (i) dostawę ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników
- (ii) dostawę ciekłego helu
- (iii) dostawę gazów specjalnych o zastosowaniu w przemyśle elektronicznym (tj. CF₄, CHF₃, C₄F₈ itd.)
- (iv) dostawę gazów specjalnych w pojemnikach typu MINICAN lub równoważnych, przyłączanych podłączeniami typu Swagelock do systemu UHV
- (v) dostawę specjalnych w wiązkach (azot, wodór i dwutlenek węgla)

na potrzeby WCB EIT+.

Odpowiedź na Pytanie nr 50:

W związku z koniecznością zawarcia umowy w części nr 1 z dniem 04.08.2016r., Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.07.2016r. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 18.07.2016r. na godz. 12:00.

Jednocześnie zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 10 nie wyraża zgody na utworzenie z części nr 3 trzech części zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust 4 PZP - dokonuje **modyfikacji SIWZ wraz z Załącznikami od nr 1 do nr 6B z uwagi na zmianę opisu przedmiotu zamówienia, zmianę terminów realizacji oraz z uwagi na dokonane modyfikacje w związku z udzielonymi odpowiedziami na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ (pytania powyżej)**

Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami od 1 do 6B, zastępuje treść dotychczasowych dokumentów i stanowi załącznik do niniejszej Informacji i modyfikacji. Wszystkie zmiany w załączonych dokumentach zostały oznaczone kolorem niebieskim.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia i składania ofert.

Nowy termin składania ofert: **18.07.2016r. godz. 12:00**

Nowy termin otwarcia ofert: **18.07.2016r. godz. 12:15**

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z upoważnienia Zarządu WCB EIT+


Agnieszka Jurgielanow
Kierownik Działu Zakupów

Kontakt: Magdalena Okulicz-Kozaryn
tel. +48 71 734 72 26
e-mail: magdalena.okulicz-kozaryn@eitplus.pl


Magdalena Okulicz-Kozaryn
Specjalista ds. zakupów



