

Wrocław dnia 22.....07.2015 r.

WCB/284/1/2015

Wszyscy Wykonawcy
Dot. postępow.: 98-D-PN/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup związków chemicznych i analitycznych na potrzeby WCB EIT+ Sp. z o.o.

INFORMACJA NR 1

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zamówień publicznych (t.i. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp” niniejszym informujemy, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączników.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami) i zmiany SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza, aby znaczniki w formie barwionej, jak i niebarwionej (pozycja 1 i 2) mieściły się w zakresie od 10kDa do 250 kDa, zamiast 15kDa do 200 kDa?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowany zakres. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza cenowego dla Części 3

Zmiana nr 1

W Formularzu cenowym dla Części 3 w pozycji 1 określono parametry techniczne lub parametry równoważności następująco:

„Znacznik wielkości do SDS PAGE białek w wersji niebarwionej zakres od 15 - 200KD,co najmniej 7 prążków, każdy zawiera tyrozynę, w buforze SDS PAGE do ładowania ścieżek, stężenie efektywne 1 porcja/ 5µl, Ilość wystarczająca na 300 ścieżek, wersja barwiona i niebarwiona”

Zamawiający zmienia na:

„Znacznik wielkości do SDS PAGE białek w wersji niebarwionej zakres od 10 - 250 kDa,co najmniej 7 prążków, każdy zawiera tyrozynę, w buforze SDS PAGE do ładowania ścieżek, stężenie efektywne 1 porcja/ 5µl, Ilość wystarczająca na 300 ścieżek, wersja barwiona i niebarwiona”

Zmiana nr 2

W Formularzu cenowym dla Części 3 w pozycji 2 określono parametry techniczne lub parametry równoważności następująco:

„Znacznik wielkości do SDS PAGE białek w wersji barwionej zakres od 15 - 200KD,co najmniej 7 prążków, każdy zawiera tyrozynę, w buforze SDS PAGE do ładowania ścieżek, stężenie efektywne 1 porcja/ 5µl, Ilość wystarczająca na 100 ścieżek, wersja barwiona i niebarwiona”

Zamawiający zmienia na:

„Znacznik wielkości do SDS PAGE białek w wersji farbionej zakres od 10 - 250 kDA, co najmniej 7 prążków, każdy zawiera tyrozinę, w buforze SDS PAGE do ładowania ścieżek, stężenie efektywne 1 porcja/ 5µl, Ilość wystarczająca na 100 ścieżek, wersja barwiona i niebarwiona”

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza, aby opakowanie jednostkowe znacznika w formie barwionej (pozycja 2) starczało na 50 zamiast 100 aplikacji.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający w formularzu cenowym część 3, pozycja 2 jako rozmiar opakowania wymaga właśnie na 50 aplikacji, w związku z tym dopuszcza takie opakowanie, formularz nie ulega zmianie w tym zakresie.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treść i oferty.

Z uwagi na wprowadzone zmiany Zamawiający publikuje na stronie internetowej www.eitplus.pl zmienioną treść Załącznika cenowego dla Części 3.

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW
Agnieszka Jurgielaniewicz

str. 2