

Nr. Sprawy: TZ.2723.7.2016

Wrocław, dnia 24.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę Zestawu pipet automatycznych o zmiennej objętości, jednokanałowych i wielokanałowych na potrzebę realizacji projektu w WCB EIT+ SP. z o.o.

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu pipet automatycznych o zmiennej objętości, jednokanałowych i wielokanałowych na potrzebę realizacji projektu w WCB EIT+ SP. z o.o.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Miejsce i termin świadczenia usługi (dostawy):

- Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
- Termin – maksymalnie 30 dni od złożenia zamówienia.

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

- Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.rochala@eitplus.pl, nie później niż do końca dnia 25.11.2016 r..

2. Kryteria oceny ofert:

- Cena 90%
- Termin dostawy 10%

3. Inne informacje:

- a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie podpisać umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Niniejsze zapytanie o cenę może jednocześnie stanowić ofertę Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponownego zapytania o cenę oferty, w związku z czym prosimy o określenie terminu ważności oferty.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór Umowy

Małgorzata Karlic
p.o. Kierownika
Działu Zakupów i Logistyki



NARODOWE CENTRUM NAUKI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu naukowo – badawczego, fabrycznie nowego i kompletnego:

Zestaw pipet automatycznych o zmiennej objętości, jednokanałowych i wielokanałowych,

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI:

1.	Zestaw 4 pipet jednokanałowych, o zmiennej objętości o zakresie; 0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalne w całości - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych - Możliwość rekalkulacji - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówek - Waga pipety nie większa niż 80g - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówek - W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 Błędy systematyczne i przypadkowe dla pipety 0,1-2,5 µl - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 µl nie większy niż 48%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 µl nie większy niż 1,4%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 µl nie większy niż 12% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 µl nie większy niż 0,7% Błędy systematyczne i przypadkowe dla pipety 0,5-10 µl - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 1%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 0,4% Błędy systematyczne i przypadkowe dla pipety 10-100 µl - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 1% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,2% Błędy systematyczne i przypadkowe dla pipety 100-1000 µl - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 µl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,6% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 µl nie większy niż 0,2%
----	--

2.	Zestaw 3 pipet 8-kanalowych, o zmiennej objętości, o zakresie; 0,5-10 µl, 10-100 µl, 30-300µl – Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości – Autoklawowalne w całości – Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek – Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym – Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych – Możliwość rekalkibracji – Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki – Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 Błędy systematyczne i przypadkowe dla pipety 0,5-10 µl – Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 12%, – Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 2%, – Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 µl nie większy niż 8% – Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 1% Błędy systematyczne i przypadkowe dla pipety 10-100 µl – Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 3%, – Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,8%, – Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 2% – Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,3% Błędy systematyczne i przypadkowe dla pipety 30-300 µl – Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 30 µl nie większy niż 3%, – Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 300 µl nie większy niż 0,6 %, – Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 30 µl nie większy niż 1% – Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 300 µl nie większy niż 0,3%
----	--

Inne

	Sprzęt fabrycznie nowy
	Oprogramowanie: <i>tak/nie</i>
	Instruktaż: <i>nie/tak, dla 3-osób</i>
	Pipety powinny posiadać certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
	Zestaw dodatkowo musi zawierać statyw 6-pozycyjny kompatybilny z pipetami jedno- i wielokanałowymi oraz pudełko wielokrotnego użycia z 96 końcówkami dołączone do każdego opakowania

Warunki dostawy i gwarancji

	Gwarancja: 36 miesięcy
	Czas dostawy: maks. 30 dni roboczych
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski



FORMULARZ

UMOWA UPROSZCZONA

ZAMAWIAJĄCY:	DATA ZAWARCIA:	
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław NIP: 894-293-00-22	NR UMOWY UPROSZCZONEJ:	

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy:
Zestawu pipet automatycznych o zmiennej objętości, jednokanałowych i wielokanałowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 OPZ do Umowy.
- Własność przedmiotu zakupu, o których mowa w pkt. 1, przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłową realizację Umowy, Protokół Odbioru – bez uwag.
- Wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności koszty transportu (krajowego i zagranicznego), koszty ubezpieczenia (w kraju i za granicą), koszty czynności związanych z przygotowaniem dostawy, opakowaniem i zabezpieczeniem, koszty związane z samą dostawą, a ponadto wszelkie inne koszty, w tym opłaty celne i graniczne, niewymienione w niniejszym punkcie, a konieczne do wykonania Zamówienia, obciążają Wykonawcę.
- Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 1, do czasu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłową realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 1 (Protokół Odbioru – bez uwag).
- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA wraz z kosztami dostawy/usługi lub dodatkowo inne koszty (jeżeli łączne wynagrodzenie składa się z kilku składowych, należy każdy element cenowy określić samodzielnie):

ADRES DOSTAWY/WYKONANIA USŁUGI:	Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław	TERMIN REALIZACJI:	Do od dnia złożenia zamówienia
GWARANCJA/ SERWIS INSTRUKTAŻ:	36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru – bez uwag		
PRZEWIDYWANE KARY UMOWNE:	-		
PODSTAWA I TERMIN PŁATNOŚCI:	Na podstawie protokołu odbioru bez uwag oraz 30 dni od momentu złożenia faktury do siedziby Zamawiającego.		
INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA			

UMOWA UPROSZCZONA

FORMULARZ

UMOWNE	
PODPIS OSOBY MERYTORYCZNEJ	

ZAMAWIAJĄCY (zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem)

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ (zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem)

WYKONAWCA (nazwa, adres, tel., fax, e-mail)			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis