

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego TZ.271.14.2016.D.PN Dostawę aparatury laboratoryjnej – zestawu do transferu komórek.

Informacja nr 1 Modyfikacja SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytania dotyczą Załącznika nr 3 – Gwarancja i Serwis.

Pytanie 1:

Punkt 4 załącznika.

Proszę o wydłużenie czasu reakcji do jednego dnia roboczego ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji jak interwencja serwisu poza siedzibą firmy, urlop lub choroba, która może przyczynić się bezpośrednio do braku reakcji w wymaganych 3 godzinach.

Odp. Na pyt. 1:

Zamawiający podtrzymuje, że obowiązuje czas reakcji wskazany w załączniku nr 1 OPZ tj 60 godzin.

Pytanie 2:

Punkt 8 załącznika.

Proszę o usunięcie zapisu dotyczącego wydłużenia gwarancji o trzykrotność okresu opóźnienia.

Odp. Na pyt. 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu.

Pytanie 3:

Punkt 11 załącznika.

W celu utrzymania pełnej gwarancji i prawidłowej pracy urządzenia nie jest wymagane przez producenta wykonywanie przeglądów, kalibracji i walidacji. Oczywiście na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość wykonania przeglądu/kalibracji ale jest to opcja dodatkowo płatna. W związku z powyższym proszę o odstąpienie od tego punktu.

Odp. Na pyt. 3:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od tego punktu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a i 6 ustawy pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie terminu składania ofert.

Zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: **18.11.2016r. godz. 12:00**

Nowy termin otwarcia ofert: **18.11.2016r. godz. 12:15**

Teresa Witkowska

Główny Specjalista
ds. Zakupów



NARODOWE CENTRUM NAUKI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI