

Wrocław, 2018-10-29

I.dz. 3645/2018/W
TZ.2721.15.2018ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
tel: +48 71 720 16 01
fax: +48 71 720 16 00
email: biuro@port.org.pl**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: zapytania ofertowego na jednorazowy przegląd okresowy komór laminarnych dla potrzeb PORT sp. z o.o. nr sprawy TZ.2721.15.2018.

Zamawiający informuje, że do ww. zapytania ofertowego zostały złożone pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:


Pytanie nr 1

Czy w komorach prowadzone są obecnie prace na materiale niebezpiecznym chemicznie lub biologicznie? Jeśli tak proszę o wskazanie w których oraz jaki jest to rodzaj materiału.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W PORT wykonywane są prace z wykorzystaniem bakterii i wirusów z I i II kategorii zagrożenia oraz materiałem pochodzenia ludzkiego (potencjalnie zakaźnym). Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa należy traktować jako skażone lub potencjalnie skażone materiałem biologicznym. Komory cyto- statyczne były używane z lekami cytostatycznymi (skażenie chemiczne).

Wszystkie komory przed przeglądem będą poddane przez użytkownika odkażeniu powierzchni przestrzeni roboczych za pomocą chemicznych środków dezynfekujących i promieniowania UV.


dr Andrzej DybczyńskiDyrektor Zarządzający
dokument

M. Stenkowski

NIP: 894-293-00-22
REGON: 020671635PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300736. Kapitał Zakładowy: 131 869 000,00 PLN.