

TZ.2723.38.2019
L.dz 1421 /2019/W
Wrocław, 01.04.2019 r.

dotyczy na dostawę aparatury laboratoryjnej dla PORT Sp. z o. o. na potrzeby realizacji projektu: „New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”, DEEPUV , realizowanego w Programie TEAM TECH, będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.04.00-00-3E14/16-00

Pytanie 1.

Przedmiotem postępowania jest wysokiej klasy aparatura pomiarowa której warunki gwarancyjne umożliwiają wielokrotną naprawę oraz wieloletnie użytkowanie. W związku z tym producent nie przewiduje możliwości wymiany uszkodzonych urządzeń na nowe zarówno w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym. Wnosimy zatem o zmianę wymagania wymiany gwarancyjnej wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad na wymaganie naprawy wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia niesprawności

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na następujący: W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje naprawę wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia wystąpienia wady.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający akceptuje dostawę stacji pomiarowej wyposażonej w wolframowe igły pomiarowe zamiast niklowanych?

Odp. Tak

Pytanie 3.

Zamawiający wymaga dostawy źródła mierzącego Keysight B2901A którego minimalny zakres prądu źródła wynosi 100nA. Prosimy o potwierdzenie

Odp. Potwierdzamy, że minimalny zakres prądu źródła wynosi 100 n

p.o. Kierownika
Działu Administracyjnego

.....
(Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Mech