

Uczestnicy postępowania



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów zużywalnych z podziałem na 14 części nr sprawy TZ.271.4.2019.



Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.



Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Części nr 5 PIPETY pozycję nr: 25 (numer porządkowy 604) w jeden osobny pakiet (np. Część nr 5a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególną pozycję w obrębie tej części. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.



Pytanie 2

W nawiązaniu do prowadzonego przetargu, proszę o informację czy dopuszcza się składanie ofert na produkty równoważne w pakiecie 5,6,13,14, ponieważ nie możemy dopatrzeć się tej informacji w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkty równoważne o nie gorszych parametrach niż określone w SIWZ.



Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poniższych pozycji z pakietów? Produkty te sprzedawane są tylko i wyłącznie bezpośrednio przez producenta, są poza ofertą dystrybucyjną i nie mamy możliwości uzyskania oferty ani zaproponowania produktu alternatywnego. Państwa odpowiedź pozytywna umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Pakiet 1:

Pozycja o nr porządkowym 836

próbówka pomiarowa, opis: szklana próbówka pomiarowa "sample tube", 12 mm, płaskie dno, kompatybilna z urządzeniem 3flex firmy micromeritics. Producent wzorcowy: Micromeritics Instrument Corporation

Pakiet 7:

Inne produkty firmy Micromeritics Instrument Corporation

200	zatycki do próbek do	plastikowa zatyczka na wlot próbówki (AutoChem II)	1 szt.	Micromeritics Instrument	004-32004-00
-----	----------------------	--	--------	--------------------------	--------------





Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



	chemisorpcji			Corporation	
201	zatyczki do próbek do chemisorpcji	plastikowa zatyczna na wylot próbki (AutoChem II)	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	004-32604-08
325	celka pomiarowa	alumiowa celka pomiarowa ; pojemność 1,0 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	133/25855/00
326	celka pomiarowa	alumiowa celka pomiarowa ; pojemność 3,5 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	135/25805/00
327	celka pomiarowa	alumiowa celka pomiarowa ze spiekem, pojemność 10 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	133/25862/00
744	penetrometr	penetrometr ; pojemność 15 cm3; objętość intruzji 0.366 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	950/61701/00
745	penetrometr	penetrometr ; pojemność 15 cm3; objętość intruzji 1,72 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	950/61705/00
746	penetrometr	penetrometr ; pojemność 3cm3; objętość intruzji 0.387 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	950/61713/00
747	penetrometr	penetrometr ; pojemność 5 cm3; objętość intruzji 0.366 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	950/61707/00
748	penetrometr	penetrometr ; pojemność 5 cm3; objętość intruzji 0.366 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	950/61708/00
749	penetrometr	penetrometr ; pojemność 5 cm3; objętość intruzji 1,716 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	950/61711/00
937	smar wysokociśnieniowy	smar do portów ciśnieniowych i penetrometrów	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	004-16007-00
941	spiek do portu odgazowania	Spiek; 20 µm; 1/4 cala; kompatybilna z urządzeniem 3flex firmy micromeritics	1 op. (10 szt.)	Micromeritics Instrument Corporation	004-27070-00
980	szczotka do próbek	szczotka do czyszczenia próbek o średnicy 12 mm i długości 16 cali	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	004/54104/01
981	szczotka do stemów	szczotka do czyszczenia stemów o średnicy 0,4 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	930/54601/00
982	szczotka do stemów	szczotka do czyszczenia stemów o średnicy 1,1 cm3	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	930/54602/00
1101	uszczelka do korka trans-seal	Uszczelka o-ring; 8,5 mm x 1,5 mm, Viton, Brown	1 op. (10 szt.)	Micromeritics Instrument Corporation	004-25079-06



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

BBMRI.pl
BioBanking and
BioMolecular resources
Research Infrastructure
Poland

				Corporation	
1102	uszczelka do portu	Uszczelka o-ring; 11,5 mm x 1,5 mm, Viton, Brown, kompatybilna z urządzeniem 3flex firmy micromeritics	1 op. (10 szt.)	Micromeritics Instrument Corporation	004-25079-05
1128	Wata kwarcowa	torebka waty kwarcowej (AutoChem II)	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	004-32164-01
1133	wiszący pręt wypełniający	Wiszący pręt wypełniający do pojemników na próbki 12 mm	1 op. (6 szt.)	Micromeritics Instrument Corporation	350-61003-01
1143	wtyczka bananowa	wtyczka bananowa do portów niskiego ciśnienia porozymetru rtęciowego	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	003/21273/00
1144	wtyczka bananowa	wtyczka bananowa do portów wysokiego ciśnienia porozymetru rtęciowego	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	
1154	zakrętka do penetrometru	zakrętka plus uszczelka (zestaw) do penetrometru o pojemności 15cm ³	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	950-25832-00
1155	zakrętka do penetrometru	zakrętka plus uszczelka (zestaw) do penetrometru o pojemności 3 cm ³ i 5 cm ³	1 szt.	Micromeritics Instrument Corporation	950/25831/01
1180	zestaw korków do probówek	Zestaw TranSeal; 12 mm	1 op. (10 szt.)	Micromeritics Instrument Corporation	350-33608-00

Produkt firmy Malvern-Panalytical

FNP Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej



1098	Uchwyty bezodbiciowe	kompatybilne z dyfraktometrem rentgenowskim Empyrean; średnica 32 mm; wykonane z monokryształu krzemu; niepodnoszący tła w widmie; z wyprofilowanym miejscem na próbkę; nie dający dodatkowych refleksów w widmie	1 op. (2 szt.)	Malvern-Panalytical	9,43002E+11
------	----------------------	---	----------------	---------------------	-------------

Produkty firmy MicroChem Corp. – produkt wysoce specjalistyczny, wymagane dopasowanie do konkretnej sztuki aparatu

Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

448	Fotorezyst do litografii optycznej	Fotorezyst do litografii optycznej SU-8 UV Sensitivity i-line, grubość 10-200 µm, (1 l)	1 L	MicroChem Corp.	Fotorezyst do litografii optycznej SU-8 UV Sensitivity i-line, grubość 10-200 µm, (1 l)
449	Fotorezyst do litografii optycznej	Fotorezyst do litografii optycznej SU-8 200 UV Sensitivity i-line, grubość 10-100 µm, (1 l)	1 L	MicroChem Corp.	Fotorezyst do litografii optycznej SU-8 200 UV Sensitivity i-line, grubość 10-100

					µm, (1 l)
450	Fotorezyst do litografii optycznej	Fotorezyst do litografii optycznej SU-8 SU-8 3000 UV Sensitivity i-line, grubość 10-70 µm, (1 l)	1 L	MicroChem Corp.	Fotorezyst do litografii optycznej SU-8 SU-8 3000 UV Sensitivity i-line, grubość 10-70 µm, (1 l)
451	Fotorezyst do litografii optycznej	Fotorezyst do litografii optycznej SU-8 TF 6000 UV Sensitivity g-, h-, i-line, grubość 0.5-10 µm, (1 l)	1 L	MicroChem Corp.	Fotorezyst do litografii optycznej SU-8 TF 6000 UV Sensitivity g-, h-, i-line, grubość 0.5-10 µm, (1 l)
1151	Wywoływacz do fotorezystu	Wywoływacz do fotorezystu SU 8, pojemność 2,5 l	2.5 L	MicroChem Corp.	

Netzsch – części serwisowe, możliwa sprzedaż tylko bezpośrednia

349	Czujniki do analizy DEA	Mini-IDEX 100/35, small interdigitated electrode sensor with line spacing 100 µm, 35 cm flat flex cable (FFC), 275°C maximum temperature	1 op. (100 szt.)	Netzsch	DEA28800A52.200-00
1085	tygiel korundowy	tygiel korundowy 85 ul, kompatybilne z urządzeniem STA 449 F1 Jupiter firmy NETZSCH	1 szt.	Netzsch	

Thermo Fisher Scientific - części serwisowe, możliwa sprzedaż tylko bezpośrednia

1132	Wężyk do podajnika	Wężyk do podajnika kompatybilny ze spektrometrem Absorpcji Atomowej ICE3500	1 op. (6 szt.)	Thermo Fisher Scientific
------	--------------------	---	----------------	--------------------------

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający skreśla z pakietu nr 1 pozycję nr 4 (nr porządkowy 836) oraz skreśla z pakietu nr 7 pozycje nr 30, 31, 40-42, 126-131, 150-151, 164-166, 219-220, 236, 238, 242, 243, 249-250, 260, 218, 73-76, 247, 48, 213, 237 (nr porządkowy 200, 201, 325-327, 744-749, 937, 941, 980-982, 1101-1102, 1128, 1133, 1143, 1144, 1154, 1155, 1180, 1098, 448-451, 1151, 349, 213, 1132).

Pytanie 4

Dotyczy załącznika cenowego, numerów porządkowych

Pakiet I pozycje 7

Pakiet V pozycje 1,2

Pakiet XI pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie wyżej wymienionych produktów do osobnego zadania?

Wyspecyfikowane przez Zamawiającego odczynniki są produkowane przez Thermo Fisher Scientific.

W związku z tym iż autoryzowany przedstawiciel Thermo Fisher Scientific nie prowadzi odsprzedaży, jak również nie oferuje odczynników innych marek, złożenie oferty na całe pakiety przez autoryzowanego przedstawiciela jest niemożliwe.

W związku z powyższym prosimy o rozdzielanie pakietu i utworzenie oddzielnego dla wymienionej pozycji, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i uzyskania lepszej ceny.

ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocławtel: +48 71 720 16 01
fax: +48 71 720 16 00

email: biuro@port.org.pl

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa WzrznegoBBMRI.pl
BioBanking and
BioMolecular resources
Research Infrastructure
PolandFNP Fundacja na rzecz
Nauki PolskiejFundusze
Europejskie
Inteligentny RozwójRzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju RegionalnegoOdpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 9 i 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisów o:

„lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem.

Ze względu na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza przedłożenie dokumentów w formie papierowej lub na nośniku danych np. płyta CD/pendrive.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 3 podpunkt 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 3 dni do 21 dni?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Nie.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 2, podpunkt a) .

Wnosimy o to by kara umowna nie była liczona od wartości danego zamówienia lecz od wartości produktu pozostającego w zwłoce a także o zmniejszenie kary z 0,4% na 0,2%.

lub uzupełnienie treści umowy o zapis:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,4% wartości zamówienia za każdy dzień niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Powyższy zapis skutkuje:

1. naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady która zakazuje prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję

2. naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

3. naruszenie art. 5, 58 § 1 i 2 oraz 3531 k.c. w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bezprawne wprowadzenie do umowy, zapisów naruszających w rażący sposób interes prawny i majątkowy wykonawcy, niezgodnych z przepisami ogólnymi k.c., a w konsekwencji z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający zmienia §7 ust. 2 lit. a wzoru umowy, w brzmieniu

„w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę, w odniesieniu do któregośkolwiek Zamówienia, terminu dostawy, o którym mowa w §3 ust. 5, lub któregośkolwiek z terminów, o których mowa w § 4 ust. 15-17, oraz §5 ust. 3, 6 i 7 Umowy, bądź innych terminów określonych w niniejszej Umowie albo z niej wynikających, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,4% ceny netto nie zrealizowanego Zamówienia lub jego części, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie:

Wykreśla się z pkt. 10.2.1 SIWZ zdanie drugie w brzmieniu „Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.



p.o. Kierownika
Działu Administracyjnego
MB
Małgorzata Błaszowska