

Wrocław, dnia 19.08.2020 r.

Nr Sprawy: PO.2721.33.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu PO.2721.33.2020 na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi śluzy powietrznej na rzecz Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania.

Pytanie nr 7.

Dotyczy: Załącznika numer 1 OPZ, część A. PARAMETRY TECHNICZE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA, punkt 2.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zabudowania wolnej przestrzeni między zainstalowanym prysznicem a ścianami po prawej i lewej stronie urządzenia oraz sufitem w celu utworzenia pełnej bariery między stroną brudną i czystą?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający wymaga zabudowania wolnej przestrzeni między zainstalowanym prysznicem a ścianami po prawej i lewej stronie urządzenia. Zamawiający nie wymaga zabudowania przestrzeni pod sufitem ze względu na cyrkulację powietrza i wentylację, oraz znajdujące się tam czujniki. Prysznic będzie znajdował się w wydzielonej strefie czystej, tak by pracownicy nie musieli brać prysznica standardowego każdorazowo po wejściu.

Pytanie 8.

Dotyczy: Załącznika numer 1 OPZ, część A. PARAMETRY TECHNICZE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA, punkt 2.

Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania zabudowy opisanej w pytaniu 7, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga paneli zarówno od strony czystej i brudnej czy jedynie z jednej strony urządzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający wymaga zabudowy opisanej w pytaniu 1 (z wyłączeniem zabudowy do sufitu). Panele powinny znajdować się po bokach, po obu stronach urządzenia, ułatwia to czyszczenie i dezynfekcję.

Beata Chadyńska
Chadyńska
Kierownik Działu Zakupów

