



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 2950/2020/W

Wrocław dn. 04 września 2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawa stacji wymiany klatek/ściółki, zestawu do oczyszczania wody oraz regałów z klatkami dla królików, nr sprawy PO.271.28.2020.**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą.

Pytanie 11:

Część nr III Zestaw do oczyszczania wody.

Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie za pomocą wbudowanego dotykowego panelu bez funkcji dostępu do zmiany ustawień zabezpieczonego kodem?

Odpowiedź 11:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zestawu do oczyszczania wody sterowanego za pomocą dotykowego panelu nieposiadającego funkcji zabezpieczenia dostępu do zmiany ustawień kodem.

Dodatkowo Zamawiający zastrzega, że w przypadku dostarczenia urządzenia posiadającego kod serwisowy, musi on zostać przekazany Zamawiającemu.

W związku z tym zmienia się treść OPZ w części 3 punkt 1, podpunkt 12 oraz Formularza asortymentowego z:

„12. Sterowanie za pomocą wbudowanego dotykowego panelu. Dostęp do zmiany ustawień zabezpieczony kodem.”

na:

„12. Sterowanie za pomocą wbudowanego dotykowego panelu.”

Załączniki

1. OPZ cz. 3 po zmianie III;
2. Formularz asortymentowy cz. 3 po zmianie III.

Beata Chodyszka

Kierownik Działu Zakupów

Strona 1 z 1

