



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 3889/2020/W

Wrocław dn. 29 październik 2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę gazów technicznych, specjalnych i ciekłego helu, nr sprawy PO.271.41.2020.**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 5:

Proszę o informację w części 3- Dostawa ciekłego helu w załączniku nr 2 do zadania nr 3 w punkcie 8 jest mowa o tym, że hel ciekły musi zostać dostarczony bezpośrednio do urządzenia NMR czy chodzi tutaj o usługę przelania helu ciekłego?

Czy dewar z helem ciekłym będzie rozładowany tego samego dnia czy będzie musiał pozostać na miejscu przez jakiś czas? Jeżeli tak to jaki?

Odpowiedź 5:

W zakresie Wykonawcy jest dostarczenie dewara z ciekłym helem, podłączenie do niego linii transferowej oraz jego czynna obsługa. Natomiast w zakresie Zamawiającego będą czynności związane z podłączeniem linii transferowej po stronie urządzenia NMR oraz przelaniem ciekłego helu.

Bożena Chodźnińska

Kierownik Działu Zakupów